

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-02-22-004428-b

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	Україна, Київ, 03143, Київська область, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Узагальнена назва предмета закупівлі:	Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуга з калібрування термоперетворювача опору STS-100 A 250 в ННЦ "Інститут метрології")
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:50430000-8: Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання

Назва предмета закупівлі	Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Послуга з калібрування термоперетворювача опору STS-100 A 250 в ННЦ "Інститут метрології"	ДК 021:2015: 50430000-8 — Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання	1 посл.	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку		Аванс	5	Робочі	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		0 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ННЦ «Інститут метрології»	02568325	61002, Україна, Харківська область, Харків, вул. Мироносицька, 42 +380577003447	4 462.50 UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”

Відсутність конкуренції з технічних причин

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі

Предметом закупівлі є послуги з калібрування еталону (термоперетворювач опору STS-100 A 250 № 653834-01) який зберігає в ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ». Калібрування повинно здійснюватись на відповідних державних первинних і вторинних еталонах України. Державні первинні і вторинні еталони створюються як унікальні комплекси в одиничних екземплярах. Державні первинні і вторинні еталони призначені для відтворення, зберігання та передачі розміру фізичної величини з найвищою точністю еталонам, іншим високоточним ЗВТ нижчого рівня в ієрархії еталонів. Ієрархія калібрувань визначається співвідношенням невизначеностей калібрувань по всьому ланцюгу передачі розміру одиниць вимірювання. Висока точність еталону та вимоги до невизначеності результатів вимірювання (відтворення) ним одиниці фізичної величини не можуть передбачати іншого, ніж калібрування на державних первинних та вторинних еталонах України. Лише за відсутності останніх здійснюється калібрування високоточних ЗВТ в метрологічних установах інших розвинених країн в рамках Угоди CIPM MRA Метричної конвенції. Враховуючи вищезазначене, калібрування еталону (термоперетворювач опору STS-100 A 250 № 653834-01) має бути проведене на Державному первинному еталоні одиниці температури Кельвіна в діапазоні від 13,80 до 273,16 К

(ДЕТУ 06-06-98), що має простежуваність до міжнародних еталонів.

**Обґрунтування застосування
переговорної процедури закупівлі**

Предметом закупівлі є послуги з калібрування еталону (термоперетворювач опору STS-100 А 250 № 653834-01) який зберігає в ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Калібрування повинно здійснюватись на відповідних державних первинних і вторинних еталонах України.


Державні первинні і вторинні еталони створюються як унікальні комплекси в одиничних екземплярах. Державні первинні і вторинні еталони призначені для відтворення, зберігання та передачі розміру фізичної величини з найвищою точністю еталонам, іншим високоточним ЗВТ нижчого рівня в ієрархії еталонів.

Ієрархія калібрувань визначається співвідношенням невизначеностей калібрувань по всьому ланцюгу передачі розміру одиниць вимірювання.

Висока точність еталону та вимоги до невизначеності результатів вимірювання (відтворення) ним одиниці фізичної величини не можуть передбачати іншого, ніж калібрування на державних первинних та вторинних еталонах України. Лише за відсутності останніх здійснюється калібрування високоточних ЗВТ в метрологічних установах інших розвинених країн в рамках Угоди CIPM MRA Метричної конвенції.

Враховуючи вищезазначене, калібрування еталону (термоперетворювач опору STS-100 А 250 № 653834-01) має бути проведене на Державному первинному еталоні одиниці температури Кельвіна в діапазоні від 13,80 до 273,16 К (ДЕТУ 06-06-98), що має простежуваність до міжнародних еталонів.

Начальник відділу № 24



Сергій ЧЕРЕДНИЧЕНКО

ПРОТОКОЛ
проведення переговорів щодо закупівлі послуг з
калібрування еталонів та високоточних засобів вимірювальної техніки
в ННЦ «Інститут метрології»

м. Київ

« 22 » 02 2021

Замовник: (повне
найменування)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ
ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

Код ЄДРПОУ	02568182
В особі (посада)	Генерального директора
ПІБ	Сабатовича Дмитра Артемовича
діє на підставі	Статуту
Учасник:	Національний науковий центр "Інститут метрології" (ННЦ «Інститут метрології»)
Код ЄДРПОУ	02568325
В особі (посада)	Генерального директора
ПІБ	Несжмакова Павла Івановича
діє на підставі	Статуту

На виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» погодили наведені нижче умови закупівлі: код **50430000-8** Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуга з калібрування термоперетворювача опору STS-100 А 250 в ННЦ "Інститут метрології") до 30 червня 2021 року:

Предмет закупівлі:	50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Послуга з калібрування термоперетворювача опору STS-100 А 250 в ННЦ "Інститут метрології")
Період надання послуг:	до 30 червня 2021 р.
Кількість	1 од.
Загальна сума закупівлі:	4462,50 грн. (чотири тисячі чотириста шістьдесят дві грн. 50 коп.), з ПДВ

Під час проведення переговорів Замовнику надано документи про відповідність Учасника кваліфікаційним вимогам, зазначеним у ст.16 Закону України «Про публічні закупівлі».

Від Замовника:
Генеральний директор



Д.А. Сабатович
М.П.

Від Учасника:
Генеральний директор



П.І. Несжмаков
М.П.

С.П. Погребняк
С.В. Гуржинець
В.С.В. Гуржинець
В.С.В. Гуржинець