

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2021-05-18-001712-b

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Код згідно з ЄДРПОУ замовника:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська обл., Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Крутов Сергій Леонідович, +38(044)526-01-16, KRUTOFF@UKRCSM.KIEV.UA
Вид предмета закупівлі:	Товари
Узагальнена назва предмета закупівлі:	Турбіни та мотори (Труба аеродинамічна 0,15 - 20 м/с)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:42110000-3: Турбіни та мотори

Назва предмета закупівлі	Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Труба аеродинамічна 0,15 - 20 м/с	ДК 021:2015: 42110000-3 — Турбіни та мотори	1 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 25 грудня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору		Аванс	30	Робочі	30
Поставка товару		Післяоплата	10	Банківські	70

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 2 016 700,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		0 UAH

**Розмір мінімального кроку
пониження ціни:** 10 083,50 UAH

**Математична формула, яка буде
застосовуватися при проведенні
електронного аукціону для
визначення показників інших
критеріїв оцінки:** відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:** 08 червня 2021 10:00

Мова тендерної пропозиції: українська

**Дата та час розкриття тендерних
пропозицій** відсутній , після завершення електронного аукціону

**Дата та час проведення
електронного аукціону:** відсутній

**Строк, на який укладається рамкова
угода:** відсутній

**Кількість учасників, з якими буде
укладено рамкову угоду:** відсутня

**Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:** відсутні

**Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:** відсутні

Обґрунтування
очікуваної вартості предмета закупівлі
Труба аеродинамічна 0,15 – 20 м/с
(методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі
(Наказ «ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» №79 від 19.05.2020 р.))
(метод розрахунку – порівняння ринкових цін)

1. Очікувана вартість за одиницю з ПДВ (Труба аеродинамічна):

$C_1 = 1\,900\,000,00$ грн.

$C_2 = 2\,200\,000,00$ грн.

$C_3 = 1\,950\,000,00$ грн.

$C_{\text{од}} = (C_1 + C_2 + C_3) / 3 = 6\,050\,000,00 : 3 = 2\,016\,700,00$ грн.


2. Очікувана вартість товару з ПДВ:

$ОВ_1 = C_{\text{од}} * V = 360\,000,00 * 1 = 2\,016\,700,00$ грн.

де V – кількість товару.

Долатки:

1. Цінова пропозиція НВФ «ТЕНЗОР» - 1 арк.;
2. Цінова пропозиція ТОВ НВФ «Харків – прилад» - 1 арк.;
3. Цінова пропозиція ФОП Долгов Ігор Борисович - 1 арк.

Начальник відділу № 22  Андрій ІВАЩЕНКО

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Труба аеродинамічна 0,15 – 20 м/с

Опис

Труба аеродинамічна 0,15 – 20 м/с призначена для відтворення одиниці швидкості повітряного потоку та використовується для калібрування анемометрів, пневмометричних трубок тощо

Основні технічні характеристики

	Технічні вимоги	Вимоги
1.	Діапазон відтворюваних швидкостей повітряного потоку, не менше ніж, м/с	0,15 – 20,0
2.	Границі похибки під час відтворення швидкості повітряного потоку, м/с	$\pm(0,04 + 0,15 V)$, де V – швидкість повітряного потоку
3.	Розміри перетину робочої зони, не менше ніж, м	0,18 x 0,16
4.	Площа перетину робочої зони, не менше ніж, м ²	0,0288
5.	Довжина робочої зони, не менше ніж, м	0,2
6.	Зона рівних швидкостей ($\pm 1,5\%$), не менше ніж, м	0,14 x 0,12
7.	Коефіцієнт стискання повітряного потоку	6:1
8.	Конструкція	Настільного типу, всмоктуюча
9.	Кріплення анемометрів та пневмометричних трубок	Універсальне
10.	Границі зведеної похибки еталонного мікроманометра, %	$\pm 0,03$
11.	Номінальне значення коефіцієнта перетворення трубки Піто	$1,00 \pm 0,01$
12.	Нестабільність частоти обертання гвинта нагнітача, не більше ніж, %	1,0
13.	Кількість імпульсів датчика обертання гвинта нагнітача за оберт, не менше ніж	40
14.	Границі похибки вимірювача частоти обертання гвинта нагнітача, не більше ніж, %	0,1
15.	Наявність штуцерів в зоні високого та низького тисків для підключення мікроманометра	Наявність

16.	Напруга живлення, В	Від 187 до 242 змінного струму, частотою (50 ± 1) Гц
17.	Споживана потужність, кВт	Не більше ніж 2,0
18.	Робочі умови експлуатації: температура	Від 10 °С до 30 °С
19.	Робочі умови експлуатації: відносна вологість	До 80 %
20.	Габаритні розміри, не більше ніж, мм	2800 x 900 x 900
21.	Маса, не більше ніж, кг	70

Комплект поставки:


1. Труба аеродинамічна 0,15 – 20 м/с - 1 шт., у складі:
 - мікроманометр – 1 шт.;
 - трубка Піто – 1 шт.;
 - термоанемометр – 1 шт.
2. Керівництво з експлуатації - 1 примірник.

Додаткові умови:

1. Гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати поставки Товару.
2. Місце поставки – 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4, ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».
3. Товар повинен бути новий, що не був використаний та без механічних пошкоджень.

Необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі містяться на сайті виробника – <http://tenzor.ua/>

Начальник відділу №22



Андрій Іващенко