

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2021-06-09-000173-с

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Крутов Сергій Леонідович, +38(044)526-01-16, KRUTOFF@UKRCSM.KIEV.UA
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Генератор сигналів пацієнта)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Генератор сигналів пацієнта	ДК 021:2015:33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні	1 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 30 вересня 2021

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору		Аванс	30	Робочі	30
Поставка товару		Післяоплата	20	Банківські	70

Очікувана вартість предмета закупівлі:

876 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		0 UAH

**Розмір мінімального кроку
пониження ціни:** 4 380,00 UAH

**Математична формула для
розрахунку приведеної ціни (у разі її
застосування):** відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:** 09 липня 2021 10:00

Мова тендерної пропозиції: українська

**Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:** відсутній , після завершення електронного аукціону

**Дата та час проведення
електронного аукціону:** 12 липня 2021 11:29

**Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:** відсутні

**Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:** відсутні

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом № 79 від 19.05.2020 р. ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Розрахунок очікуваної вартості методом порівняння ринкових цін: маємо три цінові пропозиції:

- ПП «Бром» - 839 730,00 грн.
- ТОВ НВП «УКРПРИЛАД» - 877 800,00 грн.
- ТОВ «СОРБПОЛІМЕР-АНАЛІТИК» - 908 400,00 грн.

Очікувана ціна визначається за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховуються за такою формулою:

$$Ц_{\text{од}} = (Ц_1 + Ц_2 + Ц_3) / 3 = 2\,625\,930 : 3 = 876\,000 \text{ грн}$$


Очікувана вартість товару з ПДВ:

$$ОВ_1 = Ц_{\text{од}} * V = 875\,310 * 1 = 876\,000,00 \text{ грн}$$

де V – кількість товару

Очікувана вартість предмета закупівлі 876 000,00 грн.

Начальник відділу № 26
28.05.2021 р.



/Валентин ГАМАН/

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Прилади для вимірювання електрики та магнетизму

Опис

Генератор сигналів пацієнта призначений для повірки та калібрування моніторів пацієнта.

Основні технічні характеристики	Характеристика предмету закупівлі	Вимоги
1	Відтворення синусоїдального сигналу, не менше	частотою 0,05 Гц; 0,5 Гц; 1 Гц; 2 Гц; 5 Гц; 10 Гц; 25 Гц; 30 Гц; 40 Гц; 50 Гц; 60 Гц; 100 Гц; 150 Гц
2	Відтворення прямокутних імпульсів, не менше	частотою 0,125 Гц; 2,0 Гц; 2,5 Гц
3	Відтворення пульсової хвилі, не менше	30 уд/хв; 60 уд/хв.
4	Відтворення трикутних імпульсів, не менше	частотою 0,125 Гц; 2,0 Гц; 2,5 Гц
5	Відтворення трикутних імпульсів для тестування ресстрації R-зубця, не менше	частотою 30, 60, 80, 120, 200, 250 імп/хв. тривалість імпульсів від 8 мс до 200 мс
6	Похибка тривалості імпульсу, не більше	$\pm$ (1% від встановленого +1 мс)
7	Діапазон амплітуд сигналів, не менше	від 0,05 до 0,5 мВ з кроком 0,05 мВ від 0,5 до 5 мВ з кроком 0,25 мВ
8	Похибка відтворення амплітуди	$\pm$ (2% від встановленого +0,05 мВ)
9	Відтворення сигналу неінвазивного тиску, не менше	від 20 мм.рт.ст до 400 мм.рт.ст
10	Відтворення реографічного сигналу, не менше	від 500 Ом до 2000 Ом
11	Відтворення сатурації кисню, не менше	від 30 до 100 % з кроком 1%
12	Відтворення температурного сигналу, не менше	від 3 °C до 42 °C з кроком 0,5 °C

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі містяться на сайті виробника товару: <https://www.flukebiomedical.com/products/biomedical-test-equipment/patient-monitor-simulators/prosim-8-vital-signs-patient-simulator>

Комплект поставки:

1. Генератор сигналів пацієнта – 1 шт.
2. Набір блоків для імітації руки людини.
3. Блок для імітації руки новонародженого.
4. Набір адаптерів для манжет.
5. USB-кабель.
6. Кабель для підключення каналів інвазійного кров'яного тиску.
7. Зарядний пристрій.
8. Кабель живлення.
9. Сумка для транспортування.
10. Блок для SpO_2 симуляції SPOT.
11. Набір кабелів для відповідних виробників.
12. Інструкція по експлуатації (українською, англійською або російською мовами).
13. Сертифікат калібрування виробника.

Додаткові умови:

- Гарантійний термін – не менше 12 календарних місяців з дати поставки Товару.
- Місце поставки: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143.
- Товар повинен бути новим, що не був у використанні, та без механічних пошкоджень.

28.05.2021 р.

Начальник відділу № 26

/Валентин ГАМАН/