

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2021-07-23-000061-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Крутов Сергій Леонідович, +38(044)526-01-16, KRUTOFF@UKRCSM.KIEV.UA
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Ремонт портативного трифазного стандарту PWS 2.3+ зі струмовими кліщами СТ100)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:50410000-2: Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Ремонт портативного трифазного стандарту PWS 2.3+ зі струмовими кліщами СТ100	ДК 021:2015:50410000-2 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів	1 посл.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Підписання договору		Аванс	30	Робочі	30
Надання послуг	з дати підписання Сторонами акту здачі-приймання наданих послуг за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної	Післяоплата	20	Банківські	70

Очікувана вартість предмета закупівлі: 179 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		0 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 895,00 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 09 серпня 2021 10:00

Мова тендерної пропозиції: українська

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній , після завершення електронного аукціону

Дата та час проведення електронного аукціону: 10 серпня 2021 14:47

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

**50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних,
випробувальних і контрольних приладів**

(Ремонт портативного трифазного стандарту PWS 2.3+ зі струмовими кліщами СТ100)

Портативний трифазний стандарт PWS 2.3+ зав. № 31774 (інв. № 56387) зі струмовими кліщами СТ100 (інв. № 56388) знаходиться у відділі № 25 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» з 2007 року.

На сьогоднішній день ТОВ «ЕЛЕКТРОВИМІР» є офіційним і єдиним представником корпорації Meter Test Equipment AG на території України (лист від 02.06.2021 р.).

На адресу ТОВ «ЕЛЕКТРОВИМІР» було направлено лист-запит щодо вартості ремонту портативного трифазного стандарту PWS 2.3+ зі струмовими кліщами СТ100, у відповідь було отримано лист, щодо вартості робіт із переліком заміни компонентів, що становить 5400 євро з ПДВ (лист № 06/21-155 від 02.06.2021 р.).

Роботи будуть проводитись на території ТОВ «ЕЛЕКТРОВИМІР».


Із перерахунком за офіційним курсом НБУ станом на 07.06.2021 р.:

1 євро – 33,0635 грн.


5400 євро – 178542,90 грн.

Очікувана вартість предмета закупівлі послуг з ремонту складає 179 000 грн. з ПДВ.

Начальник відділу № 25



Денис НІКІТЕНКО



Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі.

50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

(Ремонт портативного трифазного стандарту PWS 2.3+ зі струмовими кліщами CT100)

Портативний трифазний стандарт PWS 2.3+ зав. № 31774 (інв. № 56387) зі струмовими кліщами CT100 (інв. № 56388) (далі – Портативний трифазний стандарт PWS 2.3+) це переносний засіб вимірювальної техніки та призначений для перевірки лічильників електричної енергії на місці експлуатації.

Портативний трифазний стандарт PWS 2.3+ знаходиться у відділі № 25 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» з 2007 року. У 2021 році було проведено діагностику та виявлено несправності в роботі портативного трифазного стандарту PWS 2.3+.

№ п/п	Несправності	Перелік робіт та вимоги
1	Має місце пошкодження вимірювального контролеру на материнській платі який відповідає за автоматичне розпізнавання струмових кліщів та авто калібрування кліщів. Як наслідок кліщі не синхронізуються з приладом, вимірювання струму не відбувається.	Повна заміна материнської плати приладу з усіма компонентами.
		Діагностика портативного трифазного стандарту PWS 2.3+ після заміни материнської плати.
		Оновлення програмного продукту
		Настройка функціоналу портативного трифазного стандарту PWS 2.3+

Додаткові вимоги:

Місце проведення робіт – територія Виконавця

Гарантійний термін після виконання ремонту – не менше 12 місяців з дати підписання акту надання послуг.

Документ, що засвідчує проведення ремонту.

Начальник відділу № 25



Денис НІКІТЕНКО

