

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2021-07-29-000795-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Крутов Сергій Леонідович, +38(044)526-01-16, KRUTOFF@UKRCSM.KIEV.UA
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Прилади для вимірювання величин (Прецизійний вимірювач поточного часу)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:38340000-0: Прилади для вимірювання величин

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Прецизійний вимірювач поточного часу	ДК 021:2015:38340000-0 — Прилади для вимірювання величин	1 шт.	Україна, Відповідно до документації	до 25 грудня 2021

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору		Аванс	30	Робочі	30
Поставка товару		Післяоплата	20	Банківські	70

Очікувана вартість предмета закупівлі: 240 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		0 UAH

**Розмір мінімального кроку
пониження ціни:** 1 200,00 UAH

**Математична формула для
розрахунку приведеної ціни (у разі її
застосування):** відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:** 18 серпня 2021 10:00

Мова тендерної пропозиції: українська

**Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:** відсутній , після завершення електронного аукціону

**Дата та час проведення
електронного аукціону:** відсутній

**Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:** відсутні

**Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:** відсутні


Обґрунтування
очікуваної вартості предмета закупівлі
(методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі
(Наказ «ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» №79 від 19.05.2020 р.))
31682210-5 Вимірювальне та контрольне обладнання
(Прецизійний вимірювач поточного часу – 1 од.)
(метод розрахунку – порівняння ринкових цін)

1. Очікувана вартість за одиницю з ПДВ (Прецизійний вимірювач поточного часу):
 $C_1 = 230\,000,00$ грн.
 $C_2 = 240\,000,00$ грн.
 $C_3 = 250\,200,00$ грн.
 $C_{\text{од}} = (C_1 + C_2 + C_3) / 3 = 720\,000,00 : 3 = 240\,000,00$ грн.
2. Очікувана вартість товару з ПДВ:
 $ОВ_1 = C_{\text{од}} * V = 240\,000,00 * 1 = 240\,000,00$ грн.
де V – кількість товару.

Додатки:

1. Цінова пропозиція ТОВ «АудіоДіагностик» - 1 арк.;
2. Цінова пропозиція ТОВ «Відео Інтернет Технології» - 1 арк.;
3. Цінова пропозиція ТТЦ «Електрон» - 1 арк.

Начальник відділу № 22



Андрій ІВАЩЕНКО

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Прецизійний вимірювач поточного часу

Опис

Прилад призначений для індикації на табло поточного часу, синхронізованого з сигналами точного часу глобальних супутникових систем GPS та ГЛОНАСС, для перевірки каналів вимірювання поточного часу приладів контролю за дотриманням Правил дорожнього руху (ПКД) за ДСТУ 8809:2018

Основні технічні характеристики

	Технічні характеристики	Вимоги
1.	Індикаторне табло повинно мати 10 семисегментних індикаторів для відображення поточного часу	Наявність
2.	Ціна одиниці найменшого розряду	0,1 мс
3.	Час затримки фронтів перемикання індикації в межах розряду	Не більш, ніж 5 мкс
4.	Час затримки перемикання будь-якого сегменту індикації відносно шкали часу UTC (UA)	Не більш, ніж 100 мкс
5.	Висота символів індикаторного табло	Не менш, ніж 100 мм
6.	Довжина хвилі випромінювання світла сегментами індикаторного табло	Від 600 до 1500 нм
7.	Максимально допустима похибка (МДП) під час відтворення на табло поточного часу	± 1 мс
8.	Табло повинно мати наступний формат відображення вимірювальної інформації: XX(год) – XX(хв) – XX(с) – XXX(мс) – X(0.1 мс)	Наявність
9.	Час збереження МДП під час вимірювання поточного часу за втрати сигналів від глобальних супутникових систем	Не менш, ніж 1 год

10.	Інформація щодо поточного часу на табло повинна фіксуватись фото- та відеокамерами ПК/Д, встановленими на дорогах України	Наявність
11.	Конструкція приладу повинна забезпечувати кріплення приладу на кришу спеціального транспортного засобу (ТЗ)	Наявність
12.	Конструкція кронштейну для закріплення приладу на спеціальний ТЗ повинна мати можливість регулювання положення приладу	Наявність
13.	Конструкція приладу повинна мати можливість встановлення індикаторного табло як в напрямку руху, так і напрямку, протилежному руху спеціального ТЗ	Наявність
14.	Конструкція приладу має бути стійкою до впливу кліматичних чинників – мокрого снігу та дощу	Наявність
15.	Прилад повинен мати можливість підключення зовнішнього сигналу точного часу (1PPS) та мати вихідний сигнал 1PPS для контролю характеристик приладу (амплітуда вихідного сигналу – 3,3 В)	Наявність
16.	Прилад повинен мати можливість підключення зовнішнього комп'ютера для завантаження службової інформації	Наявність
17.	Прилад повинен мати роз'єм для підключення датчиків швидкості руху ТЗ	Наявність
18.	Електроживлення – від акумулятора спеціального ТЗ, номінальною наругою 12 В. Сила струму електроспоживання	Не більше, ніж – 8 А
19.	Робочі умови експлуатації: температура оточуючого повітря	Від мінус 10 до 40 °С
20.	Робочі умови експлуатації: відносна вологість	Не менше, ніж від 20 до 90 %
21.	Габаритні розміри приладу (без кронштейну для кріплення приладу на спеціальний ТЗ)	Не більше, ніж 1200 мм x 150 мм x 350 мм
22.	Маса приладу, (не враховуючи кронштейну для кріплення приладу на спеціальний ТЗ)	Не більше, ніж 7 кг

Комплект поставки:


- 10 – ти розрядне табло точного часу – 1 шт., у складі:
 - кабель живлення – 1 шт.;
 - зовнішня GPS/ГЛОНАСС антена – 1 шт.;
 - технологічний кабель для контролю параметрів приладу – 1 шт.;
 - зовнішній фотоприймач – 1 шт.;
 - USB- кабель – 1 шт.;
 - кронштейн для закріплення приладу на спеціальному ТЗ – 1 шт.;
 - комплект запасних частин – 1 шт.
2. Керівництво з експлуатації – 1 примірник;

3. Паспорт на прилад – 1 примірник.


Додаткові умови:

1. Гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати поставки Товару.
2. Місце поставки – 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4, ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».
3. Товар повинен бути новий, що не був використаний та без механічних пошкоджень.

Начальник відділу №22



Андрій Іващенко



О.М. Самохвалов