

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2021-07-30-000016-с

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Крутов Сергій Леонідович, +38(044)526-01-16, KRUTOFF@UKRCSM.KIEV.UA
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Прилади для вимірювання величин (Комплект в складі дозиметра та мультиметра для вимірювань у рентенографії, флюороскопії, стоматологічних і мамографічних апаратів, комп'ютерної томографії -1к-т)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:38340000-0: Прилади для вимірювання величин

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Комплект в складі дозиметра та мультиметра для вимірювань у рентенографії, флюороскопії, стоматологічних і мамографічних апаратів, комп'ютерної томографії -1к-т	ДК 021:2015:38340000-0 — Прилади для вимірювання величин	1 комп.	Україна, Відповідно до документації	до 30 грудня 2021

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Підписання договору		Аванс	30	Робочі	30
Поставка товару		Післяоплата	20	Банківські	70

Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 142 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		0 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 10 710,00 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18 серпня 2021 10:00

Мова тендерної пропозиції: українська

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній , після завершення електронного аукціону

Дата та час проведення електронного аукціону: 19 серпня 2021 14:41

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом № 79 від 19.05.2020 р. ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».

Розрахунок очікуваної вартості методом порівняння ринкових цін: маємо три цінові пропозиції:

- ТОВ «НВО «РОМСАТ» - 2 100 000 грн.
- ТОВ «ІРМІД» - 2 150 000 грн.
- ТОВ «ІНКОТЕЛ СІСТЕМ» - 2 176 000,80 грн.

Очікувана ціна визначається за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховуються за такою формулою:

$$Ц_{\text{од}} = (Ц_1 + Ц_2 + Ц_3) / 3 = 6\,426\,000,80 : 3 = 2\,142\,000 \text{ грн}$$


Очікувана вартість товару з ПДВ:

$$ОВ_1 = Ц_{\text{од}} * V = 2\,142\,000 * 1 = 2\,142\,000,00 \text{ грн}$$

де V – кількість товару

Очікувана вартість предмета закупівлі 2 142 000,00 грн.

Начальник відділу № 26
27.07.2021 р.


/Валентин ГАМАН/

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Прилади для вимірювання іонізуючого випромінювання

Опис

Комплект в складі дозиметра та мультиметра для вимірювань у рентгенографії, флюороскопії, стоматологічних і мамографічних апаратів, комп'ютерної томографії призначений для вимірювання вихідних параметрів рентгенапаратів та комп'ютерних томографів.

Основні технічні характеристики	Характеристика предмету закупівлі	Вимоги
1	Діапазон вимірювання потужності керми в повітрі, не менше: -для детектора R/F/D/CT -для детектора MAM	-від 5 мкГр/с до 500 мГр/с -від 50 мкГр/с до 500 мГр/с
2	Межі допустимої відносної похибки при вимірюванні потужності керми в повітрі, % не більше -для детектора R/F/D/CT -для детектора MAM	$\pm 3,5$ $\pm 2,5$
3	Діапазон вимірювання керми в повітрі, не менше: -для детектора R/F/D/CT -для MAM	-від 50 нГр до 500 Гр -від 0,5 мкГр до 500 Гр
4	Межі допустимої відносної похибки при вимірюванні керми в повітрі і керми в повітрі за імпульс, % не більше -для R/F/D/CT -для детектора MAM	$\pm 3,5$ $\pm 2,5$
5	Діапазон вимірювання анодної напруги, кВ не менше -для детектора R/F/D/CT -для детектора MAM	-від 40 до 150 -від 23 до 35
6	Межі допустимої похибки при вимірюванні анодної напруги, не більше -для детектора R/F/D/CT -для детектора MAM	$\pm 2,5$ % або ± 1 кВ $\pm 0,5$ кВ
7	Діапазон вимірювання часу експозиції, не менше	від 1 мс до 298 год
8	Межі допустимої похибки при вимірюванні часу експозиції, не більше	$\pm 0,5$ мс або ± 1 %
9	Діапазон вимірювання струму, не менше	від 2 пА до 23 мкА
10	Похибка при вимірюванні струму, не більше	2 %
11	Діапазон вимірювання заряду, не менше	від 2 пКл до 200 мКл
12	Похибка при вимірюванні заряду, не більше	2 %

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі містяться на сайті виробника товару:
<https://www.ptwdosimetry.com/en/products/nomex-multimeter/?type=3451&downloadfile=1489&cHash=457d0811a88e19d24aacc0d13279f3ed>


Комплект поставки:

1. Комплект дозиметр і мультиметр – 1 комплект.
2. Адаптер для підключення діагностичного детектора з підключенням системи "М" до дозиметра з підключенням системи Lemo – 1 шт.
3. Активний USB кабель (A/A), 5 м – 1 шт.
4. USB кабель (тип A/Mini-B), PREMIUM, 2 м – 1 шт.
5. USB кабель (тип A/B), PREMIUM, 3 м – 1 шт.
6. Інструкція по експлуатації (українською, англійською або російською мовами).
7. Сертифікат калібрування виробника на дозиметр і мультиметр.

Додаткові умови:

- Авторизаційна довідка, складена у довільній формі від виробника обладнання або від уповноваженого представника виробника щодо надання постачальнику повноважень на право продажу обладнання на території України.
- Гарантійний термін – не менше 12 календарних місяців з дати поставки Товару.
- Місце поставки: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143.
- Товар повинен бути новим, що не був у використанні, та без механічних пошкоджень.

Начальник відділу № 26
27.07.2021 р.


/Валентин ГАМАН/