

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2021-08-04-001005-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Крутов Сергій Леонідович, +38(044)526-01-16, KRUTOFF@UKRCSM.KIEV.UA
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з технічного обслуговування та налагоджування моста змінного струму МВЕ-01 зі складу НДЕТУ ЕМ-01-2019)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:50410000-2: Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Послуги з технічного обслуговування та налагоджування моста змінного струму МВЕ-01 зі складу НДЕТУ ЕМ-01-2019	ДК 021:2015:50410000-2 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів	1 посл.	Україна, Відповідно до документації	до 12 листопада 2021

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Надання послуг	Замовник здійснює оплату послуг в розмірі 100% вартості Послуг протягом 10-ти банківських днів з дати підписання Сторонами акту здачі-приймання наданих послуг, за умови надходження бюджетних коштів	Післяоплата	10	Банківські	100
----------------	---	-------------	----	------------	-----

Очікувана вартість предмета закупівлі: 60 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		0 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 300,00 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 21 серпня 2021 10:00

Мова тендерної пропозиції: українська

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній , після завершення електронного аукціону

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні

Обґрунтування вартості закупівлі

(Послуги з технічного обслуговування та налагоджування моста змінного струму
МВЕ-01 зі складу ЕМ-01-2019)


Аналогічний товар – *послуги з експериментального визначення складових невизначеності вимірювань, налагодження мосту змінного струму МВЕ-01* – має подібні характеристики, придбаний за договором № 03-16/300 від 26.06.2018 р.

Вартість закупівлі червня 2018 року 60 000 грн.

Коефіцієнт курсової різниці $k_{к.р.}=1,04$

$ОВ = V * Ц_{оз} * k_{к.р.} = 1 * 60\ 000 * 1,04 = 62453,19$ грн, що приблизно складає 60000 грн.

Заст.начальника відділу № 29



Руслан ВЕНДИЧАНСЬКИЙ

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі

Послуги з технічного обслуговування та налагоджування моста змінного струму

МВЕ-01 зі складу НДЕТУ ЕМ-01-2019

Опис

1 Проведення діагностики: справності моста змінного струму МВЕ-01

2 Юстування моста змінного струму МВЕ-01 з внесенням в пам'ять мосту відповідних коефіцієнтів.


3 Повинен бути виконаний наступний перелік заходів та робіт з метою технічного обслуговування та налагоджування моста змінного струму:

- визначення значень відносної похибки при вимірюванні ємності і абсолютної похибки при вимірюванні тангенса кута втрат на першому піддіапазоні необхідно провести для таких значень відношення CX/CO : 0,1; 0,2; 0,5; 0,9; 1;
- визначення значень відносної похибки при вимірюванні ємності і абсолютної похибки при вимірюванні тангенса кута втрат на другому піддіапазоні необхідно провести для таких значень відношення CX/CO : 1; 2; 5; 9; 1;
- визначення значень відносної похибки при вимірюванні ємності і абсолютної похибки при вимірюванні тангенса кута втрат на третьому піддіапазоні необхідно провести для таких значень відношення CX/CO : 10; 20; 50; 90; 100;
- визначення значень відносної похибки при вимірюванні ємності і абсолютної похибки при вимірюванні тангенса кута втрат на четвертому піддіапазоні необхідно провести для таких значень відношення CX/CO : 100; 200; 500; 900; 1000;
- визначення значень мультиплікативної складової основної абсолютної похибки при вимірюванні тангенса кута втрат і складової відносної похибки при вимірюванні ємності, викликані зміною тангенса кута втрат.

2 Результати робіт за договором повинні передаватись Виконавцем Замовнику у вигляді протоколу з зазначенням:

- методу вимірювання;
- використаних еталонів, засобів вимірювальної техніки, випробувального обладнання;
- умов навколишнього середовища;
- значень відносної похибки при вимірюванні ємності і абсолютної похибки при вимірюванні тангенса втрат та розширеної невизначеності вимірювань

Заст.начальника відділу № 29



Руслан ВЕНДИЧАНСЬКИЙ