

# ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів  
UA-2021-09-28-000462-a

**Найменування замовника:** ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

**Категорія замовника:** Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

**Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:** 02568182

**Місцезнаходження замовника:** м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4, Київ, Київська область, 03143, Україна

**Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:** Буянов Сергій Володимирович, SERGEY1177@UKR.NET, 380445263689

**Вид предмета закупівлі:** Послуги

**Назва предмета закупівлі:** Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуга з ремонту та технічного обслуговування системи ПЛР у реальному часі CFX96 із заміною деталей: датчика положення, торсіонної пружини для CFC 96, стрічкового нагрівача )

**Код за Єдиним закупівельним словником:** ДК 021:2015:50410000-2: Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі                                                                                                                                  | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі         | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (Послуга з ремонту та технічного обслуговування системи ПЛР у реальному часі CFX96 із заміною деталей: датчика положення, торсіонної пружини для CFC 96, стрічкового нагрівача ) | ДК 021:2015: 50410000-2 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів | 1 посл.                                                       | Україна, Відповідно до документації                                | до 30 листопада 2021                                      |

**Умови оплати:**

| Подія               | Опис                      | Тип оплати  | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|---------------------|---------------------------|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Підписання договору | після підписання договору | Аванс       | 30             | Робочі     | 30                 |
| Надання послуг      | з дати надання послуг     | Післяоплата | 20             | Банківські | 70                 |

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 80 808,00 UAH

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі                                   | Опис | Сума  |
|------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) |      | 0 UAH |

**Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 404,04 UAH

**Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):** відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 14 жовтня 2021 10:00

**Мова тендерної пропозиції:** українська

**Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** відсутній , після завершення електронного аукціону

**Дата та час проведення електронного аукціону:** відсутній

**Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:** відсутні

**Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:** відсутні



## ПРОТОКОЛ № 3-23/1191

(протокольне рішення) уповноваженої особи про проведення відкритих торгів

м. Київ

«28» вересня 2021 р.

Порядок денний:

1. Проведення відкритих торгів на закупівлю **50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (послуга з ремонту та технічного обслуговування системи ПЛР у реальному часі CFX96 із заміною деталей: датчика положення, торсіонної пружини для CFC 96, стрічкового нагрівача)**

2. Затвердження тендерної документації на закупівлю: **Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (послуга з ремонту та технічного обслуговування системи ПЛР у реальному часі CFX96 із заміною деталей: датчика положення, торсіонної пружини для CFC 96, стрічкового нагрівача)**

На виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закону), Положення про уповноважену особу, що затверджене наказом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» № 66 від 13.04.2020р., з метою організації проведення відкритих торгів на закупівлю **50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (послуга з ремонту та технічного обслуговування системи ПЛР у реальному часі CFX96 із заміною деталей: датчика положення, торсіонної пружини для CFC 96, стрічкового нагрівача)** та враховуючи очікувану вартість предмета закупівлі **80 808,00 грн. (вісімдесят тисяч вісімсот вісім гривень 00 копійок .) з ПДВ**

### ВИРІШИВ:

1. Закупівлю **50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (послуга з ремонту та технічного обслуговування системи ПЛР у реальному часі CFX96 із заміною деталей: датчика положення, торсіонної пружини для CFC 96, стрічкового нагрівача)** здійснити шляхом проведення відкритих торгів відповідно до вимог Закону.

2. Забезпечити проведення відкритих торгів в межах законодавства.

3. Затвердити тендерну документацію на закупівлю **Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (послуга з ремонту та технічного обслуговування системи ПЛР у реальному часі CFX96 із заміною деталей: датчика положення, торсіонної пружини для CFC 96, стрічкового нагрівача)**

4. Подати на оприлюднення через електронну систему закупівель оголошення про проведення відкритих торгів та тендерної документації у порядку, передбаченому Законом.

Уповноважена особа



Сергій БУЯНОВ

## ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

#### **50410000-2 послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів**

(послуга з ремонту та технічного обслуговування системи ПЛР у реальному часі CFX96 із заміною деталей: датчика положення, торсійної пружини для CFC 96, стрічкового нагрівача )

#### **Опис**

Ремонт та обслуговування системи ПЛР у реальному часі CFX 96 ставить за мету відновлення працездатності та продовження експлуатації приладу відповідно до вимог виробника обладнання.

#### **Прилад, який підлягає ремонту:**

ампліфікатор CF X96, серійний номер CC010069, 785BR03597.

#### **Деталі, які мають бути замінені:**

- стрічковий нагрівач з подальшим налаштуванням роботи;
- торсійна пружина для CFX96;
- датчик положення з подальшим налаштуванням роботи приладу.


#### **Результати ремонту:**

відновлення працездатності ампліфікатора CFX 96 відповідно до вимог виробника обладнання.

#### **Додаткові умови:**

- наявність листа авторизації від виробника;
- проведення робіт протягом 5 робочих днів від дати підписання договору;
- наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);
- місце проведення робіт м. Київ, вул. Метрологічна 4.;
- гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати надання послуг


Начальник центру №17



Володимир СЕМЕНОВИЧ



Затверджую  
Генеральний директор  
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

  
Дмитро САБАТОВИЧ

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

м. Київ

«20» вересня 2021р.

Комісія у складі:

Голова комісії:

- в.о. першого заступника генерального директора  
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» Гіндікін А.І.

Члени комісії:


- начальник центру № 172 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» Кіщенко В.А.
- начальник науково-виробничої лабораторії молекулярно-генетичних досліджень  
центру № 172 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» Голубець Р.А.

Провела огляд технічного стану ампліфікатора ПЛР в реальному часі CFX96,  
серійний номер CC010069, 785BR03597, інв № 58225

За результатами огляду комісія виявила наступні дефекти (несправності):  
прилад не виходить на робочий режим, погано закривається верхній блок приладу  
Виявлення причин непрацездатності вимагає залучення спеціалізованої  
організації.


Відновлення працездатності потребує діагностики та ремонту з заміною  
деталей приладу.

Голова комісії::

 А. ГІНДІКІН

Члени комісії:

 В. КІЩЕНКО

 Р. Голубець