

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2022-01-25-010094-b

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4, Київ, Київська область, 03143, Україна
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Крутов Сергій Леонідович, KRUTOFF@UKRCSM.KIEV.UA, 380445260116
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів (Манометр цифровий надлишкового тиску 0...700 бар)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:38420000-5: Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Манометр цифровий надлишкового тиску 0...700 бар	ДК 021:2015:38420000-5 — Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів	1 шт	Україна, Відповідно до документації	до 01 липня 2022

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору		Аванс	30	Робочі	30
Поставка товару		Післяоплата	20	Банківські	70

Очікувана вартість предмета закупівлі:

105 852,80 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		0 UAH

**Розмір мінімального кроку
пониження ціни:** 529,26 UAH

**Математична формула для
розрахунку приведеної ціни (у разі її
застосування):** відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:** 14 лютого 2022 10:00

Мова тендерної пропозиції: українська

**Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:** відсутній , після завершення електронного аукціону

**Дата та час проведення
електронного аукціону:** 15 лютого 2022 11:21

**Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:** відсутні

**Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:** відсутні

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
Манометр цифровий надлишкового тиску 0...700 бар
(код за ДК 021:2015:38420000 – 5)


Таблиця 1

Код ДК	Найменування	Од. вим.	Кількість	Ціна за од. зг. пропозицій, грн/шт.			Ціна (В _{сер}) грн	Сума закупівлі, грн.
				ТОВ «ТЕК КНОУ УКРАЇНА»	ПРАТ «Енергооблік»	ТОВ «Нафтогазхім метрологія»		
384200 00 – 5	Манометр цифровий надлишкового тиску 0...700 бар	шт.	1	95 558, 36	100 800, 00	121 200,000	105 852, 80	105 852, 80

Визначаємо середню вартість товару виходячи із даних наведених у таблиці 1:

$$В_{сер} = (95\,558,36 + 100\,800,00 + 121\,200,000) / 3 = 105\,852,80 \text{ грн./шт.}$$

Начальник відділу №39
(посада)


(підпис)

Руслан ПОСТОЮК
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Манометр цифровий надлишкового тиску 0...700 бар

Опис

Високоточний цифровий манометр надлишкового тиску 0...700 бар призначений для застосування у якості еталона при проведенні повірки та/або калібрування засобів вимірювання тиску.

Таблиця 1. — Технічні та якісні характеристики манометра цифрового надлишкового тиску 0...700 бар

№ п/п	Характеристика	Вимога до характеристики або значення характеристики
1	Максимальна допустима похибка, зведена до верхньої границі діапазону вимірювання	0,02 %
2	Тип тиску, що вимірюється	надлишковий, барометричний
3	Робоче середовище:	газ, рідина
4	Діапазон вимірювання:	— нижня границя діапазону вимірювання: 0 бар; — верхня границя вимірювання: 700 бар;
5	Вимоги до відображення результату вимірювання:	— цифровий сенсорний індикатор (дисплей); — 6 знакомісць для відображення результату вимірювання; — можливість налаштування частоти відображення (оновлення) результату вимірювання;
6	Вимоги до умов навколишнього середовища:	— найнижча температура: мінус 10 °С; — найвища температура: 50 °С; — відносна вологість: не більше 95 %;
7	Вимоги до матеріалів, що контактують з вимірюваним середовищем:	— сталь нержавіюча;
8	Вимоги до приєднання до вимірюваного процесу:	M20×1,5, зовнішня різьба
9	Вимоги до живлення:	— вбудоване автономне джерело живлення (батарея); — зовнішній адаптер живлення 220 В змінного струму;
10	Вимоги до передачі даних (інтерфейси зв'язку):	USB тип C, Bluetooth
11	Додаткові вимоги:	— вбудований барометричний модуль з похибкою не більше 0,06 кПа; — автономна реєстрація результатів вимірювання (кожен запис має містити дату, час, результат вимірювання тиску та температури); — можливість вибору типу тиску, що вимірюється (абсолютний / надлишковий); — функції установки нуля; — користувацькі одиниці вимірювання тиску;

Комплект поставки:

1. Манометр цифровий надлишкового тиску 0...700 бар – 1 шт.;
2. Зовнішній адаптер живлення 220 В змінного струму – 1 шт.;


3. Настанова з експлуатації у візуальній формі подання (електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання її змісту) – 1 шт.;
4. Сертифікат калібрування заводу-виробника (згідно ISO/IEC 17025) – 1 шт.

Додаткові умови:

- гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати поставки товару;
- місце поставки: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143;
- товар повинен бути новим, що не був у використанні, та не мати механічних пошкоджень.

Начальник відділу № 39

(Посада)



Руслан ПОСТОЮК

(Власне ім'я та ПРИЗВИЩЕ)