

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2022-02-04-000165-b

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4, Київ, Київська область, 03143, Україна
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Крутов Сергій Леонідович, KRUTOFF@UKRCSM.KIEV.UA, 380445260116
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	Печі побутового призначення (Мікрохвильова система розкладання проб)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:42340000-1: Печі побутового призначення

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Мікрохвильова система розкладання проб	ДК 021:2015:42340000-1 — Печі побутового призначення	1 шт	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2022

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору		Аванс	30	Робочі	30

Інша подія	остаточний розрахунок в розмірі 70% вартості Товару Покупець сплачує протягом 20 банківських днів з дати підписання Сторонами акту навчання персоналу за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної	Післяплата	20	Банківські	70
------------	---	------------	----	------------	----

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 300 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		0 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 6 500,00 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 22 лютого 2022 10:00

Мова тендерної пропозиції: українська

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній , після завершення електронного аукціону

Дата та час проведення електронного аукціону: відсутній

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі –
Лабораторна мікрохвильова система розкладання проб (код за ДК 42340000-1)

Відповідно до наказу № 79 від 19.05.2020 року застосовується методика розрахунку очікуваної вартості закупівлі товарів/послуг іноземного походження на підставі порівняння ринкових цін (п. 3.1) та урахування коефіцієнту курсової різниці (п. 3.2).

V – обсяг товарів/послуг, що закуповується = 1 шт. (1 упаковка на 6 флаконів)

$\Pi_{\text{ох}}$ – очікувана ціна за одиницю

Π_1, Π_2, Π_3 – ціни, отримані шляхом комерційної пропозиції.

$\Pi_1=36000,00 \text{ EUR}; \Pi_2=33000,00 \text{ EUR}; \Pi_3=34500,00 \text{ EUR}$

$\Pi_{\text{ох}}=(36000,00+33000,00+34500,00)/3=34500,00 \text{ EUR}$

$OB_{\text{мри}}$ – очікувана вартість, розрахована за методом порівняння ринкових цін.

$OB_{\text{мри}} = V \cdot \Pi_{\text{ох}} = 1 \cdot 34500,00 = 34500,00 \text{ EUR}$

Курс євро на дату отримання комерційної пропозиції: $0,3357 \text{ EUR} = 1 \text{ UAN}$

$OB_{\text{мри}} = 1157130,00 \text{ грн}$

K – коефіцієнт прогнозованої інфляції на 2022 рік

$K=10\%$

$OB^K = K \cdot OB_{\text{мри}}$

OB^K – очікувана вартість з урахуванням коефіцієнта інфляції

$OB^K = 1,1 \cdot 1157130,00 = 1272843 \approx 1300000 \text{ грн. з урахуванням ПДВ}$

Начальник відділу № 37

 Єлізавета ТАРАСЕНКО

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Назва лоту

Система мікрохвильового розкладання проб

Опис

Система мікрохвильового розкладання призначена для мікрохвильового кислотного розкладання зразків харчових продуктів, рослинних та тваринних олій і жирів, полімерних матеріалів для подальшого елементного аналізу методами атомної абсорбції або індуктивно-зв'язаної плазми.

Основні технічні характеристики

Технічні характеристики		Вимоги
1.	Камера	з нержавіючої сталі з стійким до корозії, впливу кислот, лугів та високої температури покриттям
2.	Система вентиляції	Вбудована, стійка до корозії
3.	Кількість магнетронів, шт	Не менше 2
4.	Потужність магнетронів загальна, Вт	Не менше 1900
5.	Об'єм мікрохвильової камери, л	Не менше 60
6.	Тип керування	Панель керування з графічним дисплеєм. Наявність бібліотеки методик розкладання для різних типів зразків
7.	Мова програмного забезпечення	Українська або російська або англійська
8.	Оснащення	Ротор високого тиску на 15 або більше автоклавів об'ємом 100 мл або більше; Можливість встановлення високопродуктивного ротора на 40 або більше автоклавів об'ємом не менше 70 мл.
9.	Автоклав	Без одноразових запчастин. Повинні бути розраховані на максимальний тиск не менше 100 бар та максимальну температуру не менше 300 °C.
10.	Контроль температури	Прямий, за допомогою термодатчика у референсному (контрольному) автоклаві. Безконтактне вимірювання температури в кожному автоклаві в процесі вимірювання
11.	Контроль тиску	Датчик у вигляді п'єзокристала. Від 0 до 100 бар з точністю $\pm 0,1$ бар

Комплект поставки:

1. Система мікрохвильового розкладання – 1 шт.;
2. Виносний або вбудований термінал керування – 1 шт.;
3. Ротор для використання з 15 автоклавами високого тиску і більше об'ємом 100 мл або більше – 1 шт.;
4. Сегмент в сборі разом з автоклавом високого тиску об'ємом 100 мл або більше розрахований на максимальний тиск не менше 100 бар та максимальну температуру не менше 300 °C - 2 комплекти;
5. Сегмент в сборі разом з референтним автоклавом – 2 шт.;
6. Термодатчик (додаткові, запасні) – 2 шт.;
7. Інструкція з експлуатації англійською та українською або російською мовою – 1 шт.;

Гарасенко В.В.

Додаткові вимоги:

1. Усі вимоги до технічних характеристик приладу, який пропонується до розгляду повинні бути підтверджені офіційними брошурами, специфікаціями або керівництвом з експлуатації (повна версія керівництва з експлуатації, або витяг, що містить підтвердження характеристик запропонованого обладнання) або листом від виробника або офіційного представника на території України.
2. Вартість пусконаладжувальних робіт та навчання персоналу повинно бути включене у вартість товару.
3. Гарантійний термін експлуатації – не менше 12 місяців після закінчення пусконаладжувальних робіт та післягарантійне обслуговування не менше 5 років.
- ✓ 4. Проведення пусконаладжувальних робіт протягом не більше 14 календарних днів з дати поставки.
5. Місце поставки: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143.
- ✓ 6. Наявність у Учасника сертифікованих сервісних інженерів на території України з досвідом обслуговування аналогічних систем мікрохвильового розкладання проб, підтверджена копією сертифікату.
- ✓ 7. Навчання персоналу (не менше 2 осіб) протягом не менше 3 робочих днів після закінчення пусконаладжувальних робіт.
8. Обладнання повинно бути новим, таким, що не було у використанні, та без механічних пошкоджень.

Е. Грассеєв Р.В.