

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2022-08-11-000111-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4, Київ, Київська область, 03143, Україна
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	KRUTOFF@UKRCSM.KIEV.UA, 380445260116, Крутов Сергій Леонідович
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	384200000-5 Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів (Комплект для створення та вимірювання тиску)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:38420000-5: Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Комплект для створення та вимірювання тиску	ДК 021:2015: 38420000-5 — Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів	1 комп	Україна, Відповідно до документації	до 01 грудня 2022

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору		Аванс	30	Робочі	30
Поставка товару		Післяоплата	20	Банківські	70

Очікувана вартість предмета закупівлі:

313 760,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		0 UAH

**Розмір мінімального кроку
пониження ціни:** 1 568,80 UAH

**Математична формула для
розрахунку приведеної ціни (у разі її
застосування):** відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:** 28 серпня 2022 10:00

Мова тендерної пропозиції: українська

**Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:** відсутній , після завершення електронного аукціону

**Дата та час проведення
електронного аукціону:** 29 серпня 2022 15:50

**Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:** відсутні

**Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:** відсутні

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Комплект для створення та вимірювання тиску

(код за ДК 021:2015: 38420000-5)

Таблиця 1

Код ДК	Найменування	Од. вим.	Кількість	Ціна за од. зг. Пропозицій, грн/шт.			Ціна (В _{мсп}) грн	Сума закупівлі, грн.
				ТОВ «НАФТОГАЗХІМ МЕТРОЛОГІЯ»	ТОВ «ЄЙ-ПІ ІНЖЕНІРІНГ»	ПП «МЕРА НОВА»		
38420000-5	Комплект для створення та вимірювання тиску	компл.	1	306 960,00	313 920,00	320 400,00	313 760,00	313 760,00


Визначаємо середню вартість товару виходячи із даних наведених у таблиці 1:

$$V_{\text{мсп}} = (306\,960,00 + 313\,920,00 + 320\,400,00) / 3 = 313\,760,00 \text{ грн./компл.}$$

Пропозиції Учасників ринку додаються.

Начальник відділу №39

(посада)


(підпис)

Руслан ПОСТОЮК

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Комплект для створення та вимірювання тиску

Опис

Комплект для створення та вимірювання тиску призначений для створення та автономної реєстрації величини тиску в автоклавах та/або будь-яких інших посудинах, що працюють під тиском.

Таблиця 1. — Технічні та якісні характеристики даталогера тиску

№ п/п	Характеристика	Вимога до характеристики або значення характеристики
1	Максимальна допустима похибка, не більше, [мбар]	± 15
2	Роздільна здатність вимірювання/реєстрації тиску, не більше, [мбар]	1
3	Ступінь захисту, що забезпечується оболонкою (код IP)	IP68
4	Діапазон вимірювання:	— нижня границя діапазону вимірювання: 0 бар; — верхня границя вимірювання: 5 бар (абсолютний);
5	Вимоги до умов навколишнього середовища:	— найнижча температура: мінус 40 °C; — найвища температура: 140 °C;
6	Вимоги до матеріалів, що контактують з вимірюваним середовищем:	— сталь нержавіюча;
7	Об'єм вбудованої пам'яті	не менше 20 000 записів
8	Швидкість запису	програмована, від 1 запис/секунда
9	Вимоги до живлення:	— вбудоване автономне джерело живлення (батарея);
10	Вимоги до передачі даних	сумісний інтерфейсний кабель для підключення до персонального комп'ютера (повинен входити до комплекту постачання);
11	Додаткові вимоги:	— різьбове приєднання до вимірювального процесу; — програмне забезпечення для зчитування результатів вимірювання в комплекті;

Таблиця 2. — Технічні та якісні характеристики компресора високого тиску

№ п/п	Характеристика	Вимога до характеристики або значення характеристики
1	Максимальна вхідна потужність, Вт	1800
2	Продуктивність, л/хв, не менше	100
3	Тип компресора (вид змащування)	безмасляний (без змащування)
4	Об'єм ресивера, не менше, л	6
5	Максимальний вихідний тиск (високий), не менше, бар	26
6	Максимальний вихідний тиск (низький), не менше, бар	9
7	Вимоги до живлення:	220–240 В змінного струму, 50 Гц
8	Рівень шуму, не більше, дБ	90

Таблиця 3. — Технічні та якісні характеристики ручного гідравлічного насоса

№ п/п	Характеристика	Вимога до характеристики або значення характеристики
1	Максимальне значення тиску (верхня межа діапазону створення тиску), не менше, бар	700
2	Тип насосу	гідравлічний (вода або мінеральне масло)
3	Вимоги до приєднання до еталонного приладу	різьбова нарізь, G ½", внутрішня з можливістю вільного обертання;
4	Вимоги до приєднання до робочого процесу	з'єднувальний шланг Minimesse® (довжина не менше 1 м) з різьбовим приєднанням G ¼" (внутрішня);
5	Вимоги до різьбової нарізі (різьбових адаптерів):	— трубна різьбова нарізь G ¼" (зовнішня) на G ⅛", G ⅜" і G ½" (внутрішня); — метрична різьбова нарізь G ¼" (зовнішня) на M12 × 1,5, M20 × 1,5 і Minimesse®; — конічна різьбова нарізь G ¼" (зовнішня) на ⅛" NPT, ¼" NPT, ⅜" NPT і ½" NPT (внутрішня);
6	Додаткові вимоги	— наявність в конструкції вентиля для точного регулювання тиску; — захисний кейс повинен входити до комплекту поставки;

Комплект поставки:

- Комплект для створення та вимірювання тиску – 1 компл. у складі:
 - Даталогер тиску в комплекті з інтерфейсним кабелем – 1 шт.;
 - Компресор високого тиску – 1 шт.;
 - Ручний гідравлічний насос – 1 шт.;
- Настанова з експлуатації для даталогера тиску у візуальній формі подання (електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання її змісту) – 1 шт.;


3. Настанова з експлуатації для компресора високого тиску у візуальній формі подання (електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання її змісту) – 1 шт.;
4. Настанова з експлуатації для ручного гідравлічного насоса у візуальній формі подання (електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання її змісту) – 1 шт.;
5. Сертифікат калібрування даталогера тиску – 1 шт.

Додаткові умови:

- гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати поставки товару;
- місце поставки: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143;
- товар повинен бути новим, що не був у використанні, та не мати механічних пошкоджень.

Начальник відділу № 39

(Посада)



Руслан ПОСТОЮК

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)