

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів

UA-2022-09-26-006520-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4, Київ, Київська область, 03143, Україна
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	SERGEY1177@UKR.NET, 380445263689, Буянов Сергій Володимирович
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (хімічні речовини та аналітичні стандарти)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:24310000-0: Основні неорганічні хімічні речовини

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (хімічні речовини та аналітичні стандарти)	ДК 021:2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини	159 штуки	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 20 серпня 2023

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку		Аванс	10	Робочі	30
Поставка товару		Післяоплата	20	Банківські	70

Очікувана вартість предмета закупівлі:

263 200,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		0 UAH

Розмір мінімального кроку
пониження ціни: 1 316,00 UAH

Математична формула для
розрахунку приведеної ціни (у разі її
застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій: 15 жовтня 2022 10:00

Мова тендерної пропозиції: українська

Дата та час розкриття тендерних
пропозицій: відсутній , після завершення електронного аукціону

Дата та час проведення
електронного аукціону: 17 жовтня 2022 14:09

Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників: відсутні

Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю: відсутні

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

*Основні неорганічні хімічні речовини (Хімічні речовини та аналітичні стандарти)**Опис*

Хімічні речовини та аналітичні стандарти, необхідні в науково-методичну лабораторію хроматографічних досліджень та хіміко-аналітичну лабораторію центру № 17 для проведення випробувань в продуктах харчування.

Технічні характеристики

№	Назва товару	Одиниця виміру	Кількість	Характеристика товару
1	ФЕНІЛБОРНА КИСЛОТА, 10 г	шт.	2	Вміст основної речовини не менше 97,0% Відповідність структури ІЧ-спектру
2	ТЕТРАГІДРОФУРАН для ВЕРХ, 1 л	шт.	2	Вміст основної речовини не менше 99,9% (методом ГХ) Вода не більше 0,05% Пероксид не більше 0,05% (як H ₂ O ₂) Вільні кислоти не більше 0,002% (як оцтова кислота) Залишок при випаровуванні не більше 0,0005 % УФ-Абсорбція 400нм не більше 0,005 УФ-Абсорбція 350нм не більше 0,005 УФ-Абсорбція 315нм не більше 0,0044 УФ-Абсорбція 300нм не більше 0,02 УФ-Абсорбція 275нм не більше 0,046 УФ-Абсорбція 250нм не більше 0,18 УФ-Абсорбція 245нм не більше 0,26 УФ-Абсорбція 212 нм не більше 1,0 Відповідність структури ІЧ-спектру
3	КАЛІЮ ФОСФАТ МОНООСНОВНИЙ (Одноосновний фосфат калію) для ВЕРХ, 50 г	шт.	1	Вміст основної речовини не ширше 99,5-101,0 % УФ-Абсорбція при 210 нм максимум 0,1 УФ-Абсорбція при 220 нм максимум 0,06 УФ-Абсорбція при 230 нм максимум 0,04 УФ-Абсорбція при 300 нм максимум 0,02 УФ-Абсорбція при 500 нм максимум 0,02
4	ХЛОРОФОРМ, стабілізований етанолом, 2,5 л	шт.	16	Вміст основної речовини не ширше 99,0-99,4% (методом ГХ) Густина не ширше 1,474-1,479 Вміст хлоридів не більше 0,0001% Вміст води не більше 0,05%

5	н-ГЕКСАН для аналізу залишків пестицидів, 2,5 л	шт.	50	Вміст основної речовини не менше 95 % (методом ГХ) Нелеткі речовини не більше 0,0005 % Вміст води не більше 0,002% Придатність для аналізу залишків не більше 5 нг/л Фільтровано через фільтр з розміром пор 0,2 мкм
6	н-ГЕПТАН для ВЕРХ, 2,5 л	шт.	5	Вміст основної речовини не менше 99,0% (методом ГХ) Флуоресценція 254 нм не більше 1,0 мкг/кг флуоресценція 365 нм не більше 1,0 мкг/кг Вода не більше 0,01% Залишок при випаровуванні не більше 0,0003 % Вільні кислоти не більше 0,001 % УФ-Абсорбція не більше 0,01 при 400 нм УФ-Абсорбція не більше 0,01 при 260 нм УФ-Абсорбція не більше 0,01 при 245 нм УФ-Абсорбція не більше 0,05 при 230 нм УФ-Абсорбція не більше 0,10 при 220 нм УФ-Абсорбція не більше 0,40 при 210 нм УФ-Абсорбція не більше 0,70 при 200 нм Кислотність не більше 0,001% (як оцтова кислота)
7	АЦЕТОНІТРИЛ, градієнтний для ВЕРХ, 2,5 л	шт.	30	Вміст основної речовини не менше 99,90 % ВЕРХ абсорбція 210 нм не більше 3 MAU ВЕРХ абсорбція 254 нм не більше 0,5 MAU Дрейф базової лінії 210 нм не більше 15 MAU Вода не більше 0,02% Залишок при випаровуванні не більше 0,0005 % УФ-Абсорбція не більше 0,0044 при 400 нм УФ-Абсорбція не більше 0,0044 при 250 нм УФ-Абсорбція не більше 0,0044 при 235 нм УФ-Абсорбція не більше 0,0044 при 230 нм УФ-Абсорбція не більше 0,032 при 200 нм

				УФ-Абсорбція не більше 0,12 при 195 нм Кислотність не більше 0,001% (як оцтова кислота) Лужність не більше 0,0002% (як аміак) Флуоресценція 254 нм не більше 1,0 мкг/кг (як хінін) Флуоресценція 365 нм не більше 0,5 мкг/кг (як хінін)
8	МЕТАНОЛІ для ВЕРХ, 2,5 л	шт.	10	Вміст основної речовини не менше 99,9 % (методом ГХ) Вміст води не більше 0,03% Залишок при випарюванні не більше 0,0005% УФ-Абсорбція 210нм не більше 0,60 УФ-Абсорбція 205нм не більше 1,00 УФ-Абсорбція 220нм не більше 0,30 УФ-Абсорбція 230нм не більше 0,20 УФ-Абсорбція 235нм не більше 0,10 УФ-Абсорбція 240нм не більше 0,10 УФ-Абсорбція 260нм не більше 0,04 УФ-Абсорбція 280нм не більше 0,01 УФ-Абсорбція 400нм не більше 0,01 Флуоресценція при 254 нм не більше 1,0 мкг/кг (як хінін) Флуоресценція при 365 нм не більше 1,0 мкг/кг (як хінін)
9	ЕТИЛАЦЕТАТ для ВЕРХ, 2,5 л	шт.	8	Вміст основної речовини не менше 99,70 % (методом ГХ) Вода не більше 0,03 % Залишок при випаровуванні не більше 0,0005 % Вільні кислоти не більше 0,005 % УФ-Абсорбція 400 нм не більше 0,01 УФ-Абсорбція 300 нм не більше 0,01 УФ-Абсорбція 270 нм не більше 0,10 УФ-Абсорбція 260 нм не більше 0,30 УФ-Абсорбція 255 нм не більше 0,70
10	2-ПРОПАНОЛІ для ВЕРХ, 2,5 л	шт.	8	Вміст основної речовини не менше 99,85 % (методом ГХ) Вода не більше 0,05 % Залишок при випаровуванні не більше 0,0003% Вільні кислоти не більше 0,001 % (як оцтова кислота) УФ абсорбція 205 нм не більше 1,00 УФ абсорбція 210 нм не більше 0,70 УФ абсорбція 220 нм не більше 0,20 УФ абсорбція 230нм не більше 0,10 УФ абсорбція 260 нм не більше 0,01 УФ абсорбція 400 нм не більше 0,01
11	АКРИЛАМІД-d3, 10 мг	шт.	1	Ступінь чистоти не менше 98% Ізотопна чистота не менше 98%

12	ПЕТРОЛЕЙНИЙ ЕФІР 40-60С°, 1л	шт.	15	Питома густина не ширше 0,642-0,656 Температура кипіння не ширше 40-60° С (не менше 75%) Вміст води не більше 0,01 % Залишок при випарюванні не більше 0,001%
13	L-АСКАРБІНОВА КИСЛОТА, 100 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 98,5% (ТІХХ) Вміст основної речовини не менше 99,0% (методом кислотно-основного титрування) Важкі метали не більше 5 мг/кг Хлориди не більше 50 мг/кг
14	L-(+)- РОЗЧИН МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ, 500 мл	шт.	1	Вміст основної речовини не ширше 88-92% Вміст важких металів не більше 0,0005% Хлориди не більше 0,005% Сульфати не більше 0,01%
15	4-ДИМЕТИЛАМІНОБЕНЗАЛЬДЕГІД, 25 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 98,5 % (методом ГХ) Точка плавлення не ширше 73 - 75°С Залишок при спалюванні не більше 0,1 %
16	2-4 ДІНІТРОФЕНОЛ зволожений, 100 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 98,0% (методом ВЕРХ) Вміст води не менше 15,0% Відповідність структури ІЧ-спектру
17	пара-ФЕНІЛЕНДІАМІН СОЛЯНОКИСЛИЙ (1,4-фенілендіаміндігідрохлорид), 100 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 99,0% (методом ТІХХ), Відповідність структури ІЧ-спектру
18	Багатоелементний стандартний розчин 4 для ІСР, 100 мл	шт.	1	Аналітичний стандарт у 10% азотній кислоті. Елементний склад: Алюміній 40,0 мг/л ± 0,2 мг/л Миш'як 40,0 мг/л ± 0,1 мг/л Барій 40,0 мг/л ± 0,1 мг/л Берилій 10,00 мг/л ± 0,06 мг/л Бор 100,0 мг/л ± 0,3 мг/л Кадмій 10,0 мг/л ± 0,03 мг/л Хром 19,99 мг/л ± 0,08 мг/л Кобальт 10,0 мг/л ± 0,03 мг/л Мідь 19,99 мг/л ± 0,06 мг/л Залізо 100,0 мг/л ± 0,3 мг/л Свинець 40,0 мг/л ± 0,1 мг/л Манган 10,0 мг/л ± 0,05 мг/л Нікель 19,99 мг/л ± 0,06 мг/л Селен 100,0 мг/л ± 0,3 мг/л Талій 100,0 мг/л ± 0,3 мг/л Ванадій 40,0 мг/л ± 0,1 мг/л Цинк 100,0 мг/л ± 0,3 мг/л Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034
19	L-триптофан, 25 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 98,0%

20	Ацетилацетон (2,4 пентандіон), 1 л	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 95,0% Вміст води не більше 0,1% Питома густина не ширше 0,971-0,981
21	Дібензо(а,в) антрацен, 100 мг	шт.	1	Кваліфікація аналітичний стандарт або чиста речовина не менше 96 %
22	БЕТУЛІН, 1 г	шт.	1	Вміст основної речовини не менше 98 % Відповідність структури ІЧ-спектру
23	(±)-2-МХПД-D5-1,3-біс- стеариновий ефір, аналітичний стандарт, 25 мг	шт.	1	Кваліфікація аналітичний стандарт Надання сертифікату відповідності виробника вимогам ISO 17034

Умовні скорочення:

(ГХ)- газова хроматографія

(ВЕРХ)-високоєфективна рідинна хроматографія

(ТШХ)- тонко шарова хроматографія

ЯМР- ядерно-магнітний резонанс

(ІСР)- індуктивно зв'язана плазма

ІЧ- інфрачервоний

Додаткові умови:

Гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати поставки товару.

Місце поставки: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143.

Поставка товару протягом 60 робочих днів згідно із заявками замовника.

Товар повинен бути новим та без пошкодження упаковки.

Сертифікат (протокол) аналізу при поставці товару.

Начальник центру № 17



В.СЕМЕНОВИЧ

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» № 79 від 19.05.2020.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі:

$(276\,700,00 + 259\,361,00 + 253\,633,00) / 3 = 263\,200,00$ грн з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 263 200,00 грн з ПДВ.

Начальник центру № 17



В.СЕМЕНОВИЧ