

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2022-09-30-003196-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4, Київ, Київська область, 03143, Україна
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	KRUTOFF@UKRCSM.KIEV.UA, 380445260116, Крутов Сергій Леонідович
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Технічне обслуговування лазерного сканера FARO Focus 3D X130)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:50430000-8: Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Технічне обслуговування лазерного сканера FARO Focus 3D X130	ДК 021:2015: 50430000-8 — Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання	1 послуга	Федеративна Республіка Німеччина, Відповідно до документації	до 28 лютого 2023

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)

Підписання договору		Аванс	30	Робочі	30
Надання послуг	остаточний розрахунок в розмірі 70% ціни Договору Замовник сплачує протягом 20 банківських днів з дати надання Послуг за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної	Післяоплата	20	Банківські	70

Очікувана вартість предмета закупівлі:

434 646,40 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		0 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

2 173,23 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

17 жовтня 2022 10:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

відсутній , після завершення електронного аукціону

Дата та час проведення електронного аукціону:

18 жовтня 2022 13:31

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:

відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:

відсутні

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

(методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі
(Наказ «ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» № 79 від 19.05.2020 р.))

50430000-8 Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (**Технічне обслуговування лазерного сканера FARO Focus 3D X130**)

Визначається очікувана ціна за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою:

$$Ц_{од} = (Ц_1 + \dots + Ц_K) / K,$$

де:

$Ц_{од}$ – очікувана ціна за одиницю;

$Ц_1, Ц_K$ – ціни, отримані з відкритих джерел інформації (в тому числі листи-відповіді), приведені до єдиних умов;

K – кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації;

Маємо три цінові пропозиції:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр САПР» - 392 062,80 грн. з ПДВ
- Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича комерційна фірма «ТЕХНОЕКС» - 449 330,40 грн. з ПДВ
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційні технології САПР» - 462 546,00 грн.

$$Ц_{од} = (392\,062,80 + 449\,330,40 + 462\,546,00) / 3 = 434\,646,40 \text{ грн.}$$

Очікувана вартість закупівлі за кодом ДК 21:2015 **50430000-8** Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (**Технічне обслуговування лазерного сканера FARO Focus 3D X130**) становить 434 646,40 грн. з ПДВ.

Начальник відділу № 23



Ганна ФУРСА

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

Послуги з ремонтування і технічного обслуговування високоточного обладнання (Технічне обслуговування лазерного сканера FARO Focus 3D X130)

Лазерний сканер FARO Focus 3D X130 - це високоточний пристрій, що містить безліч чутливих компонентів, і тому потребує відповідного догляду.

Для забезпечення нормального функціонування лазерного сканера FARO Focus 3D X130 він повинен регулярно перевірятися фахівцями клієнтської служби компанії FARO в ході щорічного обслуговування та сертифікації. Інтервали обслуговування не повинні перевищувати максимальний період в один рік. Додаткові відомості можна дізнатися, звернувшись в місцеву службу технічної підтримки компанії FARO.

1. Проведення технічного обслуговування лазерного сканера FARO Focus 3D X130 в сервісному центрі фірми-виробника FARO EUROPE GmbH & Co.KG, Німеччина охоплює всі функціональні аспекти щодо типу моделі, та включає:

- Вхідна інспекція та початкове оцінювання;
- Обов'язкові оновлення;
- Ретельне внутрішнє та зовнішнє очищення;
- Комплексний, автоматизований, самодіагностичний тест на 650–700 позицій
- Електронне регулювання датчика;
- Тест бездротового підключення;
- Тест компаса;
- Тест висотоміра;
- Тест GPS;
- Тест на точність;
- Оновлення до поточної версії мікропрограми;
- Вимірювання та регулювання внутрішніх компонентів:
 - датчик відстані;
 - датчик інтенсивності;
 - дутові датчики;
 - датчики температури при заміні внутрішніх компонентів;
 - сенсорний екран;
 - кольорова камера;
 - інклінометр;
- Остаточна перевірка узгодженості;
- Повне калібрування відповідно до заводських налаштувань;

Додаткові умови:

1. Місце надання послуги: сервісний центр фірми-виробника FARO EUROPE GmbH & Co.KG, Німеччина;

2. Гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати підписання сторонами акту здачі-приймання наданих послуг;

3. Сертифікат калібрування на лазерний сканер FARO Focus 3D X130 - розширена невизначеність ($k=2$) характеристик в 3D положенні за результатами калібрування повинна бути не гірша - 0,20 mm, розширена невизначеність ($k=1$) характеристик дальноміра за результатами калібрування повинна бути не гірша - 0,067 mm.