

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів

UA-2022-10-03-003833-a

Найменування замовника:

ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:

02568182

Місцезнаходження замовника:

м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4, Київ, Київська область, 03143, Україна

Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

SERGEY1177@UKR.NET, 380445263689, Буянов Сергій Володимирович

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

38540000-2 Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати (комплект розв'язувальних пристроїв для випробувань з електромагнітної сумісності)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:38540000-2: Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
38540000-2 Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати (комплект розв'язувальних пристроїв для випробувань з електромагнітної сумісності)	ДК 021:2015:38540000-2 — Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати	1 комплект	Україна, Відповідно до документації	до 30 грудня 2022

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору		Аванс	30	Робочі	30

Поставка товару		Післяплата	20	Банківські	70
-----------------	--	------------	----	------------	----

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 375 100,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		0 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 6 875,50 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 20 жовтня 2022 10:00

Мова тендерної пропозиції: українська

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній , після завершення електронного аукціону

Дата та час проведення електронного аукціону: 21 жовтня 2022 15:54

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні

Розв'язувальні пристроїв для випробувань з електромагнітної сумісності

Закупівля передбачає придбання обладнання для розширення технічних можливостей проведення випробувань на стійкість до дії кондуктивних електромагнітних завад.

Пристрої застосовуються для забезпечення передавання енергії від генератора до обладнання, що випробовується та одночасного відокремлення допоміжного обладнання при проведенні випробувань на стійкість до дії кондуктивних електромагнітних завад.

Загальні вимоги

1. Розв'язувальний пристрій 1		
1.1 Діапазон частот	Не менше	150 кГц- 230 МГц
1.2 Максимальна змінна напруга між мережевим провідником та провідником уземлення для обладнання, що випробовується	Не менше	230 В
1.3 Максимальна змінна напруга між мережевими провідниками для обладнання, що випробовується	Не менше	433 В
1.4 Максимальна постійна напруга між мережевим провідником та провідником уземлення для обладнання, що випробовується	Не менше	400 В
1.5 Максимальна постійна напруга між мережевими провідниками для обладнання, що випробовується	Не менше	800 В
1.6 Максимальний струм	Не менше	16 А
1.7 Загальний імпеданс порту підключення обладнання, що випробовується в діапазоні частот: 150 кГц- 24 МГц 24 МГц- 80 МГц 80 МГц- 230 МГц		150±20 Ом 150 + 60 Ом/- 45 Ом 150±60 Ом
1.8 Тип роз'єму	Не менше	BNC, 50 Ом
1.9 Радіочастотна напруга	Не менше	30 В
1.10 Коефіцієнт поділу напруги (від радіочастотного порту до порту для підключення обладнання, що випробовується) в діапазоні частот: 150 кГц- 80 МГц 80 МГц -230 МГц	Не менше	9,5±1,5 дБ 9,5±3дБ
1.11 Внесені втрати між портом для підключення обладнання, що випробовується та портом для підключення допоміжного обладнання	Не більше	0,1 дБ
1.12 Розв'язка завад між радіочастотним портом та портом для підключення допоміжного обладнання на частоті: 150 кГц 1,5 МГц 30 МГц 230 МГц	Не менше	30 дБ 60 дБ 40 дБ 20 дБ
2. Розв'язувальний пристрій 2		

2.1 Кількість екранованих та неекранованих пар провідників, які можуть бути підключені	Не менше	4
2.2 Максимальна напруга випробувального імпульсу 1,2/50 мкс.	Не менше	3 кВ
2.3 Максимальна напруга випробувального імпульсу 5/50 нс	Не менше	4 кВ
2.4 Максимальна напруга коливального випробувального імпульсу 0,5 мкс/100 кГц	Не менше	4 кВ
2.5 Максимальна постійна напруга	Не менше	50 В
2.6 Відповідність стандартам для підключення обладнання з PoE живленням	Не менше	IEEE 802.3af-2003 та IEEE 802.3at-2009.
2.7 Швидкість передачі даних	Не менше	1000 Мбіт/с
2.8 Габаритні розміри	Не більше	270x110x140 мм
2.9 Маса	Не більше	6,5 кг

Комплект поставки:


Комплект обладнання для випробування медичних приладів на стійкість до дії змінного магнітного поля в складі:

- **Ров'язувальний пристрій 1- 1 одиниця**
- **Сертифікат калібрування ров'язувального пристрою 1- 1 одиниця**
- **Ров'язувальний пристрій 2- 1 одиниця**
- **Сертифікат калібрування ров'язувального пристрою 2- 1 одиниця**

Додаткові умови:

Гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати поставки;

- Місце поставки: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна 4



Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі:

розв'язувальних пристроїв для випробувань з електромагнітної сумісності

за кодом 38540000-2 «Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати»

Розрахунок виконано відповідно «Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», яка затверджена наказом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» № 79 від 19.05.2020

Для оцінки було сформовано технічне завдання з описом технічних та якісних характеристик предмету закупівлі та проаналізовано інформацію з відкритих джерел щодо можливої вартості. Інформація про вартість обладнання, яке пропонується для закупівлі, відсутня в відкритих джерелах через обмежену кількість виробників та постачальників. Обладнання виготовляється виключно іноземними виробниками та продається із урахуванням валютного курсу.

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі був використаний метод оцінки на підставі порівняння ринкових цін, які отримані за запитами. Були отримані попередні цінові пропозиції для обладнання виробництва Ametek. Виробник є світовим лідером в розробці і виробництві випробувального обладнання та ЗВТ. НТВЦ УкрТЕСТ протягом тривалого терміну часу використовує значну кількість обладнання цього без зауважень його якості і технічних характеристик.

Були отримані комерційні пропозиції від трьох постачальників.

Запропоновані вартості склали:

ТОВ «ЮНІТЕСТ» - 1 351 296, 00 грн.

ВКФ «ОРВІН» – 1 399 000,00 грн.

ТОВ «НВП «ЕТАЛОН-ПРИЛАД» - 1 375 000,00 грн.

Середня вартість за пропозиціями складає 1 375 098,67 грн.

Для ефективного використання коштів при проведенні торгів пропонується встановити очікувану вартість предмета закупівлі в розмірі 1 375 100,00 гривень.

Начальник НТВЦ УкрТЕСТ



Анатолій ГІНДІКІН