

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2022-10-03-004914-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4, Київ, Київська область, 03143, Україна
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	SERGEY1177@UKR.NET, 380445263689, Буянов Сергій Володимирович
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	38540000-2 Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати(Комплект обладнання для випробування медичних приладів на стійкість до дії змінного магнітного поля)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:38540000-2: Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
38540000-2 Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати(Комплект обладнання для випробування медичних приладів на стійкість до дії змінного магнітного поля)	ДК 021:2015:38540000-2 — Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати	1 комплект	Україна, Відповідно до документації	до 30 грудня 2022

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору		Аванс	30	Робочі	30

Поставка товару		Післяоплата	20	Банківські	70
-----------------	--	-------------	----	------------	----

Очікувана вартість предмета закупівлі: 872 000,00 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		0 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 4 360,00 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 22 жовтня 2022 10:00

Мова тендерної пропозиції: українська

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: відсутній , після завершення електронного аукціону

Дата та час проведення електронного аукціону: 24 жовтня 2022 14:03

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні

Комплект обладнання для випробування медичних приладів на стійкість до дії змінного магнітного поля

Закупівля передбачає придбання обладнання для розширення технічних можливостей проведення випробувань медичного обладнання на стійкість до дії електромагнітних полів за EN 61000-4-39:2017 та зміни A1:2021 до EN 60601-1-2:2015 (стійкість до дії змінних магнітних полів, які випромінюються безпосередньо поруч з виробом).

Комплект складається з двох випромінювальних антен для різних діапазонів частот, двох датчиків поля для різних діапазонів частот та допоміжних пристроїв

Загальні вимоги

1. Випромінювальна антена 1		
1.1 Діапазон частот	Не менше	9 кГц- 150 кГц
1.2 Випробувальна відстань	Не менше	50 мм
1.3 Коефіцієнт перетворення	Не менше	75
1.4 Струм в діапазоні частот	Не більше	15 А
1.5 Діаметр кільця антени	Не менше	150 мм
1.6 Кількість витків антени		20
1.7 Номінальний діаметр роз'єму антени		4 мм
1.8 Габаритні розміри	Не більше	135х148х48 мм
1.9 Маса	Не більше	0,4 кг
2. Датчик поля 1		
2.1 Діапазон частот	Не менше	9 кГц- 150 кГц
2.2 Діаметр кільця датчика поля	Не менше	40 мм
2.3 Тип роз'єму	Не менше	BNC, 50 Ом
2.4 Кількість витків датчика поля		41
2.5 Габаритні розміри	Не більше	51х90х25 мм
2.6 Маса	Не більше	0,05 кг
3. Допоміжний прилад 1 (пробник струму)		
3.1 Діапазон частот	Не менше	9 кГц- 150 кГц
3.2 Внесені втрати	Не більше	34±2дБ
3.3 Внесений імпеданс	Не більше	1 Ом
3.4 Струм в діапазоні частот	Не менше	1,5 А
3.5 Діаметр вікна пробника струму	Не менше	25 мм
3.6 Тип роз'єму		BNC
3.7 Габаритні розміри	Не більше	105х80х38 мм
3.8 Маса	Не більше	0,6 кг
4. Випромінювальна антена 2		
4.1 Діапазон частот	Не менше	150 кГц- 30 МГц
4.2 Випробувальна відстань	Не менше	50 мм
4.3 Потужність, яка має підводитись для створення напруженості поля 7,5 А/м на частоті 13,56 МГц	Не більше	40 дБм
4.4 Кількість витків		3
4.5 Діаметр кільця антени	Не менше	100 мм
4.6 Максимальна потужність	Не менше	100 Вт
4.7 Тип роз'єму		BNC, 50 Ом
4.8 Габаритні розміри	Не більше	110х120х78 мм
4.9 Маса	Не більше	0,2кг
5. Датчик поля 2		

5.1 Діапазон частот	Не менше	150 кГц- 30 МГц
5.2 Діаметр кільця датчика поля	Не менше	40 мм
5.3 Тип роз'єму	Не менше	BNC, 50 Ом
5.4 Кількість витків датчика поля		1
5.5 Габаритні розміри	Не більше	50х120х25 мм
5.6 Маса	Не більше	0,05 кг
6. Допоміжний прилад 2 (узгоджувальний пристрій)		
6.1 Частота		13,56 МГц
6.2 Максимальна вхідна потужність	Не менше	20 Вт
6.3 Тип роз'єму вхідного роз'єму		N, 50 Ом
6.4 Тип вихідного роз'єму		22SHV-50-0-2
6.5 Габаритні розміри	Не більше	90х63х110 мм
6.6 Маса	Не більше	0,6 кг

Комплект поставки:


Комплект обладнання для випробування медичних приладів на стійкість до дії змінного магнітного поля в складі:

- Випромінювальна антена 1- 1 одиниця
- Випромінювальна антена 2- 1 одиниця
- Датчик поля 1- 1 одиниця
- Сертифікат калібрування датчика поля - 1 одиниця
- Датчик поля 2 - 1 одиниця
- Сертифікат калібрування датчика поля - 1 одиниця
- Допоміжний прилад 1 (пробник струму) - 1 одиниця
- Сертифікат калібрування пробника струму - 1 одиниця
- Допоміжний прилад 2 (узгоджувальний пристрій) - 1 одиниця
- З'єднувальні кабелі- 5 одиниць

Додаткові умови:

Гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати поставки;

- Місце поставки: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна 4

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі:

*комплекту обладнання для випробування медичних приладів на стійкість до дії
змінного магнітного поля*

за кодом 38540000-2 «Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати»

Розрахунок виконано відповідно «Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», яка затверджена наказом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» № 79 від 19.05.2020

Для оцінки було сформовано технічне завдання з описом технічних та якісних характеристик предмету закупівлі та проаналізовано інформацію з відкритих джерел щодо можливої вартості. Інформація про вартість обладнання, яке пропонується для закупівлі, відсутня в відкритих джерелах через обмежену кількість виробників та постачальників. Обладнання виготовляється виключно іноземними виробниками та продається із урахуванням валютного курсу..

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі був використаний метод оцінки на підставі порівняння ринкових цін, які отримані за запитами. Були отримані попередні цінові пропозиції для обладнання виробництва Ametek. Виробник є світовим лідером в розробці і виробництві випробувального обладнання та ЗВТ. НТВЦ УкрТЕСТ протягом тривалого терміну часу використовує значну кількість обладнання цього без зауважень його якості і технічних характеристик.

Були отримані комерційні пропозиції від трьох постачальників

Запропоновані вартості склали:

ТОВ «ЮНІТЕСТ» - 839 568, 00 грн.

ВКФ «ОРВІН» – 900 00,00 грн.

ТОВ «НВП «ЕТАЛОН-ПРИЛАД» 876 000,00 грн.

Середня вартість за пропозиціями складає 871 856,00 грн.

Для ефективного використання коштів при проведенні торгів пропонується встановити очікувану вартість предмета закупівлі в розмірі 872 000,00 гривень.

Начальник НТВЦ УкрТЕСТ



Анатолій ГІНДІКІН