

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2023-03-13-000250-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Крутов Сергій Леонідович, 380445260116, KRUTOFF@UKRCSM.KIEV.UA
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	34990000-3 Регулювальне, запобіжне, сигнальне та освітлювальне обладнання (Міра частоти сердечних скорочень)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:34990000-3: Регулювальне, запобіжне, сигнальне та освітлювальне обладнання

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Міра частоти сердечних скорочень	ДК 021:2015:34990000-3 — Регулювальне, запобіжне, сигнальне та освітлювальне обладнання	1 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2023

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору		Аванс	20	Робочі	30
Поставка товару		Післяоплата	20	Банківські	70

Очікувана вартість предмета закупівлі:

18 000,00 UAH

**Розмір мінімального кроку
пониження ціни:** 90,00 UAH

**Математична формула для
розрахунку приведеної ціни (у разі її
застосування):** відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:** 22 березня 2023 10:00

Мова тендерної пропозиції: українська

**Розмір забезпечення тендерних
пропозицій (якщо замовник вимагає
його надати):** відсутній

**Вид забезпечення тендерних
пропозицій (якщо замовник вимагає
його надати):** відсутній

**Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:** 22 березня 2023 10:00

**Дата та час проведення
електронного аукціону:** відсутній

**Обґрунтування
очікуваної вартості предмета закупівлі**

(методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі
(Наказ «ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» №79 від 19.05.2020 р.))
34990000-3 Регулювальне, запобіжне, сигнальне та освітлювальне обладнання
(Міра частоти серцевих скорочень – 1 од.)
(метод розрахунку – порівняння ринкових цін)

1. Очікувана вартість за одиницю з ПДВ (міра частоти серцевих скорочень):

$C_1 = 18\,000,00$ грн.

$C_2 = 19\,000,00$ грн.

$C_3 = 17\,000,00$ грн.

$C_{од} = (C_1 + C_2 + C_3) / 3 = 54\,000,00 : 3 = 18\,000,00$ грн.

2. Очікувана вартість товару з ПДВ:

$ОВ_1 = C_{од} * V = 18\,000,00 * 1 = 18\,000,00$ грн.

де V – кількість товару.

Долатки:

1. Цінова пропозиція НВ ТОВ «Ескулап - УЗТ» - 1 арк.;
2. Цінова пропозиція ФОП «Шевченко Олександр Дмитрович» - 1 арк.;
3. Цінова пропозиція ТТЦ «ЕЛЕКТРОН» - 1 арк.

Начальник відділу № 22



Андрій ІВАЩЕНКО

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі:**

Міра частоти серцевих скорочень

Опис

Міра частоти серцевих скорочень призначений для метрологічного забезпечення та технічного обслуговування ультразвукових вимірювачів частоти серцевих скорочень (фетальних моніторів), шляхом відтворення пульсацій мембрани, імітує пульсації тканини системи кровообігу дитини в череві матері.

Основні технічні характеристики

	Технічні вимоги	Вимоги
1	Діапазон відтворення пульсацій, ударів/хв	від 30 до 500
2	Дискретність пульсацій, ударів/хв.	0,1
3	Похибка встановлення пульсацій, ударів/хв	0,1
4	Електроживлення, В	220
5	Споживча потужність, не більше, Вт	5
6	Габаритні розміри, не більше, мм	255×150×105
7	Маса, не більше, кг	1,5
8	Робочі умови експлуатації: температура оточуючого середовища, °C атмосферний тиск, кПа відносна вологість повітря, %	20 ± 5 100 ± 4 65 ± 15%

Комплект поставки:

1. Міра частоти серцевих скорочень – 1 шт.;
2. Керівництво з експлуатації – 1 примірник.

Додаткові умови:

1. Гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати постачання Товару.
2. Місце поставки – 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4, ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».
3. Товар повинен бути новий, що не був використаний та без механічних пошкоджень.

Начальник відділу №22



Андрій ІВАЩЕНКО