

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2023-07-18-000199-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Крутов Сергій Леонідович, 380445260116, KRUTOFF@UKRCSM.KIEV.UA
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Послуги з технічного обслуговування мір електричної напруги постійного струму на 10 кВ (МВН-10) та 180 кВ (МВН-180) зі складу ДЕТУ 08-04-99)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:50410000-2: Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Послуги з технічного обслуговування мір електричної напруги постійного струму на 10 кВ (МВН-10) та 180 кВ (МВН-180) зі складу ДЕТУ 08-04-99	ДК 021:2015: 50410000-2 — Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 14 листопада 2023

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)

Інша подія	Замовник здійснює оплату послуг в розмірі 100% вартості Послуг протягом 10-ти банківських днів з дати підписання Сторонами акту здачі-приймання наданих послуг, за умови надходження бюджетних коштів.	Післяоплата	10	Банківські	100
------------	--	-------------	----	------------	-----

Очікувана вартість предмета закупівлі:

160 000,00 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

800,00 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

28 липня 2023 10:00

Мова тендерної пропозиції:

українська

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):

відсутній

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):

відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

28 липня 2023 10:00

Дата та час проведення електронного аукціону:

31 липня 2023 11:22

Обґрунтування вартості закупівлі

(«Послуги з технічного обслуговування мір електричної напруги постійного струмуна 10 кВ (МВН-10) та 180 кВ (МВН-180) зі складу ДЕТУ 08-04-99»)

Аналогічний товар – *Послуги з технічного обслуговування та ремонту низьковольтного блоку НБ-100 із складу пересувної частини ДЕТУ 08-04-99 та низьковольтного блоку НБ-1000 із складу стаціонарної частини ДЕТУ 08-04-99 низьковольтного блоку НБ-100 із складу пересувної частини ДЕТУ 08-04-99* – має подібні характеристики, придбаний за договором № 26/08-29 від 26.08.2015 р.

Вартість закупівлі серпня 2015 року складає 75 000 грн. з ПДВ.

$$ОВ = V * Ц_{м.п.} * K_i = 1 * 75\,000 * 2.23 = 167\,250.$$

Орієнтовна вартість закупівлі складає приблизно 160 000 грн.

Начальник відділу 29



Юрій АНОХІН

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі
Послуги з технічного обслуговування мір електричної напруги постійного струму на
10 кВ (МВН-10) та 180 кВ (МВН-180) зі складу ДЕТУ 08-04-99

Опис


Повинен бути виконаний наступний перелік заходів і робіт з виконання послуги
з технічного обслуговування мір електричної напруги постійного струму на 10 кВ
(МВН-10) та 180 кВ (МВН-180) зі складу ДЕТУ 08-04-99:

1. Виконавець забезпечує збирання схеми державного еталона у приміщенні високовольтного залу, що забезпечує роботу обладнання з напругою до 180 кВ (далі - високовольтний зал).
2. Виконавець забезпечує приєднання схеми державного еталона до внутрішніх мереж силового живлення високовольтного залу та до існуючих контурів заземлення.
3. Виконавець проводить перевірку якості паяних з'єднань між платами мір електричної напруги постійного струму на 10 кВ (МВН-10) та 180 кВ (МВН-180).
4. Виконавець проводить експериментальні дослідження мір електричної напруги постійного струму на 10 кВ (МВН-10) та 180 кВ (МВН-180), а саме:
 - визначення дійсного значення напруги однозначних мір МВН-10
 - визначення дійсного значення напруги ділянок однозначних мір I та II типу МВН-180
 - розрахунок дійсного значення напруги однозначних мір I та II типу МВН-180;
 - визначення відхилення дійсного значення напруги однозначних I та II типу МВН-10 та МВН-180 від їх номінальних значень;
5. Виконавець проводить виявлення та заміну найбільш нестабільних стабілітронів у складі однозначних мір I та II типу МВН-180 та МВН-10, у яких відхилення дійсного значення напруги від номінального перевищує 0,1 В для однозначних мір I типу та 1 В для однозначних мір II типу.
6. Виконавець проводить повторне визначення дійсних значень напруги однозначних мір I та II типу для яких було проведено заміну стабілітронів.
7. Виконавець проводить визначення зміни дійсного значення напруги однозначних мір I та II типу МВН-180 та МВН-10 у робочому діапазоні температури від 18 °С до 22 °С.
8. Транспортування мір електричної напруги постійного струму на 10 кВ (МВН-10) та 180 кВ (МВН-180) до Виконавця виконується транспортом Замовника.

Додаткові вимоги:

Місце надання послуг – територія Виконавця.

Начальник відділу № 29



Юрій АНОХІН