

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2023-09-12-009484-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Крутов Сергій Леонідович, 380445260116, KRUTOFF@UKRCSM.KIEV.UA
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	38540000-2 Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати (Одноканальний перетворювач сигналу)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:38540000-2: Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Одноканальний перетворювач сигналу	ДК 021:2015: 38540000-2 — Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати	1 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 26 грудня 2023

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору		Аванс	30	Робочі	30
Поставка товару		Післяоплата	20	Банківські	70

Очікувана вартість предмета закупівлі: 27 070,67 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:	135,35 UAH
Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):	відсутня
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	21 вересня 2023 10:00
Мова тендерної пропозиції:	українська
Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	21 вересня 2023 10:00
Дата та час проведення електронного аукціону:	22 вересня 2023 12:47
Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:	відсутні
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:	відсутні

Обґрунтування
очікуваної вартості предмета закупівлі
(методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі
(Наказ «ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» №79 від 19.05.2020 р.))
38540000-2 Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати
(Одноканальний перетворювач сигналу – 1 од.)
(метод розрахунку – порівняння ринкових цін)

1. Очікувана вартість за одиницю з ПДВ (міра частоти серцевих скорочень):
 $C_1 = 25\,812,00$ грн.
 $C_2 = 26\,900,00$ грн.
 $C_3 = 28\,500,00$ грн.
 $C_{\text{од}} = (C_1 + C_2 + C_3) / 3 = 81\,212,00 : 3 = 27\,070,67$ грн.
2. Очікувана вартість товару з ПДВ:
 $ОВ_1 = C_{\text{од}} * V = 27\,070,67 * 1 = 27\,070,67$ грн.
де V – кількість товару.
Орієнтовна вартість товару з ПДВ становить 27 070,67 грн.

Долатки:

1. Цінова пропозиція ТОВ «ХАРКІВ - ПРИЛАД» - 1 арк.;
2. Цінова пропозиція ФОП «Шевченко Олександр Дмитрович» - 1 арк.;
3. Цінова пропозиція ТТЦ «ЕЛЕКТРОН» - 1 арк.

Начальник відділу № 22



Андрій ІВАЩЕНКО

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Одноканальний перетворювач сигналу

Опис

Одноканальний перетворювач сигналу призначений для електроживлення п'єзоелектричних датчиків прискорення з вбудованими схемами (типів ICP, IEPE) та для узгодження таких датчиків із системами збору даних, вольтметрів і т.і..

Основні технічні характеристики

	Технічні вимоги	Вимоги
1	Кількість каналів	1
2	Підсилення	x1, x10
3	Частотний діапазон, Гц	від 1 до 10000
4	Похибка, %	менше ніж 1
5	Параметри збудження: по постійній напрузі, В по постійному струмі, мА	24 2
6	Шум на виході, мВ/rms	1
7	Вихідний опір, Ом	менше ніж 100
8	Діапазон вихідної напруги, В	± 10
9	Маса, не більше, гр.	1500
10	Розмір, мм	142x76x40
11	Живлення постійного струму: напруга, В	3,8 (літієва батарея, заряджається через USB)

Комплект поставки:

1. Одноканальний перетворювач сигналу – 1 шт.;
2. Паспорт – 1 примірник.

Додаткові умови:

1. Гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати постачання Товару.
2. Місце поставки – 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4, ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ».
3. Товар повинен бути новий, що не був використаний та без механічних пошкоджень.

Начальник відділу №22



Андрій ІВАЩЕНКО