ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2024-10-31-010634-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Олександр Олексійович Пінчук, 380445260186, oleksandr.pinchuk@ukrcsm.com
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	39180000-7 Лабораторні меблі (лабораторні меблі)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:39180000-7: Лабораторні меблі

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	**Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі**	**Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг**	**Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг**	**Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг**
Стіл лабораторний посилений 1500×1200×750 мм	ДК 021:2015: 39180000-7 — Лабораторні меблі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 лютого 2025
Стіл лабораторний посилений 1200×1200×750 мм	ДК 021:2015: 39180000-7 — Лабораторні меблі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 лютого 2025
Тумба викотна лабораторна 500×520×620 мм	ДК 021:2015: 39180000-7 — Лабораторні меблі	6 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 лютого 2025
Стіл лабораторний посилений 1800×750×750 мм	ДК 021:2015: 39180000-7 — Лабораторні меблі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 лютого 2025
Стіл лабораторний посилений 1200×750×750 мм	ДК 021:2015: 39180000-7 — Лабораторні меблі	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 лютого 2025

Стіл лабораторний 900×750×900 мм	ДК 021:2015: 39180000-7 — Лабораторні меблі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 лютого 2025
Тумба підвісна лабораторна 900×520×670 мм	ДК 021:2015: 39180000-7 — Лабораторні меблі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 лютого 2025
Стіл лабораторний 900×600×900 мм	ДК 021:2015: 39180000-7 — Лабораторні меблі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 лютого 2025
Тумба підвісна лабораторна 900×370×670 мм	ДК 021:2015: 39180000-7 — Лабораторні меблі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 лютого 2025
Табурет лабораторний	ДК 021:2015: 39180000-7 — Лабораторні меблі	3 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 лютого 2025
Стілець лабораторний	ДК 021:2015: 39180000-7 — Лабораторні меблі	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 лютого 2025
Стілець лабораторний	ДК 021:2015: 39180000-7 — Лабораторні меблі	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 лютого 2025
Стілець лабораторний	ДК 021:2015: 39180000-7 — Лабораторні меблі	2 штука	Україна, Відповідно до документації	до 26 лютого 2025

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Покупець оплачує вартість Товару протягом 60 робочих днів з дати поставки Товару за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної (умова зазначається у випадку якщо Учасник є платником ПДВ)	Післяоплата	60	Робочі	100

Очікувана вартість предмета закупівлі: 381 120,15 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 905,60 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:	08 листопада 2024 16:00
Мова тендерної пропозиції:	українська
Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):	відсутній
Дата та час розкриття тендерних пропозицій:	08 листопада 2024 16:00
Дата та час проведення електронного аукціону:	11 листопада 2024 15:45
Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:	відсутні
Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:	відсутні

Додаток № 1

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Опис

Лабораторні меблі необхідні для комплектації науково-методичної лабораторії хроматографічних досліджень та бактеріологічної лабораторії.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

№ пп	Найменування	Вимоги	Кіль-кість, шт.
1	Стіл лабораторний посилений 1500×1200×750 мм	В основі столу повинен бути розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб перетином не менше 60х30х2 мм, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень, RAL 7035. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі повинні бути передбачені регульовані опори (0-30 мм) з пластиковими підп'ятниками. Стіл повинен бути виготовленний в посиленому варіанті та витримувати навантаження – не менше 500 кгс/м². Матеріал робочої поверхні столу: хімічно стійкий пластик spc by Durcon товщиною не менше 16 мм, світло-сірого кольору, без бортика. В стільниці повинен бути зроблений отвір для трубки вакуумного насосу діаметром 76 мм Габарити (ДхГхВ), мм: 1500х1200х750 (для роботи сидячи).	1
2	Стіл лабораторний посилений 1200×1200×750 мм	В основі столу повинен бути розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб перетином не менше 60х30х2 мм, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень, RAL 7035. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі повинні бути передбачені регульовані опори (0-30 мм) з пластиковими підп'ятниками. Стіл повинен бути виготовленний в посиленому варіанті та витримувати навантаження - не менше 500 кгс/м². Матеріал робочої поверхні столу: хімічно стійкий пластик spc by Durcon товщиною не менше 16 мм, світло-сірого кольору, без бортика. Габарити (ДхГхВ), мм: 1200х1200х750 (для роботи сидячи).	1
3	Тумба викотна лабораторна 500×520×620 мм	В основі тумби повинна бути розбірна конструкція, виготовлена з листової сталі товщиною не менше 1 мм, пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень, RAL 7035. Тумба повинна встановлюватися на посилені прогумовані роликові опори, передні з фіксацією руху. Три шухляди на кулькових направляючих повного висунення. Фасад шухляд повинен бути подвійний та мати скіс під кутом 45^0. Направляючі повинні витримувати навантаження не менше 30 кг. На верхню шухляду повинен встановлюватися замок. Габарити (ДхГхВ), мм: 500х520х620.	6

4	Стіл лабораторний посилений 1800×750×750 мм	В основі столу повинен бути розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб перетином не менше 60х30х2 мм, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень, RAL 7035. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі повинні бути передбачені регульовані опори (0-30 мм) з пластиковими підп'ятниками. Стіл повинен бути виготовленний в посиленому варіанті та витримувати навантаження - не менше 500 кгс/м². Матеріал робочої поверхні столу: хімічно стійкий пластик spc by Durcon товщиною не менше 16 мм, світло-сірого кольору, без бортика. Габарити (ДхГхВ), мм: 1800х750х750 (для роботи сидячи). Стіл додатково повинен комплектуватися стільницею з керамограніту з бортиком з нержавіючої сталі висотою 8 мм та кутниками для можливості кріплення до стіни, габарити (ДхГ), мм: 800х600.	1
5	Стіл лабораторний посилений 1200×750×750 мм	В основі столу повинен бути розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб перетином не менше 60х30х2 мм, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень, RAL 7035. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі повинні бути передбачені регульовані опори (0-30 мм) з пластиковими підп'ятниками. Стіл повинен бути виготовленний в посиленому варіанті та витримувати навантаження - не менше 500 кгс/м². Матеріал робочої поверхні столу: хімічно стійкий пластик spc by Durcon товщиною не менше 16 мм, світло-сірого кольору, без бортика. Габарити (ДхГхВ), мм: 1200х750х750 (для роботи сидячи). Стіл додатково повинен комплектуватися стільницею. Матеріал робочої поверхні: хімічно стійкий пластик spc by Durcon товщиною не менше 16 мм, світло-сірого кольору, без бортика. Комплектується кутниками для можливості кріплення до каркасу. Габарити (ДхГ), мм: 1200х600.	2
6	Стіл лабораторний 900×750×900 мм	В основі столу повинен бути розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб перетином не менше 60х30х2 мм, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень, RAL 7035. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі повинні бути передбачені регульовані опори (0-30 мм) з пластиковими підп'ятниками. Стіл повинен бути обладнаний лицьовим та бічними екранами, виготовленими з листової сталі і пофарбованими епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору. З'ємний лицьовий екран повинен забезпечувати доступ до необхідних комунікацій і бути обладнаний засувками. Матеріал робочої поверхні столу: хімічно стійкий пластик spc by Durcon товщиною не менше 16 мм, світло-сірого кольору, без бортика. Допустиме розподілене навантаження на робочу поверхню - не менше 350 кгс/м². Габарити (ДхГхВ), мм: 900х750х900 (для роботи стоячи).	1
7	Тумба підвісна лабораторна 900×520×670 мм	В основі тумби повинна бути розбірна конструкція, виготовлена з листової сталі товщиною не менше 1 мм, пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою світло-сірого кольору з текстурою шагрень, RAL 7035. Тумба повинна комплектуватися кріпленням (металева рамка з гвинтами та кутниками) для підвішування до каркаса столів заввишки 900 мм. Тумба повинна бути виготовлена без задньої стінки (з металевою фальш панеллю у верхній частині) з метою забезпечення доступу до	1

		комунікацій що знаходяться позаду стола. Двоє дверей зі спеціальними петлями повного відкривання 270°, одна регульована полиця всередині. Двері вгорі повинні мати скіс під кутом 45°. Габарити (ДхГхВ), мм: 900х520х670.	
8	Стіл лабораторний 900×600×900 мм	В основі столу повинен бути розбірний каркас, виготовлений зі сталевих прямокутних труб перетином не менше 60х30х2 мм, пофарбованих епоксі-поліефірною порошковою фарбою білого кольору з матовою текстурою. Для компенсації нерівностей підлоги в каркасі повинні бути передбачені регульовані опори (0-30 мм) з пластиковими підп'ятниками. Стіл повинен бути обладнаний лицьовим та бічними екранами, виготовленими з листової сталі і пофарбованими епоксі-поліефірною порошковою фарбою білого кольору. З'ємний лицьовий екран повинен забезпечувати доступ до необхідних комунікацій і бути обладнаний засувками. Матеріал робочої поверхні столу: керамогранітна плитка 300х300 мм з бортиком із нержавіючої сталі класу не нижчого марки AISI 304. В основі стільниці повинна бути вологостійка фанера товщиною не менше 16мм. Допустиме розподілене навантаження на робочу поверхню - не менше 350 кгс/м². Габарити (ДхГхВ), мм: 900х600х900 (для роботи стоячи). В стільницю повинна монтуватися варильна поверхня електрична. Матеріал поверхні – склокераміка. Дві зони нагріву (конфорки). Діаметр 165 мм та 200 мм. Тип управління – сенсорне. Колір – чорний. Габарити (ДхГ), мм: 520х288. Стіл повинен комплектуватися каплевідбійником з хімічно-стійкого HPL-пластику SPC Durcon товщиною 6 мм. Габарити (ДхВ), мм: 1200х200.	1
9	Тумба підвісна лабораторна 900×370×670 мм	В основі тумби повинна бути розбірна конструкція, виготовлена з листової сталі товщиною не менше 1 мм, пофарбованої епоксі-поліефірною порошковою фарбою білого кольору з матовою текстурою. Тумба повинна комплектуватися кріпленням (металева рамка з гвинтами та кутниками) для підвішування до каркаса столів заввишки 900 мм. Тумба повинна бути виготовлена без задньої стінки (з металевою фальш панеллю у верхній частині) з метою забезпечення доступу до комунікацій що знаходяться позаду стола. Двоє дверей зі спеціальними петлями повного відкривання 270°, одна регульована полиця всередині. Двері вгорі повинні мати скіс під кутом 45°. Габарити (ДхГхВ), мм: 900х370х670.	1
10	Табурет лабораторний	Табурет має бути поворотним та призначений для роботи за столами висотою 850-920 мм. Висота сидіння має регулюватися за допомогою пневматичного пристрою (газ-ліфт). Діапазон регулювання висоти сидіння: 550 – 740 мм. П'ятипроменева основа стільця діаметром 600 мм має бути виготовлена з чорного поліаміду зі склопластиком та встановлена на шарнірні опори, підніжка діаметром 450 мм із хромованого металу, без регулювання. Матеріал сидіння: суцільнолитий м'який поліуретан чорного кольору, який має підвищену хімічну стійкість. Розмір сидіння: діаметр 330 мм.	3
11	Стілець лабораторний	Стілець призначений для роботи за столами висотою 720-800 мм. Стілець має бути виготовлений на основі металевого каркаса, пофарбованого в чорний колір. Матеріал сидіння та спинки: шкірозамінник, чорного кольору, який	2

		витримує обробку дезінфікуючими засобами. Максимальне навантаження, яке витримує стілець - не менше 100 кг. Розміри сидіння ((ШхГ), мм: 470х410.	
12	Стілець лабораторний	Стілець має бути поворотним та призначений для роботи за столами висотою 720-800 мм. Висота сидіння має регулюватися за допомогою пневматичного пристрою (газ-ліфт). Діапазон регулювання висоти сидіння: 400 – 580 мм. Стілець має бути обладнаний регульованою спинкою. П'ятипроменева основа стільця діаметром 640 мм виготовлена з хромованого металу та встановлена на роликові опори. Матеріал сидіння та спинки: суцільнолитий м'який поліуретан, сірого кольору, який має підвищену хімічну стійкість. Максимальне навантаження, яке витримує стілець - не менше 120 кг. Розміри сидіння (ШхГ), мм: 460х440.	1
13	Стілець лабораторний	Стілець зі спинкою, на роликах, без підлокітників. Призначений для роботи за столами висотою 720-800 мм. Діапазон регулювання сидіння по висоті: 510 - 675 мм. Висота, нахил спинки і глибина посадки повинні регулюватися. Стілець обладнаний: пневматичним пристроєм підйому сидіння (газ-ліфт). П'ятипроменева основа стільця діаметром 660 мм виготовлена з хромованого металу та встановлена на роликові опори. Матеріал оббивки сидіння та спинки: шкірозамінник, чорного кольору, який витримує обробку дезінфікуючими засобами. Максимальне навантаження, яку витримує стілець - не менше 120 кг. Розміри сидіння (ШхГ), мм: 475х425.	2

Додаткові вимоги:

1.Наявність у виробника сертифікованої системи якості підприємства, що регламентує розробку, виробництво, продаж та сервісне обслуговування спеціалізованих меблів для лабораторій та медичних установ згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) (надати копію).

2. Наявність у виробника сертифікату відповідності на продукцію, що пропонується до закупівлі, на відповідність вимогам ДСТУ ГОСТ 16371:2016 (ГОСТ 16371-2014 IDT) (надати копію).

3. Наявність у виробника сертифікованої системи екологічного управління згідно з вимогами ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT).

4. Паспорти на Товар, що пропонується до закупівлі.

5. Гарантійний термін на Товар повинен становити не менше 18 місяців.

6. Товар повинен бути новим, що не був у використанні, та без механічних пошкоджень.

7. Місце поставки Товару: вул. Метрологічна, 4 м. Київ, 03143.

8. Строк поставки Товару: до 26.02.2025.

Начальник центру №17 В.СЕМЕНОВИЧ

Додаток 2

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» № 79 від 19.05.2020.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі:

(454 560,80 + 427 944,72 + 489 527,01) / 3 = 457 344,18 грн з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 457 344,18 грн з ПДВ.

Начальник центру № 17 В.СЕМЕНОВИЧ