

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2025-02-12-003018-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Олександр Олексійович Пінчук, 380445260186, oleksandr.pinchuk@ukrcsm.com
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Олігонуклеотиди (послідовності праймерів та зондів))
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:24310000-0: Основні неорганічні хімічні речовини

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини (Олігонуклеотиди (послідовності праймерів та зондів))	ДК 021:2015: 24310000-0 — Основні неорганічні хімічні речовини	19 штука	Україна, Відповідно до документації	до 30 травня 2025

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)

Поставка товару	Покупець оплачує вартість Товару протягом 60 робочих днів з дати поставки Товару за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної	Післяоплата	60	Робочі	100
-----------------	---	-------------	----	--------	-----

Очікувана вартість предмета закупівлі: 203 133,47 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1 015,67 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 20 лютого 2025 10:00

Мова тендерної пропозиції: Мова тендерної пропозиції

Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): відсутній

Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 20 лютого 2025 10:00

Дата та час проведення електронного аукціону: 21 лютого 2025 11:14

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

ДК 021:2015: 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини
(Олігонуклеотиди (послідовності праймерів та зондів))

Опис

Олігонуклеотиди (послідовності праймерів та зондів), призначені для полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу.

Вимоги до технічних характеристик

№ п/п	Назва	Вимоги	Одиниця виміру	Кількість, всього
Праймери				
1.	Праймер прямий p35S-F	Кількість нуклеотидів - 18 Шкала синтезу не менше 1мкмоль	шт	1
2.	Праймер зворотній p35S-R	Кількість нуклеотидів - 22 Шкала синтезу не менше 1мкмоль	шт	1
3.	Праймер прямий GTS-F	Кількість нуклеотидів - 21 Шкала синтезу не менше 1мкмоль	шт	1
4.	Праймер зворотній GTS-R	Кількість нуклеотидів - 23 Шкала синтезу не менше 1мкмоль	шт	1
5.	Праймер прямий NOST-F	Кількість нуклеотидів - 26 Шкала синтезу не менше 1мкмоль	шт	2
6.	Праймер зворотній NOST-R	Кількість нуклеотидів - 27 Шкала синтезу не менше 1мкмоль	шт	3
7.	Праймер прямий FMV-F	Кількість нуклеотидів - 22 Шкала синтезу не менше 1мкмоль	шт	1
8.	Праймер зворотній FMV-R	Кількість нуклеотидів - 20 Шкала синтезу не менше 1мкмоль	шт	1
9.	Праймер прямий Cru-F	Кількість нуклеотидів - 18 Шкала синтезу не менше 1мкмоль	шт	1
10.	Праймер зворотній Cru-R	Кількість нуклеотидів - 21 Шкала синтезу не менше 1мкмоль	шт	1
Зонди				
11.	Зонд p35S-FAM	Кількість нуклеотидів - 22 Шкала синтезу не менше 0,04 мкмоль Флуорофор FAM Гасник BHQ-1	шт	1
12.	Зонд GTS-FAM	Кількість нуклеотидів - 24 Шкала синтезу не менше 0,04 мкмоль Флуорофор FAM Гасник BHQ-1	шт	1

13.	Зонд Nos Cy5-P2	Кількість нуклеотидів - 27 Шкала синтезу не менше 0,04 мкмоль Флуорофор Cy5 Гасник BHQ-2	шт	1
14.	Зонд –Nos ROX-P	Кількість нуклеотидів - 27 Шкала синтезу не менше 0,04 мкмоль Флуорофор ROX Гасник BHQ-2	шт	1
15.	Зонд FMV- Cy5	Кількість нуклеотидів - 22 Шкала синтезу не менше 0,04 мкмоль Флуорофор Cy5 Гасник BHQ-2	шт	1
16.	Зонд Cru-HEX	Кількість нуклеотидів - 29 Шкала синтезу не менше 0,04 мкмоль Флуорофор HEX Гасник BHQ-1	шт	1

Для всіх типів праймерів та зондів:

- 1.Очистка – не гірше HPLC.
- 2.Тип – ліофілізований (dry).
- 3.Термін придатності (стабільність) у ліофілізованому стані при зберіганні за температури мінус 20 ±5°C – не менше 2 років.
- ✓ 4.Виробник повинен надати лист що підтверджує стабільність аналогічних праймерів та зондів при температурах мінус 20 ±5°C шляхом тестування їх методом полімеразної ланцюгової реакції та/або полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу в термін не менше 2 років та періодичністю не менше 4 разів.

Додаткові умови:

- ✓ 1.Конкретні послідовності олігонуклеотидів будуть надані тільки переможцю торгів (оскільки конкретна послідовність нуклеотидів є комерційною таємницею замовника).
- ✓ 2.Місце поставки: вул. Метрологічна 4, м. Київ, 03143.
- ✓ 3.Товар повинен бути новим, що не був у використанні, та постачатись в упаковці виробника.
- ✓ 4.Термін поставки – протягом 45 робочих днів після підписання договору.
- ✓ 5.Документи що підтверджують відповідність технічним характеристикам: звіт про синтез та лист від виробника, що підтверджує стабільність запропонованого учасником товару.

Начальник центру №17



В.СЕМЕНОВИЧ

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» № 79 від 19.05.2020.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі:

$(229\,241,53 + 245\,288,45 + 256\,750,51) / 3 = 243\,760,16$ грн з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 243 760,16 грн з ПДВ.

Начальник центру № 17



В.СЕМЕНОВИЧ