

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2025-02-19-000265-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Олександр Олексійович Пінчук, 380445260186, oleksandr.pinchuk@ukrcsm.com
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	38410000-2 Лічильні прилади (Лабораторний рН-метр SevenDirect SD20-Kit (Mettler Toledo) (або еквівалент))
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:38410000-2: Лічильні прилади

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
38410000-2 Лічильні прилади (Лабораторний рН-метр SevenDirect SD20-Kit (Mettler Toledo) (або еквівалент))	ДК 021:2015: 38410000-2 — Лічильні прилади	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 20 травня 2025

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)

Поставка товару	Покупець оплачує вартість Товару протягом 60 робочих днів з дати поставки Товару за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної	Післяплата	60	Робочі	100
-----------------	---	------------	----	--------	-----

Очікувана вартість предмета закупівлі: 104 977,03 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 524,89 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 27 лютого 2025 10:00

Мова тендерної пропозиції: Мова тендерної пропозиції

Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): відсутній

Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати): відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 27 лютого 2025 10:00

Дата та час проведення електронного аукціону: 28 лютого 2025 11:42

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

ДК 021:2015:38410000-2: Лічильні прилади
(Лабораторний рН-метр SevenDirect SD20-Kit (Mettler Toledo) (або еквівалент))

Опис

Лабораторний рН-метр SevenDirect SD20-Kit (Mettler Toledo) або еквівалент необхідний для вимірювання показника рН в буферних розчинах.

Вимоги до технічних характеристик

№ п/п	Технічні характеристики	Вимоги
1.	Діапазон вимірювання рН	не вужче від -2,000 до 20,000
2.	Роздільна здатність рН	не менше 3-х рівнів роздільної здатності: 1-й рівень – не більше 0,1 2-й рівень – не більше 0,01 3-й рівень – не більше 0,001
3.	Похибка визначення рН	$\pm 0,002$
4.	Діапазон вимірювання температури, °C	не вужче від -10 до 100
5.	Роздільна здатність вимірювання температури, °C	не більше 0,1
6.	Похибка визначення температури, °C	$\pm 0,1$ (0,0 – 100,0 °C) $\pm 0,3$ (менше 0 °C)
7.	Діапазон вимірювання окисно-відновного потенціалу, мВ	не вужче від -2000 до 2000
8.	Роздільна здатність вимірювання окисно-відновного потенціалу, мВ	не менше 0,1
9.	Похибка визначення вимірювання окисно-відновного потенціалу, мВ	$\pm 0,1$ (-500 - 500 мВ) $\pm 0,2$ (менше -500 мВ або більше 500 мВ)
10.	Кількість калібрувальних рівнів рН	не менше 5
11.	Можливість авторозпізнавання буферних розчинів	наявність
12.	Метод калібрування	лінійний
13.	Сенсорний екран з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом	наявність
14.	Вимоги до температури при експлуатації приладу, °C	не вужче від 10 до 40
15.	Вимоги до вологості повітря при експлуатації приладу, %	не вужче від 5 до 80 (без конденсату)
16.	Ступінь захисту корпусу (код IP)	не гірше IP54 (пилонепроникний, водонепроникний)
17.	Можливість підключення до електромережі загального призначення з напругою 220-230 В	наявність
18.	Допоміжне обладнання та витратні матеріали	1. Комбінований рН-електрод рН InLab® Expert Pro-ISM з вбудованим

		температурним зондом, стрижнем з поліетеркетону, фіксованим кабелем та можливістю інтелектуального управління датчиками; діапазон вимірювання рН 0-14; діапазон вимірювань температури 0-100°C 2. Тримач електроду висотою 30 см; стакан зі вставкою для зберігання електроду; тримач для пакетиків з буферами 3. Набір буферів для калібрування рН Rainbow I: рН 4,01 – 10 пакетиків об'ємом 20 мл ; рН 7,00 – 10 пакетиків об'ємом 20 мл; рН 9,21 – 10 пакетиків об'ємом 20 мл.
--	--	---

ПРИМІТКИ:

- всі посилання в Вимогах до технічних характеристик на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як/або еквівалент;

- фактичний термін придатності буферів для калібрування на дату поставки повинен складати не менше 70% загального терміну придатності, що встановлений виробником.

Комплект поставки:

1. Лабораторний рН-метр SevenDirect SD20-Kit – 1 шт.
2. Блок живлення з вилкою, адаптованою під розетку типу F – 1 шт.
3. Комбінований рН-електрод рН InLab® Expert Pro-ISM – 1 шт.
4. Тримач електроду висотою 30 см із стаканом зі вставкою для зберігання електроду та тримачем для пакетиків з буферами – 1 шт.
5. Набір буферів для калібрування рН Rainbow I: рН 4,01; рН 7,00; рН 9,21 – 2 шт.
6. Інструкція з експлуатації українською мовою – 1 примірник.
7. Декларація відповідності «Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки», затвердженого постановою КМУ № 94 від 13.01.2019.
8. Сертифікат калібрування.

Додаткові умови:

1. Гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію.
2. Місце поставки: вул. Метрологічна, 4, м. Київ.
3. Товар повинен бути новим, що не був у використанні та без механічних пошкоджень.
4. Термін поставки – протягом 60 (шістдесят) робочих днів з дати підписання договору.

Начальник центру №17



В.СЕМЕНОВИЧ

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» № 79 від 19.05.2020.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі:

$(121\,331,28 + 127\,298,46 + 129\,287,58) / 3 = 125\,972,44$ грн з ПДВ.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 125 972,44 грн з ПДВ.

Начальник центру № 17



В.СЕМЕНОВИЧ