

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2025-04-01-005042-a

Найменування замовника: ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 02568182

Місцезнаходження замовника: 03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4

Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: Черняєв Святослав Юрійович, 380445260186, cherniaiev@ukrcsm.com

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: Печі побутового призначення (Сухожарова шафа Thermo Scientific Heratherm OGS100 (або еквіваленту))

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:42340000-1: Печі побутового призначення

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Сухожарова шафа Thermo Scientific Heratherm OGS100	ДК 021:2015:42340000-1 — Печі побутового призначення	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 25 серпня 2025

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Поставка товару	Покупець оплачує 100% вартість поставленого Товару протягом 60 робочих днів з дати поставки Товару за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної.	Післяоплата	60	Робочі	100
-----------------	--	-------------	----	--------	-----

Очікувана вартість предмета закупівлі:

145 185,91 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

725,93 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

09 квітня 2025 12:00

Мова тендерної пропозиції:

Мова тендерної пропозиції

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):

відсутній

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):

відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

09 квітня 2025 12:00

Дата та час проведення електронного аукціону:

10 квітня 2025 13:04

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:

відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:

відсутні

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

ДК 021:2015: 42340000-1 Печі побутового призначення (Сухожарова шафа Thermo Scientific Heratherm OGS100 (або еквівалент))

Вимоги до технічних характеристик

№ п/п	Технічні характеристики	Вимоги
1.	Тип вентиляції	природна
2.	Об'єм камери, л	не менше 105
3.	Матеріал внутрішньої камери	нержавіюча сталь
4.	Діапазон температури у внутрішній камері, °C	не вужче від 50 до 250
5.	Просторове відхилення температури від заданого значення при 150 °C, °C	не більше ± 4
6.	Відхилення температури в динаміці за часом при 150 °C, °C	не більше $\pm 0,4$
7.	Люмінесцентний дисплей з високою контрастністю	наявність
8.	Сенсорні кнопки з мікропроцесорним керуванням	наявність
9.	Автоматична система сигналізації про перевищення допустимої температури	наявність
10.	Потужність, Вт	не більше 3100
11.	Можливість підключення до електромережі загального призначення з напругою 220-230 В	наявність
12.	Максимальне навантаження на полицю, кг	не менше 25
13.	Внутрішні розміри камери (Ш x В x Г), мм	не менше 428 x 570 x 404 мм
14.	Зовнішні розміри (Ш x В x Г), мм	не більше 650 x 830 x 575 мм

ПРИМІТКА: всі посилання в Вимогах до технічних характеристик на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як/або еквівалент.

Комплект поставки:

1. Сухожарова шафа Thermo Scientific Heratherm OGS100 або еквівалент – 1 шт.
2. Гратчаста полиця – 2 шт.
3. Тримач для гратчастої полиці – 4 шт.
- ✓ 4. Інструкція з експлуатації українською мовою – 1 примірник.

Додаткові умови:

1. Гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію.
- ✓ 2. Місце поставки: вул. Метрологічна, 4, м. Київ.
- ✓ 3. Товар повинен бути новим, що не був у використанні та без механічних пошкоджень.
4. Наявність авторизаційного листа від виробника.
- ✓ 5. Термін поставки – протягом 60 (шістдесят) робочих днів з дати підписання договору.

Начальник центру № 17



В.СЕМЕНОВИЧ

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021-2015: 42340000-1 Печі побутового призначення
(Сухожарова шафа Thermo Scientific Heratherm OGS100 (або еквівалент))**

Очікувана вартість предмета закупівлі була розрахована відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» № 79 від 19.05.2020.

З метою проведення процедури закупівлі за ДК 021-2015: 42340000-1 Печі побутового призначення (Сухожарова шафа Thermo Scientific Heratherm OGS100 (або еквівалент)) було проведено дослідження ринку відповідних товарів та отримано комерційні пропозиції від трьох суб'єктів господарювання, а саме:

1. ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» - 167 900,00 грн;

2. ТОВ «Пінол Україна» - 178 776,77 грн;

3. ПАТ «Макрохім» - 175 992,52 грн;

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі: $(167\,900,00 \text{ грн} + 178\,776,77 \text{ грн} + 175\,992,52 \text{ грн}) / 3 = 174\,223,09 \text{ грн з ПДВ (або } 145\,185,91 \text{ грн без ПДВ)}$.

Таким чином, очікувана вартість закупівлі за ДК 021-2015: 42340000-1 Печі побутового призначення (Сухожарова шафа Thermo Scientific Heratherm OGS100 (або еквівалент)) складає: 174 223,09 грн з ПДВ (або 145 185,91 грн без ПДВ).

Начальник центру № 17



В.СЕМЕНОВИЧ