

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів
UA-2025-04-09-004466-a

Найменування замовника: ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 02568182

Місцезнаходження замовника: 03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4

Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: Черняєв Святослав Юрійович, 380445260186, cherniaiev@ukrcsm.com

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: 38430000-8 Детектори та аналізатори (Наконечники)

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:38430000-8: Детектори та аналізатори

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Наконечник з фільтром об'ємом 1000 мкл	ДК 021:2015: 38434500-1 — Біохімічні аналізатори	100 пакунок	Україна, Відповідно до документації	до 25 вересня 2025
Наконечник без фільтра об'ємом 10 мкл	ДК 021:2015: 38434500-1 — Біохімічні аналізатори	10 пакунок	Україна, Відповідно до документації	до 25 вересня 2025
Наконечник без фільтра об'ємом 200 мкл	ДК 021:2015: 38434500-1 — Біохімічні аналізатори	10 пакунок	Україна, Відповідно до документації	до 25 вересня 2025
Наконечник без фільтра об'ємом 1000 мкл	ДК 021:2015: 38434500-1 — Біохімічні аналізатори	10 пакунок	Україна, Відповідно до документації	до 25 вересня 2025
Наконечники об'ємом 200 мкл без фільтра	ДК 021:2015: 38434500-1 — Біохімічні аналізатори	5 пакунок	Україна, Відповідно до документації	до 25 вересня 2025

Наконечники об'ємом 1000 мкл без фільтра	ДК 021:2015: 38434500-1 — Біохімічні аналізатори	5 пакунок	Україна, Відповідно до документації	до 25 вересня 2025
Центрифужні пробірки об'ємом 50 мл	ДК 021:2015: 38434500-1 — Біохімічні аналізатори	100 пакунок	Україна, Відповідно до документації	до 25 вересня 2025
Центрифужні пробірки об'ємом 15 мл	ДК 021:2015: 38434500-1 — Біохімічні аналізатори	20 пакунок	Україна, Відповідно до документації	до 25 вересня 2025

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Покупець оплачує 100% вартість поставленого Товару протягом 60 робочих днів з дати поставки Товару за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної.	Післяоплата	60	Робочі	100

**Очікувана вартість предмета
закупівлі:**

174 235,30 UAH

**Розмір мінімального кроку
пониження ціни:**

871,18 UAH

**Математична формула для
розрахунку приведеної ціни (у разі її
застосування):**

відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:**

17 квітня 2025 12:00

Мова тендерної пропозиції:

Мова тендерної пропозиції

**Розмір забезпечення тендерних
пропозицій (якщо замовник вимагає
його надати):**

відсутній

**Вид забезпечення тендерних
пропозицій (якщо замовник вимагає
його надати):**

відсутній

**Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:**

17 квітня 2025 12:00

**Дата та час проведення
електронного аукціону:**

18 квітня 2025 11:23

**Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:**

відсутні

**Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:**

відсутні

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

38430000-8 Детектори та аналізатори (Наконечники)

Вимоги до технічних характеристик

№ п/п	Найменування	Технічні характеристики	Од. виміру	Кількість
1.	Наконечник з фільтром об'ємом 1000 мкл	Наконечник, об'ємом 1000 мкл з фільтром, прозорий, безбарвний, сумісний з дозаторами типу Eppendorf® Мінімальний об'єм наконечника не більше 100 мкл Максимальний об'єм наконечника не більше 1000 мкл Матеріал наконечника – поліпропілен (ПП) Наявність фільтру, що блокує >99% аерозолів Стерильні Пакування: 96 шт/штатив	штатив/ паков	100
2.	Наконечник без фільтра об'ємом 10 мкл	Наконечник об'ємом 10 мкл без фільтра, прозорий, безбарвний, сумісний з дозаторами Thermo Scientific Finnpiptette Мінімальний об'єм наконечника не більше 0,2 мкл Максимальний об'єм наконечника не більше 10 мкл Матеріал наконечника – поліпропілен (ПП) Пакування: 96 шт/штатив	штатив/ паков	10
3.	Наконечник без фільтра об'ємом 200 мкл	Наконечник об'ємом 200 мкл без фільтра, прозорий, безбарвний, сумісний з дозаторами Thermo Scientific Finnpiptette Мінімальний об'єм наконечника не більше 20 мкл Максимальний об'єм наконечника не більше 200 мкл Матеріал наконечника – поліпропілен (ПП) Пакування: 96 шт/штатив	штатив/ паков	10
4.	Наконечник без фільтра об'ємом 1000 мкл	Наконечник об'ємом 1000 мкл без фільтра, прозорий, безбарвний, сумісний з дозаторами Thermo Scientific Finnpiptette Мінімальний об'єм наконечника не більше 100 мкл Максимальний об'єм наконечника не більше 1000 мкл Матеріал наконечника – поліпропілен (ПП) Пакування: 96 шт/штатив	штатив/ паков	10
5.	Наконечники об'ємом 200 мкл без фільтра	Наконечник об'ємом 1 - 200 мкл, прозорий, сумісний з дозаторами типу Eppendorf® Мінімальний об'єм наконечника не більше 1 мкл Максимальний об'єм наконечника не більше 200 мкл Матеріал наконечника – поліпропілен (ПП) Пакування: 1000 шт/паков	паков	5
6.	Наконечники об'ємом 1000 мкл без фільтра	Наконечник об'ємом 100 - 1000 мкл, прозорий, тип – сумісний з дозаторами типу Eppendorf® Мінімальний об'єм не більше 100 мкл Максимальний об'єм наконечника не більше 1000 мкл Матеріал наконечника – поліпропілен (ПП) Пакування: 500 шт/паков	паков	5
7.	Центрифужні пробірки об'ємом 50 мл	Центрифужні пробірки типу Фалькон, конічні, об'ємом 50 мл з градуванням, гвинтовою кришкою, стерильні Витримує центрифугування при обертах 8000g або більше Пакування: 50 шт/паков	паков	100

8.	Центрифужні пробірки об'ємом 15 мл	Центрифужні пробірки типу Фалькон, конічні, об'ємом 15 мл з градуванням, гвинтовою кришкою, стерильні Витримує центрифугування при обертах 8000g або більше Пакування: 100 шт/паков	паков	20
----	------------------------------------	---	-------	----

Додаткові умови:

- Гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати поставки товару.
- Місце поставки: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143.
- Поставка товару протягом ~~60~~³⁰ робочих днів згідно із заявками замовника.
- Товар повинен бути новим, що не був у використанні, та без механічних пошкоджень.
- Учасник повинен надати копії сертифікатів відповідності від виробника з перекладом на українську мову, що підтверджують відсутність ДНК, ДНКаз та РНКаз, ПЛР інгібіторів (стосується п.1) та стійкості до центрифугування (стосується п.7, 8).
- Учасник повинен надати документи від виробника (брошура, інструкція, технічні рисунки, технічні паспорти та ін.) що підтверджують відповідність технічним характеристикам.

Начальник центру № 17



В.СЕМЕНОВИЧ

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021-2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори (Наконечники)**

Очікувана вартість предмета закупівлі була розрахована відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» № 79 від 19.05.2020.

З метою проведення процедури закупівлі за ДК 021-2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори (Наконечники) було проведено дослідження ринку відповідних товарів та отримано комерційні пропозиції від трьох суб'єктів господарювання, а саме:

1. ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» - 209 498,04 грн;

2. ТОВ «ПІНОЛ УКРАЇНА» – 213 532,51 грн;

3. ПАТ «Макрохім» - 204 216,52 грн;

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі: $(209\,498,04 \text{ грн} + 213\,532,51 \text{ грн} + 204\,216,52 \text{ грн}) / 3 = 209\,082,36 \text{ грн з ПДВ (або } 174\,235,30 \text{ грн без ПДВ)}$.

Таким чином, очікувана вартість закупівлі за ДК 021-2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори (Наконечники) складає: 209 082,36 грн з ПДВ (або 174 235,30 грн без ПДВ).

Начальник центру № 17



В.СЕМЕНОВИЧ