

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2025-06-26-006056-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Черняєв Святослав Юрійович, 380445260186, cherniaiev@ukrcsm.com
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (Аналізатор активності води, aWLife (або еквівалент))
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:42910000-8: Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Аналізатор активності води, aWLife (або еквівалент)	ДК 021:2015: 42910000-8 — Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 17 жовтня 2025

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Поставка товару	Покупець оплачує 100% вартість поставленого Товару протягом 60 робочих днів з дати поставки Товару за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної (умова зазначається у випадку якщо Учасник є платником ПДВ).	Післяоплата	60	Робочі	100
-----------------	--	-------------	----	--------	-----

Очікувана вартість предмета закупівлі: 536 240,84 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 2 681,20 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 04 липня 2025 14:00

Мова тендерної пропозиції: Мова тендерної пропозиції

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): відсутній

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 04 липня 2025 14:00

Дата та час проведення електронного аукціону: 07 липня 2025 15:51

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі

ДК 021:2015: 42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (Аналізатор активності води, aWLife (або еквівалент))

Вимоги до технічних характеристик

№ п/п	Технічні характеристики	Вимоги
1.	Діапазон вимірювання активності води, aw	від 0,030 до 1,000
2.	Точність, aw	$\pm 0,003$ (при 25 °C)
3.	Повторюваність (стандартне відхилення), aw	$\pm 0,001$
4.	Датчик	дзеркальний охолоджувальний датчик точки роси
5.	Температура термостатування зразка, °C	від +15 до +50
6.	Точність температури, °C	$\pm 0,2$
7.	Час вимірювання, хв	не більше 5
8.	Дисплей	сенсорний кольоровий дисплей з діагоналлю не менше 7 дюймів
9.	Порти	RS232 для підключення принтера або сканера; USB типу B для підключення до зовнішнього ПК; USB типу A для флеш-накопичувачів USB; Порт Ethernet
10.	Можливість підключення до електромережі загального призначення з напругою 230 В	наявність

ПРИМІТКА: всі посилання в Вимогах до технічних характеристик на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як/або еквівалент.

Комплект поставки:

1. Аналізатор активності води, aWLife (або еквівалент) – 1 шт.
2. Одноразові чашки з кришками для приладу (уп /20 шт.) – 1 уп.
3. Набір калібрувальних розчинів (0,250 aw; 0,500 aw; 0,760 aw; 0, 920 aw; 0, 984 aw; 1,000 aw).
4. Інструкція з експлуатації українською мовою – 1 примірник.

Додаткові умови:

1. Гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію.
2. Місце поставки: вул. Метрологічна, 4, м. Київ.
3. Товар повинен бути новим, що не був у використанні та без механічних пошкоджень.
4. Термін поставки – протягом 90 (дев'яносто) робочих днів з дати підписання договору.

Начальник центру № 17



В.СЕМЕНОВИЧ

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

за ДК 021-2015: 42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (Аналізатор активності води, аWLife (або еквівалент))

Очікувана вартість предмета закупівлі була розрахована відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» № 79 від 19.05.2020.

З метою проведення процедури закупівлі за ДК 021-2015: 42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (Аналізатор активності води, аWLife (або еквівалент)) було проведено дослідження ринку відповідних товарів та отримано комерційні пропозиції від трьох суб'єктів господарювання, а саме:

1. ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ» – 643 997,76 грн;

2. ПАТ «Макрохім» - 654 469,28 грн;

3. ТОВ «ПІНОЛ УКРАЇНА» - 632 000,00 грн;

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі: $(643\,997,76 \text{ грн} + 654\,469,28 \text{ грн} + 632\,000,00 \text{ грн}) / 3 = 643\,489,01 \text{ грн з ПДВ (або } 536\,240,84 \text{ грн без ПДВ)}$.

Таким чином, очікувана вартість закупівлі за ДК 021-2015: 42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (Аналізатор активності води, аWLife (або еквівалент)) складає: 643 489,01 грн з ПДВ (або 536 240,84 грн без ПДВ).

Начальник центру № 17



В.СЕМЕНОВИЧ