

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2025-06-26-006512-a

Найменування замовника: ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 02568182

Місцезнаходження замовника: 03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4

Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: Черняев Святослав Юрійович, 380445260186, cherniaiev@ukrcsm.com

Вид предмета закупівлі: Товари

Назва предмета закупівлі: 38430000-8 Детектори та аналізатори (Радіометр Optometer X1-5 (або еквівалент))

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021:2015:38430000-8: Детектори та аналізатори

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Радіометр у складі Optometer X1-5 з детектором УФ-С діапазону UV-3718 (або еквівалент)	ДК 021:2015: 38430000-8 — Детектори та аналізатори	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 жовтня 2025
Сумісний детектор УФ-В діапазону до радіометра UV-3711 (або еквівалент)	ДК 021:2015: 38430000-8 — Детектори та аналізатори	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 жовтня 2025
Сумісний детектор УФ-А діапазону до радіометра UV-3710 (або еквівалент)	ДК 021:2015: 38430000-8 — Детектори та аналізатори	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 31 жовтня 2025

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Покупець оплачує 100% вартість поставленого Товару протягом 60 робочих днів з дати поставки Товару за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної (умова зазначається у випадку якщо Учасник є платником ПДВ).	Післяоплата	60	Робочі	100

Очікувана вартість предмета закупівлі: 514 893,33 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 2 574,47 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 04 липня 2025 15:00

Мова тендерної пропозиції: Мова тендерної пропозиції

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): відсутній

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 04 липня 2025 15:00

Дата та час проведення електронного аукціону: 07 липня 2025 14:59

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Назва лоту

Детектори та аналізатори (Радіометр Optometer X1-5 (або еквівалент))

Опис

Радіометр призначений для вимірювання енергетичної освітленості в діапазоні УФ-А, УФ-В та УФ-С.

Основні технічні характеристики

№	Назва	Технічні характеристики	Вимоги	Од. виміру	К-ть, всього
1	Радіометр у складі Optometer X1-5 з детектором УФ-С діапазону UV-3718 (або еквівалент)	Дисплей	LCD, з підсвічуванням	шт	1
		Діапазон сигналу	до 200 μA з макс. роздільною здатністю 0.1 pA		
		Живлення	Стандартні AA батареї		
		Діапазон вимірювань	від 0,01 до 1000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$		
		Спектральний діапазон чутливості	254 нм		
		Максимальна роздільна здатність	0,001 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$		
		Діапазон доз	від 0,1 до 100 000 J/cm^2		
		Робочий температурний діапазон	від 5 до 40 $^{\circ}\text{C}$		
2	Сумісний детектор УФ-В діапазону до радіометра UV-3711 (або еквівалент)	Типова чутливість	3 nA/(W/m ²)	шт	1
		Максимальна сила струму сигналу	50 μA		
		Робочий температурний діапазон	від 5 до 40 $^{\circ}\text{C}$		
		Спектральний діапазон чутливості	280 – 320 nm		

3	Сумісний детектор УФ-А діапазону до радіометра UV-3710 (або еквівалент)	Типова чутливість	7 nA/(W/m ²)	шт	1
		Максимальна сила струму сигналу	100 μA		
		Робочий температурний діапазон	від 5 до 40 °C		
		Спектральний діапазон чутливості	320 – 400 nm		

Комплект поставки:

- Радіометр у складі Optometer X1-5 з детектором УФ-С діапазону UV-3718 (або еквівалент), у кількості 1 шт;
- Сумісний детектор УФ-А діапазону до радіометра, у кількості 1 шт;
- Сумісний детектор УФ-В діапазону до радіометра, у кількості 1 шт.

Додаткові вимоги:

1. Місце поставки: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143.
2. Сертифікат калібрування згідно ISO 17025 на кожен детектор.
3. Сертифікат оцінки відповідності на радіометр.
4. Гарантія – 12 місяців.

Начальник відділу №37



Богдан СОКОЛ

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі

Радіометр Optometer X1-5 (або еквівалент) (код за ДК 021:2015 38430000-8 Детектори та аналізатори)

Відповідно до наказу № 79 від 19.05.2020 року застосовується методика розрахунку очікуваної вартості закупівлі товарів/послуг іноземного походження на підставі порівняння ринкових цін.

Ціни отримані шляхом комерційних пропозицій засобами електронного зв'язку (без ПДВ).

Ц₁ – ФОП ДОЛГОВ ІГОР БОРИСОВИЧ

Ц₂ – ТОВ «НВФ «ТЕНЗОР»

Ц₃ – ТОВ «ЮВІ-БЛЕЙЗ»

$V = 1$ шт – обсяг товарів/послуг, що закуповується,

Ц_{од} – очікувані ціни за одиницю.

Ц₁, Ц₂, Ц₃ – ціни, отримані шляхом комерційної пропозиції, без ПДВ

Ц₁ = 510 500,00 грн; Ц₂ = 514 180,00 грн; Ц₃ = 520 000,00 грн.

$Ц_{од} = (510\,500,00 + 514\,180,00 + 520\,000,00) / 3 = 514\,893,33$ грн

ОВ_{мрц} – очікувана вартість, розрахована за методом порівняння ринкових цін.

$ОВ_{мрц} = V_1 \cdot Ц_{од} = 1 \cdot 514\,893,33 = 514\,893,33$ грн

**Загальна вартість предмета закупівлі становить: 514 893,33 грн без ПДВ,
617 872,00 грн з ПДВ 20%.**

Начальник відділу № 37



Богдан СОКОЛ