

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2025-07-01-002981-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Черняєв Святослав Юрійович, 380445260186, cherniaiev@ukrcsm.com
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	38430000-8 Детектори та аналізатори (Комплект обладнання для проведення випробувань методом імуноферментного аналізу)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:38430000-8: Детектори та аналізатори

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Комплект обладнання для проведення випробувань методом імуноферментного аналізу	ДК 021:2015: 38434580-5 — Імунологічні аналізатори	1 комплект	Україна, Відповідно до документації	до 30 вересня 2025

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)

Поставка товару	Покупець оплачує 100% вартість поставленого Товару протягом 60 робочих днів з дати поставки Товару за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної (умова зазначається у випадку якщо Учасник є платником ПДВ).	Післяплата	60	Робочі	100
-----------------	--	------------	----	--------	-----

Очікувана вартість предмета закупівлі:

680 844,84 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

3 404,22 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

09 липня 2025 12:00

Мова тендерної пропозиції:

Мова тендерної пропозиції

Розмір забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):

відсутній

Вид забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати):

відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

09 липня 2025 12:00

Дата та час проведення електронного аукціону:

10 липня 2025 12:13

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:

відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:

відсутні

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі

ДК 021:2015 - 38430000-8 Детектори та аналізатори

(Комплект обладнання для проведення випробувань методом імуноферментного аналізу)

Вимоги до технічних характеристик

Найменування	Од. виміру	Кількість	Технічні характеристики
Комплект обладнання для проведення випробувань методом імуноферментного аналізу	комплект	1	1. Фотометр для мікропланшетів Infinite F50 Plus (або еквівалент) з ноутбуком, програмним забезпеченням та блоком безперебійного живлення Вимоги до фотометра: – режим детекції – абсорбція; – джерело світла – світлодіод; – тип планшета – мікропланшети на 96 лунок; – кількість каналів вимірювання – не менше 8; – наявність референсного (контрольного) каналу; – діапазон вимірювання оптичної густини не вужче від 0 до 4; – роздільна здатність вимірювання оптичної густини не більше 0,0001; – діапазон довжин хвиль не вужче 400-750 нм; – можлива кількість одночасно встановлених світлофільтрів – не менше 8; – світлофільтри в комплекті 405, 450, 492, 620 нм; – точність при 450 / 492 нм в діапазоні оптичної густини від 0 до 2 не більше 0,6 %; – відтворюваність (прецизійність) при 450 / 492 нм в діапазоні оптичної густини від 0 до 2 не більше 0,6%; – лінійність при 450 / 492 нм в діапазоні оптичної густини від 0 до 2 не більше 1%; – вбудований шейкер; – комп'ютерний інтерфейс USB. Вимоги до ноутбука: – операційна система Windows 10 або новіша; – обсяг накопичувача інформації (SSD) не менше 256 ГБ; – обсяг оперативної пам'яті не менше 8 ГБ. Вимоги до програмного забезпечення: – сумісність з фотометром для мікропланшетів; – можливість керування фотометром, обробки та зберігання отриманих результатів. Вимоги до блока безперебійного живлення: – потужність не менше 300 Вт. 2. Промивач для мікропланшетів HYDROFLEX PLUS (або еквівалент) Тип планшетів – на 96 лунок з плоским, круглим або V-подібним дном лунок, стрип-планшети Рідкокристалічний дисплей Кількість програм промивання – не менше 20 Тип дозуючої гребінки (колектора) – 8-канальна Діапазон об'єму дозування рідини для промивання не вужче

			50-3000 мкл Точність дозування не більше 2 % Рівномірність дозування не більше 4 % Залишковий об'єм при перехресній аспірації не більше 2 мкл/лунку Регульований час замочування не вужче від 5 секунд до 60 хвилин Регулювання швидкості аспірації 3. Термошейкер для планшетів PST-60HL (або еквівалент) Діапазон встановлення температури не вужче від 25 до 60 °C Крок встановлення температури не більше 0,1°C Стабільність температури не більше $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ Рівномірність розподілу температури при 37 °C не більше $\pm 0,25^{\circ}\text{C}$ Двосторонній нагрів планшета Час нагріву від 25 °C до 37° C не більше 12 хв Діапазон регулювання швидкості не вужче від 250 до 1200 об/хв Крок встановлення швидкості не більше 10 об/хв Кількість планшетів на платформі не менше 2 Наявність зовнішнього блока живлення Наявність мережевого кабелю Наявність запасних пасків (2 шт.)
--	--	--	--

ПРИМІТКА: всі посилання в Вимогах до технічних характеристик на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як/або еквівалент.

Комплект поставки:

1. Комплект обладнання для проведення випробувань методом імуноферментного аналізу у складі фотометра для мікропланшетів Infinite F50 Plus (або еквівалент) з ноутбуком, програмним забезпеченням та блоком безперебійного живлення; промивача для мікропланшетів HYDROFLEX PLUS (або еквівалент); термошейкера для планшетів PST-60HL (або еквівалент) з зовнішнім блоком живлення, мережевим кабелем та запасними пасками (2 шт.) – 1 шт.
- ✓ 2. Інструкції з експлуатації українською мовою – 1 примірник.
- ✓ 3. Сертифікат калібрування фотометра для мікропланшетів.

Додаткові умови:

1. Гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію.
- ✓ 2. Місце поставки: вул. Метрологічна, 4, м. Київ.
3. Товар повинен бути новим, що не був у використанні та без механічних пошкоджень.
4. Постачальник має провести пуско-налагоджувальні роботи та навчання персоналу.
- ✓ 5. Термін поставки – протягом 30 робочих днів з дати підписання договору.
6. Учасник має надати в складі тендерної пропозиції документи виробника (інструкції з експлуатації, проспекти, брошури тощо), що підтверджують вимоги до технічних характеристик.
7. Учасник має надати в складі тендерної пропозиції гарантійний лист у довільній формі щодо технічних характеристик ноутбуку та блоку безперебійного живлення.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

за ДК 021-2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори (Комплект обладнання для проведення випробувань методом імуноферментного аналізу)

Очікувана вартість предмета закупівлі була розрахована відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» № 79 від 19.05.2020.

З метою проведення процедури закупівлі за ДК 021-2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори (Комплект обладнання для проведення випробувань методом імуноферментного аналізу) було проведено дослідження ринку відповідних товарів та отримано комерційні пропозиції від трьох суб'єктів господарювання, а саме:

1. ТОВ «БІОНІКС ЛАБ» – 682 972,48 грн;
2. ТОВ «ЕЛТЕСТ» - 771 758,91 грн;
3. ТОВ «НВП ЦЕНТР ДІАГНОСТИКИ ХВОРОБ ТВАРИН «ВЕТБІОЛАБ» - 730 780,55 грн;

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі: $(682\,972,48 \text{ грн} + 771\,758,91 \text{ грн} + 730\,780,55 \text{ грн}) / 3 = 728\,503,98 \text{ грн з ПДВ}$ (або 680 844,84 грн без ПДВ).

Таким чином, очікувана вартість закупівлі за ДК 021-2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори (Комплект обладнання для проведення випробувань методом імуноферментного аналізу) складає: 728 503,98 грн з ПДВ (або 680 844,84 грн без ПДВ).

Начальник центру № 17



В.СЕМЕНОВИЧ