

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2025-07-15-003674-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Черняев Святослав Юрійович, 380445260186, cherniaiev@ukrcsm.com
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (Системи отримання води)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:42910000-8: Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Система отримання деіонізованої води II класу	ДК 021:2015: 42912300-5 — Машини та апарати для фільтрування чи очищення води	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 29 серпня 2025
Система отримання чистої та ультрачистої води з накопичувальним резервуаром	ДК 021:2015: 42912300-5 — Машини та апарати для фільтрування чи очищення води	1 штука	Україна, Відповідно до документації	до 29 серпня 2025

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Поставка товару	Покупець оплачує 100% вартість поставленого Товару протягом 60 робочих днів з дати поставки Товару за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної (умова зазначається у випадку якщо Учасник є платником ПДВ).	Післяоплата	60	Робочі	100
-----------------	--	-------------	----	--------	-----

Очікувана вартість предмета закупівлі:

379 401,86 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

1 897,01 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

23 липня 2025 12:00

Мова тендерної пропозиції:

Мова тендерної пропозиції

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):

відсутній

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати):

відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

23 липня 2025 12:00

Дата та час проведення електронного аукціону:

24 липня 2025 15:44

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників:

відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:

відсутні

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі

ДК 021:2015: 42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (Системи отримання води)

Вимоги до технічних характеристик

№ п/п	Технічні характеристики	Вимоги	Кількість шт.
1. Система отримання деіонізованої води II класу			
1.	Тип моделі	Настільна з можливістю приєднання накопичувального резервуару	1
2.	Методи очистки	Зворотний осмос, адсорбція, деіонізація	
3.	Підключення до водопроводу	Наявність	
4.	Вхідний тиск, атм	Не менше 0,4	
5.	Контроль тиску вхідної води	Увімкнення при робочому тиску, вимкнення при низькому тиску	
6.	Контроль наповнення резервуару	Увімкнення при порожньому резервуарі, вимкнення при наповненні резервуару	
7.	Продуктивність системи, л/год	Не менше 10	
8.	Тип води, що продукується	II клас згідно з вимогами ISO 3696	
9.	Можливість відбору води II класу з резервуару	Наявність	
10.	Електропровідність води II класу, мкСм/см	Не більше 0,1	
11.	Дисплей для відображення інформації про режими роботи	Наявність	
12.	Виведення даних моніторингу якості води на дисплей	Наявність	
13.	Відображення на дисплеї необхідності заміни витратних модулів	Наявність	
14.	Співвідношення очищеної води до води, що споживається, %	Не менше 30	
15.	Можливість підключення до електромережі загального призначення з напругою 230 В	Наявність	
16.	Потужність споживання, Вт	Не більше 100	
17.	Можливість заміни витратних модулів користувачем без залучення технічних спеціалістів та використання допоміжних інструментів	Наявність	
2. Система отримання чистої та ультрачистої води з накопичувальним резервуаром			
1.	Призначення	Отримання очищеної води стабільної якості відповідно до вимог міжнародних стандартів ASTM, CLSI та ISO 3696	1
2.	Підключення до водопроводу	Наявність	
3.	Вхідний тиск, атм	Не менше 0,4	
4.	Зовнішній накопичувальний резервуар	Наявність	
5.	Об'єм зовнішнього резервуару, л	Не менше 20	
6.	Продуктивність системи, л/год	Не менше 10	
7.	Тип води, що продукується	I та II клас згідно з вимогами ISO 3696	
8.	Можливість відбору води II класу	Наявність	
9.	Електропровідність води II класу,	Не більше 0,1	

	мкСм/см		
10.	Можливість відбору води І класу	Наявність	
11.	Швидкість відбору води І класу, л/хв	Не менше 1	
12.	Електропровідність води І класу, мкСм/см	Не більше 0,055	
13.	Вміст органічного вуглецю (ТОС) в очищеній воді, ppb	Не більше 5	
14.	Вміст бактерій в очищеній воді, КУО/мл	Не більше 0,01	
15.	Вміст ендотоксинів в очищеній воді, ЕО/мл	Не більше 0,15	
16.	Вбудована система рециркуляції	Наявність	
17.	Співвідношення очищеної води до води, що споживається, %	Не менше 30	
18.	Дисплей для відображення інформації про режими роботи	Наявність	
19.	Відображення на дисплеї необхідності заміни витратних модулів	Наявність	
20.	Виведення даних моніторингу якості води на дисплей	Наявність	
21.	Можливість підключення до електромережі загального призначення з напругою 230 В	Наявність	
22.	Потужність споживання, Вт	Не більше 130	
23.	Можливість заміни витратних модулів користувачем (без залучення технічних спеціалістів та використання допоміжних інструментів)	Наявність	

Комплект поставки Системи отримання деіонізованої води ІІ класу:

1. Система очищення води в комплекті з фільтром попереднього очищення та модулем деіонізації – 1 шт.
2. Фільтр попереднього очищення – 1 шт.
3. Модуль деіонізації – 1шт.
4. Картридж 10" зі спіненого поліпропілену (1 мкм) – 5 шт.
5. Інструкція з експлуатації українською мовою – 1 примірник.

Комплект поставки Системи отримання чистої та ультрачистої води накопичувальним резервуаром:

1. Система отримання чистої та ультрачистої води з накопичувальним резервуаром в комплекті з фільтром попереднього очищення, модулем деіонізації, модулем полірування, фільтром кінцевого відбору (0,22 мкм) – 1 шт.
2. Фільтр попереднього очищення – 1 шт.
3. Модуль деіонізації – 1 шт.
4. Модуль полірування – 1 шт.
5. Фільтр кінцевого відбору (0,22 мкм) – 1 шт.
6. Картридж 10" зі спіненого поліпропілену (1 мкм) – 5 шт.
7. Інструкція з експлуатації українською мовою – 1 примірник.

Додаткові умови:

1. Гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію.

2. Місце поставки: вул. Метрологічна, 4, м. Київ.

3. Товар повинен бути новим, що не був у використанні та без механічних пошкоджень.

4. Постачальник має провести пуско-налагоджувальні роботи та навчання персоналу.

5. Термін поставки – протягом 14 робочих днів з дати підписання договору.

6. Учасник має надати в складі тендерної пропозиції копії документів що підтверджують відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання (інструкції, настанови з експлуатації або інші документи українською мовою).

7. Учасник повинен надати лист у довільній формі із зазначенням наявності сервісного центру на території України та сертифікат сервісного інженера, що буде проводити всі сервісні роботи (запуск обладнання, гарантійне обслуговування та ін).

8. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати відсканований файл з оригіналу листа виробника, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

9. На підтвердження комплектів поставки Учасник у складі тендерної пропозиції має надати гарантійний лист щодо комплектації.

Начальник центру № 17



В.СЕМЕНОВИЧ

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021-2015: 42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації
(Системи отримання води)

Очікувана вартість предмета закупівлі була розрахована відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» № 79 від 19.05.2020.

З метою проведення процедури закупівлі за ДК 021-2015: 42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (Системи отримання води) було проведено дослідження ринку відповідних товарів та отримано комерційні пропозиції від трьох суб'єктів господарювання, а саме:

1. ТОВ «БІОНІКС ЛАБ» – 443 456,72 грн;
2. ТОВ «НВП ЦЕНТР ДІАГНОСТИКИ ХВОРОБ ТВАРИН «ВЕТБІОЛАБ» - 456 760,43 грн;
3. ТОВ «ЕЛТЕСТ» - 465 629,55 грн;

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі: $(443\,456,72 \text{ грн} + 456\,760,43 \text{ грн} + 465\,629,55 \text{ грн}) / 3 = 455\,282,23 \text{ грн з ПДВ (або } 379\,401,86 \text{ грн без ПДВ)}$.

Таким чином, очікувана вартість закупівлі за ДК 021-2015: 42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації (Системи отримання води) складає: 455 282,23 грн з ПДВ (або 379 401,86 грн без ПДВ).

Начальник центру № 17



В.СЕМЕНОВИЧ