

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2025-10-24-011136-a

Найменування замовника:	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Даниленко Олексій Олександрович, 380995435366, Danylenko@ukrcsm.com
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	38424000-3 Контрольно-вимірвальне обладнання (Калібратор температури)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:38420000-5: Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
38424000-3 Контрольно-вимірвальне обладнання (Калібратор температури)	ДК 021:2015: 38424000-3 — Контрольно-вимірвальне обладнання	1 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 30 квітня 2026

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	попередню оплату в розмірі 30% вартості Товару Покупець сплачує протягом 20 робочих днів з дня отримання рахунку на оплату	Аванс	20	Робочі	30

Поставка товару	остаточний розрахунок в розмірі 70% вартості Товару Покупець сплачує протягом 60 робочих днів з дати поставки Товару за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної. (умова зазначається у випадку якщо Учасник є платником ПДВ).	Післяплата	60	Робочі	70
-----------------	---	------------	----	--------	----

Очікувана вартість предмета закупівлі: 2 090 231,67 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни: 10 451,16 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування): відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 03 листопада 2025 12:00

Мова тендерної пропозиції: Мова тендерної пропозиції

Розмір забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): відсутній

Вид забезпечення тендерних пропозиції (якщо замовник вимагає його надати): відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 03 листопада 2025 12:00

Дата та час проведення електронного аукціону: 04 листопада 2025 12:40

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників: відсутні

Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю: відсутні

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Код згідно з Національним класифікатором України ДК 021: 2015:

8424000-3 «Контрольно-вимірювальне обладнання»

(Калібратор температури);

Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація)

Калібратор температури - призначений для проведення повірки (калібрування) та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки та повинен реалізовувати функцію охолодження і функцію нагрівання.

№ п/п	Найменування Товару	Марка або модель, або артикул, або каталожний номер, або інші параметри для ідентифікації Товару	Од . ви мі ру	К - т ь	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі (Технічна специфікація)	
1.	Калібратор температури	Ametek Jofra RTC-700B або еквівалент	шт .	1	Діапазон відтворення температури, °C (при 23 °C), не менше	+33...+700
					Похибка відтворення температури при застосуванні внутрішнього еталонного термометра (33...660 °C), °C, не більше	± 0,29
					Похибка відтворення температури при застосуванні зовнішнього еталонного термометра, (33...660 °C), °C, не більше	± 0,11
					Стабільність відтворення температури у діапазоні 33...700, °C, не більше	± 0,02
					Роздільна здатність, °C	1; 0,1; 0,01; 0,001
					Глибина термостату, не менше, мм	200
					Внутрішній діаметр термостату, мм	30
					Дисплей, не менше	кольоровий РК, діагональ 14,5 см
					Вхід для підключення зовнішнього еталонного термометра STS	Наявність обов'язкова
					Вхід для підключення датчика для динамічної компенсації завантаження термостату (DLC)	Наявність обов'язкова
					Вхідна секція для вимірювання сигналів приладів, що повіряються/калібруються.	Наявність обов'язкова
					Похибка при вимірюванні:	
					Напруги в діапазоні: -78 мВ...+78 мВ (не більше) (для ПТ (перетворювачів температури) типів: ПР(В), ПП(S, R), ХА(К), ХК(Е, L), МК(Т), ЖК(І), НН(Н) по ДСТУ, ГОСТ, IEC і DIN.	± (0,005% П (показання) +0,005% ВМ (верхньої межі))

				Автоматична компенсація ТХС ТП, °C (не більше)	± 0,3
				Опору в діапазоні: 0...400 Ом (не більше) (для ПТ типів: Pt10, Pt50, Pt100, 50П, 100П, 50М, 53М, 100М, 100Н по ДСТУ, ГОСТ, IEC і DIN.)	± (0,002% П+0,002% ВМ)
				Опору в діапазоні: 0...4000 Ом (не більше) (для ПТ типів: Pt200, Pt500, Pt1000 по ДСТУ, ГОСТ, IEC і DIN).	± (0,005% П+0,005% ВМ)
				Струму в діапазоні: 0...24 мА (не більше)	± (0,005% П+0,010% ВМ)
				Напруги в діапазоні: 0...12 В (не більше)	± (0,005% П+0,010% ВМ)
				Функція калібрування датчиків температури в автономному режимі зі зберіганням результатів	Обов'язково
				Функція перевірки / калібрування датчиків температури під управлінням ПК	Обов'язково
				Програмне забезпечення для документування, автоматизації калібрування, завантаження робочих завдань і підстроювання калібратора	Обов'язково
				Інтерфейси зв'язку та управління	USB 2.0, Ethernet, слот SD
				Робоча температура, °C, не менше	0...40
				Відносна вологість, %, не менше	0...90
				Габаритні розміри, мм, не більше	421x171x362
				Номинальна напруга живлення змінного струму, В	180...254 50 Гц
				Частота електричного струму, Гц	50
				Споживана потужність, Вт, не більше	1150
				Маса, кг, не більше	11,5

Комплект поставки:
1. Калібратор температури – 1 шт.
2. Візівий датчик температури

інтелектуальний STS200 (Pt100 STS200A970EH зігнутий під 90°, довжина 227мм, діаметр 4мм, LEMO/Redel connector с кабелем 50 см) з сертифікатом калібрування в пластиковому кейсі

3. Датчик динамічної компенсації завантаження термостату DLC інтелектуальний (зігнутий під 90°, діаметр 4мм, LEMO connector з кабелем 50см) з сертифікатом калібрування в пластиковому кейсі
4. Вставна трубка M01 з отворами (4x4 ,1x6 мм, 1x1/4 in), DLC – 1 шт.
5. Вставна трубка M04 з отворами (1x3, 2x4, 1x5, 2x6, 1x9мм, 1x1/4 in), DLC – 1 шт.
6. Вставна трубка M06 (1/8,2x1/4,3/16,3/8 in,4мм), DLC – 1 шт.;
7. Вставна трубка M07 (7,13,4мм,1/4 in), DLC – 1 шт.;
8. Вставна трубка M09 (10,11,4 мм,1/4 in), DLC – 1 шт.;
9. Вставна трубка M10 (5/16,7/16,1/4 in,4мм), DLC – 1 шт.;
10. Програмне забезпечення для документування, автоматизації калібрування, завантаження робочих завдань і підстроювання калібратора;
11. Керівництво з експлуатації українською мовою;
12. Сертифікат (протокол) калібрування із зазначенням розширеної невизначеності згідно ISO/IEC 17025 – 1 примірник.

Додаткові умови:

- місце поставки: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143;
 - товар повинен бути новим, що не був у використанні, та не мати механічних пошкоджень;
- характеристики запропонованого товару повинні у повній мірі відображати інформацію відповідно до переліку характеристик, наведеного у таблиці 1, та мають бути підтверджені виробником товару.

РОЗДІЛ II

Інші вимоги до Учасника та до предмета закупівлі

- 1. Строк поставки Товару:** *протягом 110 (сто десяти) календарних днів від дати попередньої оплати Товару.*
- 2. Гарантійний строк на Товар** – *не менше 24 місяців* з дати поставки Товару.
- 3. Строк заміни неякісного Товару (виправлення дефектів):** *не більше 20-ти календарних днів.*

Примітка до зазначення Учасником в ТЕНДЕРНІЙ ПРОПОЗИЦІЇ (ТЕХНІЧНІЙ ЧАСТИНІ) строків, які пропонуються:

строк поставки Товару та строк заміни неякісного Товару (виправлення дефектів) повинен бути чітко визначеним, без зазначення виразів типу «орієнтовно», «не менше», (слово «орієнтовно» зазначено Замовником з метою надання Учасникам загального уявлення про вимоги до строку (кількість днів));

~ гарантійний строк на Товар повинен бути чітко визначеним, без зазначення виразів типу «орієнтовно», «не менше», «не більше».

РОЗДІЛ III

Інформація про окремі умови закупівлі

1. Мета використання Товару: призначений для проведення повірки (калібрування) та оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки та повинен реалізовувати функцію охолодження і функцію нагрівання.

2. Місце поставки Товару: м. Київ, вул. Метрологічна, 4

3. Разом з Товаром Постачальник надає Замовникові наступні документи:

- видаткову накладну на поставлений Товар, в якій вказується найменування, одиниця виміру, кількість Товару, марка або модель, або інші параметри для ідентифікації Товару (оригінал);
- товарно-транспортну накладну на Товар (оригінал);
- документ, що підтверджує повноваження постачальника від заводу виробника
- копію або оригінал документа, що підтверджує відповідність поставленого товару кількісним, якісним та технічним вимогам договору (паспорт, інструкція, формуляр, настанова з експлуатації, сертифікат якості/відповідності, талон від виробника або постачальника, маркування або пакування Товару).

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Калібратор температури за кодом ДК 021:2015 8424000-3
«Контрольно-вимірвальне обладнання»

Відповідно до наказу № 79 від 19.05.2020 року застосовується метод порівняння ринкових цін

(п. 3.1) – інформація про ціни від постачальників (комерційні пропозиції).

Комерційні пропозиції:

- ТОВ "Артвік-Україна", вартість з ПДВ 2 330 034,00 грн;
- ТОВ НВП "Газінжинірінгсервіс", вартість з ПДВ 2 586 000,00 грн;
- ТОВ "КОМПЛІТЕХ", вартість з ПДВ 2 608 800,00 грн.

Очікувана ціна:

$C_{OD} = (C_1 + C_2 + C_3) / K$, де

C_1, C_2, C_3 – ціни за комерційними пропозиціями, грн.,

K – кількість пропозицій.

$C_{OD} = (C_1 + C_2 + C_3) / K = (2\,330\,034,00 + 2\,586\,000,00 + 2\,608\,800,00) / 3 = 2\,508\,278,00$
з ПДВ (2 090 231,67 без ПДВ)

Начальник відділу № 24 _____ Сергій ЧЕРЕДНИЧЕНКО