

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2025-11-05-013240-a

Найменування замовника	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Даниленко Олексій Олександрович, 380995435366, Danylenko@ukrcsm.com
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі	38340000-0 Прилади для вимірювання величин (Взірцевий термоперетворювач опору типу Pt100)
Код за Єдиним закупівельним словником	ДК 021:2015: 38340000-0 - Прилади для вимірювання величин

Лот 1 — 38340000-0 Прилади для вимірювання величин (Взірцевий термоперетворювач опору типу Pt100)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
38340000-0 Прилади для вимірювання величин (Взірцевий термоперетворювач опору типу Pt100)	ДК 021:2015: 38340000-0 – Прилади для вимірювання величин	1 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 31 березня 2026

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Попередню оплату в розмірі 30% вартості Товару Покупець сплачує протягом 20 робочих днів з дня отримання рахунку на	Аванс	20	Робочі	30



	оплату				
Поставка товару	Остаточний розрахунок в розмірі 70% вартості Товару Покупець сплачує протягом 60 робочих днів з дати поставки Товару за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної. (умова зазначається у випадку якщо Учасник є платником ПДВ)	Післяплата	60	Робочі	70

План, відповідно до якого проводиться закупівля (інформація про джерело фінансування)

09643ddce435457ea9a35d3700bf2f96

Очікувана вартість предмета закупівлі:

250 336,33 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

1 251,68 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

14 листопада 2025 00:00

Мова тендерної пропозиції:

Українська

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників

відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

14 листопада 2025 00:00

Розмір надання забезпечення пропозицій учасників:

відсутній

Дата та час проведення електронного аукціону:

14 листопада 2025 12:34



Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Код згідно з Національним класифікатором України ДК 021: 2015:

38340000-0 Прилади для вимірювання величин

(Взірцевий термоперетворювач опору типу Pt100);

Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація)

Взірцевий термоперетворювач опору для прецизійного цифрового вимірювача температури DTI100A, призначений для проведення повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки.

№ п/п	Найменування Товару	Марка або модель, або артикул, або каталожний номер, або інші параметри для ідентифікації Товару	Од . ви мі ру	К - т ь	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі (Технічна специфікація)	
1.	Взірцевий термоперетворювач опору	Pt100 або еквівалент	шт .	1	Тип	Pt100 (IEC 751, ITS90, = 0,00385)
					Діапазон температур, °C	-150...+650
					Гістерезис, не більше (при 0°C), °C,	0,01
					Довготривала стабільність, ° не більше (при 0°C), C,	0,014
					Повторюваність, не більше (при 0°C) , °C,	0,002
					Довжина, мм,	500
					Діаметр, мм не більше	4
					Сертифікат калібрування ISO 17025, діапазон: -90...+125°C, 7 точок	Точки калібрування, °C: -90, -45, -15, 0, 50, 100, 125,
					Кабель 2м з роз'ємом LEMO/ LEMO	Наявність
					Роз'єм	LEMO (4 pin), сумісний з DTI100A
					Алюмінієвий кейс для зберігання та транспортування	Наявність
					Температура зберігання, °C,	-20...+70
					Клас захисту, не гірше	IP50

Комплект поставки:

- Взірцевий термоперетворювач опору STS100A 500 В типу Pt100, (діапазон -150...+650 °C, довжина 500 мм.), діаметр 4 мм, 2м кабель з роз'ємом LEMO – LEMO *(або еквівалент)* - 1 шт.,
- Алюмінієвий кейс,
- Сертифікат калібрування із зазначенням розширеної невизначеності в точках: - 90,-45,-15, 0,+50,+100,+125°C; виданий лабораторією акредитованою на відповідність вимогам ISO/IEC 17025..

Додаткові умови:

- місце поставки: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143;
- товар повинен бути новим, що не був у використанні, та не мати механічних пошкоджень; характеристики запропонованого товару повинні у повній мірі відображати інформацію відповідно до переліку характеристик, наведеного у таблиці 1, та мають бути підтверджені виробником товару.
- разом з товаром надається документ, що підтверджує повноваження постачальника від заводу виробника.

РОЗДІЛ II

Інші вимоги до Учасника та до предмета закупівлі

- 1. Строк поставки Товару: до 31.03.2026.**
- 2. Гарантійний строк на Товар – не менше 24 місяців** з дати поставки Товару.
- 3. Строк заміни неякісного Товару (виправлення дефектів): не більше 20-ти календарних днів.**

Примітка до зазначення Учасником в ТЕНДЕРНІЙ ПРОПОЗИЦІЇ (ТЕХНІЧНІЙ ЧАСТИНІ) строків, які пропонуються:

- строк поставки Товару та строк заміни неякісного Товару (виправлення дефектів) повинен бути чітко визначеним, без зазначення виразів типу «орієнтовно», «не менше», (слово «орієнтовно» зазначено Замовником з метою надання Учасникам загального уявлення про вимоги до строку (кількість днів));
- гарантійний строк на Товар повинен бути чітко визначеним, без зазначення виразів типу «орієнтовно», «не менше», «не більше».

РОЗДІЛ III

Інформація про окремі умови закупівлі

1. Мета використання Товару: Взірцевий термоперетворювач опору для прецизійного цифрового вимірювача температури DTI100A, призначений для проведення повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки.

2. Місце поставки Товару: м. Київ, вул. Метрологічна, 4

3. Разом з Товаром Постачальник надає Замовникові наступні документи:

- видаткову накладну на поставлений Товар, в якій вказується найменування, одиниця виміру, кількість Товару, марка або модель, або інші параметри для ідентифікації Товару (оригінал);
- товарно-транспортну накладну на Товар (оригінал);
- Сертифікат калібрування із зазначенням розширеної невизначеності згідно ISO/IEC 17025 в точках: - 90,-45,-15, 0,+50,+100,+125°C..

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі

Взірцевий термоперетворювач опору типу Pt100
за кодом ДК 021:2015 38340000-0
«Прилади для вимірювання величин»

Відповідно до наказу № 79 від 19.05.2020 року застосовується метод порівняння ринкових цін

(п. 3.1) – інформація про ціни від постачальників (комерційні пропозиції).

Комерційні пропозиції:

- ТОВ "Артвік-Україна", вартість з ПДВ 279 610,80 грн;
- ТОВ НВП "Газінжинірінгсервіс", вартість з ПДВ 312 000,00 грн;
- ТОВ "КОМПЛІТЕХ", вартість з ПДВ 309 600,00 грн.

Очікувана ціна:

$C_{OD} = (C_1 + C_2 + C_3) / K$, де

C_1, C_2, C_3 – ціни за комерційними пропозиціями, грн.,

K – кількість пропозицій.

$C_{OD} = (C_1 + C_2 + C_3) / K = (279\,610,80 + 312\,000,00 + 309\,600,00) / 3 = 300\,403,60$ з ПДВ
(250 336,33 без ПДВ)

Начальник відділу № 24 _____ Сергій ЧЕРЕДНИЧЕНКО