

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2026-03-05-004139-a

Найменування замовника	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Кіт Дмитро Олександрович, 380967161852, dkit@ukrcsm.com
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі	38410000-2 Лічильні прилади (Лабораторний рН-метр SevenDirect SD20-Kit (Mettler Toledo) (або еквівалент))
Код за Єдиним закупівельним словником	ДК 021:2015: 38410000-2 - Лічильні прилади

Лот 1 — 38410000-2 Лічильні прилади (Лабораторний рН-метр SevenDirect SD20-Kit (Mettler Toledo) (або еквівалент))

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Лабораторний рН-метр SevenDirect SD20-Kit (Mettler Toledo) (або еквівалент)	ДК 021:2015: 38410000-2 – Лічильні прилади	1 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 20 травня 2026

Умови поставки та здійснення розрахунків:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Покупець оплачує 100% вартість поставленої Товару протягом 60 робочих днів з дати поставки Товару за умови реєстрації в Єдиному	Післяплата	60	Робочі	100



	реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної (умова зазначається у випадку якщо Учасник є платником ПДВ).				
--	---	--	--	--	--

План, відповідно до якого проводиться закупівля (інформація про джерело фінансування)

2a2999ff179743a79f4c64c2a3717c6a

Очікувана вартість предмета закупівлі:

144 574,80 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

722,87 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

16 березня 2026 00:00

Мова тендерної пропозиції:

Українська

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників

відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

16 березня 2026 00:00

Розмір надання забезпечення пропозицій учасників:

відсутній

Дата та час проведення електронного аукціону:

16 березня 2026 14:20



**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТА ВИМОГИ ДО УЧАСНИКА**

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:
код ДК 021:2015: 38410000-2: Лічильні прилади
(Лабораторний рН-метр SevenDirect SD20-Kit (Mettler Toledo) (або еквівалент))
(далі – Товар).

Кількість, асортимент, технічні та якісні характеристики зазначено в Специфікації.

**РОЗДІЛ І:
Технічна специфікація**

№ п/п	Технічні характеристики	Вимоги
1.	Діапазон вимірювання рН	не вужче від -2,000 до 20,000
2.	Роздільна здатність рН	не менше 3-х рівнів роздільної здатності: 1-й рівень – не більше 0,1 2-й рівень – не більше 0,01 3-й рівень – не більше 0,001
3.	Похибка визначення рН	$\pm 0,002$
4.	Діапазон вимірювання температури, °C	не вужче від -10 до 100
5.	Роздільна здатність вимірювання температури, °C	не більше 0,1
6.	Похибка визначення температури, °C	$\pm 0,1$ (0,0 – 100,0 °C) $\pm 0,3$ (менше 0 °C)
7.	Діапазон вимірювання окисно-відновного потенціалу, мВ	не вужче від -2000 до 2000
8.	Роздільна здатність вимірювання окисно-відновного потенціалу, мВ	не менше 0,1
9.	Похибка визначення вимірювання окисно-відновного потенціалу, мВ	$\pm 0,1$ (-500 - 500 мВ) $\pm 0,2$ (менше -500 мВ або більше 500 мВ)
10.	Кількість калібрувальних рівнів рН	не менше 5
11.	Можливість авторозпізнавання буферних розчинів	наявність
12.	Метод калібрування	лінійний
13.	Сенсорний екран з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом	7 – дюймовий сенсорний екран з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом
14.	Вимоги до температури при експлуатації приладу, °C	не вужче від 10 до 40
15.	Вимоги до вологості повітря при експлуатації приладу, %	не вужче від 5 до 80 (без конденсату)

16.	Ступінь захисту корпусу (код IP)	не гірше IP54 (пилонепроникний, водонепроникний)
17.	Можливість підключення до електромережі загального призначення з напругою 220-230 В	наявність
18.	Допоміжне обладнання та витратні матеріали	1. Комбінований універсальним рН-електрод рН InLab® Expert Pro-ISM з вбудованим температурним зондом, стрижнем з поліетилефіркетону, фіксованим кабелем та можливістю інтелектуального управління датчиками; діапазон вимірювання рН 0-14; діапазон вимірювань температури 0-100°C. 2. Тримач електроду висотою 30 см; стакан зі вставкою для зберігання електроду; тримач для пакетиків з буферами. 3. Набір буферів для калібрування рН Rainbow I: рН 4,01 – 10 пакетиків об'ємом 20 мл; рН 7,00 – 10 пакетиків об'ємом 20 мл; рН 9,21 – 10 пакетиків об'ємом 20 мл.

Комплект поставки:

1. Лабораторний рН-метр SevenDirect SD20-Kit (або еквівалент) – 1 шт.
2. Блок живлення з вишкою, адаптованою під розетку типу F – 1 шт.
3. Комбінований рН-електрод рН InLab® Expert Pro-ISM – 1 шт.
4. Тримач електроду висотою 30 см із стаканом зі вставкою для зберігання електроду та тримачем для пакетиків з буферами – 1 шт.
5. Набір буферів для калібрування рН Rainbow I: рН 4,01; рН 7,00; рН 9,21 – по 10 пакетиків кожного рН.
6. Інструкція з експлуатації українською мовою – 1 примірник.
7. Декларація відповідності «Технічному регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки», затвердженого постановою КМУ № 94 від 13.01.2019.
8. Сертифікат калібрування.

ПРИМІТКИ:

- всі посилання в Вимогах до технічних характеристик на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника читати як/або еквівалент;
- фактичний термін придатності буферів для калібрування на дату поставки повинен складати не менше 70% загального терміну придатності, що встановлений виробником.

РОЗДІЛ II

Інші вимоги до Учасника та до предмета закупівлі

1. **Строк поставки Товару:** до 20.05.2026 р.
2. **Гарантійний строк на Товар** – не менше **12 місяців** з дати введення в експлуатацію Товару.

Примітка до зазначення Учасником в ТЕНДЕРНІЙ ПРОПОЗИЦІЇ (ТЕХНІЧНІЙ ЧАСТИНІ) строків, які пропонуються:

– строк поставки Товару та строк заміни неякісного Товару (виправлення дефектів) повинен бути чітко визначеним, без зазначення виразів типу «орієнтовно», «не менше», (слово «орієнтовно» зазначено Замовником з метою надання Учасникам загального уявлення про вимоги до строку (кількість днів));

– гарантійний строк на Товар повинен бути чітко визначеним, без зазначення виразів типу «орієнтовно», «не менше», «не більше».

РОЗДІЛ III

Інформація про окремі умови закупівлі

1. Місце поставки Товару: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4.

2. Разом з Товаром Постачальник надає Замовникові наступні документи:

- видаткову накладну на поставлений Товар, в якій вказується найменування, одиниця виміру, кількість Товару, марка або модель, або інші параметри для ідентифікації Товару (оригінал);

- товарно-транспортну накладну на Товар (оригінал);

- копію або оригінал документа, що підтверджує відповідність поставленого товару кількісним, якісним та технічним вимогам (**сертифікат калібрування**).

У разі якщо відповідність поставленого товару кількісним, якісним та технічним вимогам договору неможливо підтвердити в доступний спосіб (обміри, зважування, або інформація з документів, що надані з товаром, інформація з маркування товару, етикетки, упаковки тощо) додатково надається документ від виробника, представника виробника або дилера, який підтверджує відповідність поставленого товару вимогам зазначеним у специфікації договору. Такий документ складається українською мовою, у випадку якщо документ складений іншою мовою, він надається з перекладом на українську мову.

- інформацію про перелік власників Постачальника, з врахуванням власників всіх рівнів (всього ланцюга), включаючи кінцевого бенефіціарного власника (контролера) за формою згідно з Додатком № 2 до Договору з додаванням підтверджуючих документів (далі – Інформація).

3. Доставка повинна виконуватись транспортом Учасника.

4. Товар повинен бути **новим**, що не був у використанні, без механічних пошкоджень товару, упаковки та постачатись в упаковці виробника.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі

за ДК 021-2015: 38410000-2 Лічильні прилади (Лабораторний рН-метр SevenDirect SD20-Kit (Mettler Toledo) (або еквівалент))

Очікувана вартість предмета закупівлі була розрахована відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» № 79 від 19.05.2020.

З метою проведення процедури закупівлі за ДК 021-2015: 38410000-2 Лічильні прилади (Лабораторний рН-метр SevenDirect SD20-Kit (Mettler Toledo) (або еквівалент)), було проведено дослідження ринку відповідних товарів та отримано комерційні пропозиції від трьох суб'єктів господарювання, а саме:

1. ТОВ «ХЛР» – 140 934,00 грн;
2. ТОВ «ПІНОЛ УКРАЇНА» - 143 635,25 грн;
3. ТОВ «ЛОГІКЛАБГРУПА» – 149 155,16 грн;

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі: $(140\,934,00 \text{ грн} + 143\,635,25 \text{ грн} + 149\,155,16 \text{ грн}) / 3 = 144\,574,80 \text{ грн з ПДВ (або } 120\,479,00 \text{ грн без ПДВ)}$.

Таким чином, очікувана вартість закупівлі за ДК 021-2015: 38410000-2 Лічильні прилади (Лабораторний рН-метр SevenDirect SD20-Kit (Mettler Toledo) (або еквівалент)), складає: 144 574,80 грн з ПДВ (або 120 479,00 грн без ПДВ).

Начальник центру № 17

В.СЕМЕНОВИЧ