

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2026-03-25-008879-a

Найменування замовника	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Кіт Дмитро Олександрович, 380967161852, dkit@ukrcsm.com
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі	50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Технічне обслуговування та ремонт газового хромато-мас-спектрометр Agilent Technologies 7890B/5977B)
Код за Єдиним закупівельним словником	ДК 021:2015: 50410000-2 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів

Лот 1 — 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Технічне обслуговування та ремонт газового хромато-мас-спектрометр Agilent Technologies 7890B/5977B)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Технічне обслуговування та ремонт газового хромато-мас-	ДК 021:2015: 50410000-2 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів	1 послуга	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2026



спектрометр Agilent Technologies 7890B/5977B)				
---	--	--	--	--

Умови поставки та здійснення розрахунків:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Надання послуг	Замовник здійснює повну оплату за Послуги протягом 60 (шестидесяти) робочих днів з дати надання Послуг за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної. (Умова зазначається у випадку якщо Учасник є платником ПДВ).	Післяоплата	60	Робочі	100

План, відповідно до якого проводиться закупівля (інформація про джерело фінансування)

18454d30bc8448b8873e4a8d4c7b186a

Очікувана вартість предмета закупівлі:

43 602,78 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

218,01 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

02 квітня 2026 15:00

Мова тендерної пропозиції:

Українська

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників

відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

02 квітня 2026 15:00

Розмір надання забезпечення пропозицій учасників:

відсутній

Дата та час проведення електронного аукціону:

3 квітня 2026 11:38



ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТА ВИМОГИ ДО УЧАСНИКА

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:
код ДК 021:2015 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування
вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Технічне обслуговування
та ремонт газового хромато-мас-спектрометр Agilent 7890B/5977B) (далі – Послуга).

Кількість, асортимент, технічні та якісні характеристики зазначено в Специфікації.

РОЗДІЛ І: Технічна специфікація (опис та обсяг предмета закупівлі)

Опис: Технічне обслуговування та ремонт обладнання: газовий хромато-мас-спектрометр Agilent 7890B/5977B (США).

Прилади, які підлягають діагностиці: Газовий хромато-мас-спектрометр Agilent 7890B/5977B (заводський №US1907M020).

Результати діагностики: Проведення технічного обслуговування та ремонту газового хромато-мас-спектрометра Agilent 7890B/5977B. Визначення переліку запасних частин, що потребують заміни та надання переліку витратних матеріалів для планового технічного обслуговування та рекомендацій щодо його періодичності.

Таблиця 1

Перелік робіт з технічного обслуговування та ремонту			
Найменування послуги		Од. вимірювання	Кількість приладів
Технічне обслуговування газового хроматографа Agilent 7890B			
1.	Очищення внутрішнього частин хроматографа від пилу та інших забруднень	послуга	1
2.	Проведення діагностичних тестів газового хроматографа	послуга	1
3.	Заміна фільтру в газовій лінії	послуга	1
4.	Технічне обслуговування універсального капілярного випаровувача, заміна септи та лайнера	послуга	1
5.	Встановлення капілярної колонки	послуга	1
6.	Перевірка герметичності газових ліній	послуга	1
7.	Перевірка потоків газу носія	послуга	1
8.	Кондиціонування хроматографа	послуга	1
9.	Перевірка загальної працездатності хроматографа	послуга	1
Технічне обслуговування мас-спектрометричного детектора Agilent 5977			
10.	Очищення внутрішніх частин мас-спектрометричного детектора Agilent 5977B від пилу та інших забруднень, перевірка стану кабелів та роз'ємів.	послуга	1

11.	Чищення джерела іонів мас-спектрометричного детектора Agilent 5977B	послуга	1
12.	Перевірка роботи програмного забезпечення, що керує газовим хромато-мас-спектрометром Agilent 7890B/5977B, здійснює збір та обробку хроматографічної/мас-спектральної інформації	послуга	1
13.	Встановлення та підключення форвакуумного насосу	послуга	1
14.	Перевірка роботи вакуумної системи мас-спектрометричного детектора Agilent 5977B	послуга	1
15.	Перевірка роботи динода високої енергії та стану електронного помножувача мас-спектрометричного детектора Agilent 5977B	послуга	1
16.	Проведення діагностичних тестів хромато-мас-спектрометра Agilent 7890B/5977B	послуга	1
17.	Виконання автоматичного налаштування параметрів мас-спектрометричного детектора Agilent 5977B та їх оцінка	послуга	1
18.	Перевірка загальної працездатності газового хроматографа Agilent 7890B з мас-спектрометричним детектором Agilent 5977B.	послуга	1
19.	Надання акту з описом проведених робіт та технічного стану хромато-мас-спектрометра та рекомендацій щодо періодичності планового технічного обслуговування приладу	послуга	1
20.	Надання переліку запасних частин, які потребують заміни (при необхідності)	послуга	1
21.	Надання переліку витратних матеріалів, необхідних для планового технічного обслуговування	послуга	1

Витратні матеріали, реагенти, запчастини, що необхідні для проведення робіт надаються замовником.

Додаткові умови:

- наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, підтверджені сертифікатами виробника вказаного обладнання;
- наявність в учасника процедури закупівлі авторизаційного листа від виробника обладнання;
- місце проведення робіт: вул. Метрологічна 4, м. Київ.

РОЗДІЛ II

Інші вимоги до Учасника та до предмета закупівлі

- 1. Строк надання Послуги:** до 30 червня 2026 року.
- 2. Строк виправлення дефектів:** не більше 20-ти календарних днів.

Примітка до зазначення Учасником в ТЕНДЕРНІЙ ПРОПОЗИЦІЇ (ТЕХНІЧНІЙ ЧАСТИНІ) строків, які пропонуються:

- строк надання Послуги та строк виправлення дефектів повинен бути чітко визначеним, без зазначення виразів типу «орієнтовно», «не менше», (слово «орієнтовно» зазначено Замовником з метою надання Учасникам загального уявлення про вимоги до строку (кількість днів));
- гарантійний строк повинен бути чітко визначеним, без зазначення виразів типу «орієнтовно», «не менше», «не більше».

РОЗДІЛ III

Інформація про окремі умови закупівлі

1. **Місце надання Послуги:** м. Київ. вул. Метрологічна, 4.
2. По закінченню надання Послуг виконавець послуг надає Замовнику акт здачі-приймання наданих Послуг. Замовник протягом 5-ти днів з дня одержання акта здачі-приймання наданих Послуг зобов'язаний підписати та направити виконавцю послуг акт або обґрунтовану відмову від приймання наданих Послуг. У випадку обґрунтованої відмови Замовника від приймання наданих Послуг сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок і строками їх виконання.
3. Мета закупівлі: Технічне обслуговування та ремонт газового хроматографа з мас-спектрометричним детектором Agilent Technologies 7890B/5977B необхідно для усунення причин непрацездатності та відновлення роботи засобу вимірювальної техніки. Отримання переліку витратних матеріалів для планового технічного обслуговування обладнання сервісним інженером та встановлення його періодичності.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі

за ДК 021-2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Технічне обслуговування та ремонт газового хромато-мас-спектрометр Agilent 7890B/5977B)

Очікувана вартість предмета закупівлі була розрахована відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» № 79 від 19.05.2020.

З метою проведення процедури закупівлі за ДК 021-2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Технічне обслуговування та ремонт газового хромато-мас-спектрометр Agilent 7890B/5977B), було проведено дослідження ринку відповідних товарів та отримано комерційні пропозиції від трьох суб'єктів господарювання, а саме:

1. ТОВ «АЛСІ ХРОМ» – 48 000,00 грн;

2. ТОВ «Ідеалаб» - 52 800,00 грн;

3. ТОВ «АВЛ+» – 56 170,00 грн;

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі: $(48\,000,00 \text{ грн} + 52\,800,00 \text{ грн} + 56\,170,00 \text{ грн}) / 3 = 52\,323,33 \text{ грн}$, без ПДВ (з ПДВ 20% 43 602,78 грн).

Таким чином, очікувана вартість закупівлі за ДК 021-2015: 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Технічне обслуговування та ремонт газового хромато-мас-спектрометр Agilent 7890B/5977B), складає: 52 323,33 грн, без ПДВ (з ПДВ 20% 43 602,78 грн).

Начальник центру № 17

В.СЕМЕНОВИЧ