

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2026-07-16-000292-a

Найменування замовника	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Кіт Дмитро Олександрович,380967161852,dkit@ukrcsm.com
Вид предмета закупівлі:	товари
Назва предмета закупівлі	38540000-2 Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати (Система для вимірювання освітленості, яку створюють пожежні сигналізатори)
Код за Єдиним закупівельним словником	ДК 021:2015: 38540000-2 - Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати

Лот 1 — 38540000-2 Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати (Система для вимірювання освітленості, яку створюють пожежні сигналізатори)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Система для вимірювання освітленості, яку створюють пожежні сигналізатори	ДК 021:2015: 38540000-2 – Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати	1 комплект	03143, Україна, Київська область, Київ, МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 31 грудня 2026

Умови поставки та здійснення розрахунків:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
підписання договору	Покупець здійснює оплату Товару в наступному порядку: - попередню оплату в розмірі 30% вартості	Аванс	20	робочі	30



	Товару Покупець сплачує протягом 20 робочих днів з дня підписання договору та отримання рахунку на оплату				
поставка товару	- остаточний розрахунок в розмірі 70% вартості Товару Покупець сплачує протягом 30 робочих днів з дати поставки Товару за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної (умова зазначається у випадку якщо Учасник є платником ПДВ).	Післяплата	30	робочі	70
здійснення оплати	Строк поставки Товару: до 31 грудня 2026 року. Місце поставки Товару: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4.	Одноразова поставка	110	календарні	100

План, відповідно до якого проводиться закупівля (інформація про джерело фінансування)

bcb7c62fea7a49c28aec1d81995a6d5a

Очікувана вартість предмета закупівлі:

743 333,33 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

3 716,67 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

27 липня 2026 00:00

Мова тендерної пропозиції:

Українська

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників

відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

27 липня 2026 00:00

Розмір надання забезпечення пропозицій учасників:

відсутній

Дата та час проведення електронного аукціону:

27 липня 2026 13:17



**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТА ВИМОГИ ДО УЧАСНИКА**

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:
**код ДК 021:2015: 38540000-2 Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати
(Система для вимірювання освітленості, яку створюють пожежні сигналізатори)**
(далі – Товар).

Кількість, асортимент, технічні та якісні характеристики зазначено в Специфікації.

**РОЗДІЛ I:
Технічна специфікація**

Система для вимірювання освітленості, яку створюють пожежні сигналізатори			
№	Характеристика	Діапазон	Значення
1	Діапазон вимірювань	Не менше	100 мклк-80000 лк
2	Типова чутливість	Не більше	12 нА/лк
3	f1' (спектральна невідповідність)	Не більше	3 %
4	f2 (спрямована характеристика/косінусна похибка)	Не більше	6 %
5	f6 (температура) CIE: Клас 4	Не більше	0,75%
6	Діаметр вікна дифузора	Не більше	30 мм
7	Тип роз'ємів фотометричного детектора, швидкодіючого підсилювача		BNC
8	Мінімальний струм сигналу	Не більше	0,11 пА
9	Максимальний струм сигналу	Не менше	20 мкА
10	Програмне забезпечення	Не менше	Аналіз за допомогою швидкого перетворення Фур'є Стробоскопічні вимірювання джерел світла, вимірювання світлового флікера
11	Ноутбук		
11.1	Процесор	Не менше	<u>16-ядерний Intel Core Ultra 7 155H</u> <u>(1.4 – 4.8 ГГц)</u>
11.2	Дискретна відеокарта		RTX 500 Ada
11.3	Обсяг SSD	Не менше	<u>512 ГБ</u>
11.4	Об'єм встановленої оперативної пам'яті	Не менше	<u>16 ГБ</u>
12	Люксметр-яркомір-пульсметр		
12.1	Спектральний діапазон вимірювання приладу	Не менше	від 380 до 780 нм
12.2	Діапазон виміру освітленості	Не менше	від 0,01 до 200000 лк
12.3	Діапазон вимірювання яскравості	Не менше	від 1 до 200000 Кд/м ²
12.4	Діапазон вимірювання коефіцієнта пульсації	Не менше	від 1 до 100 %

12.5	Межі допустимої основної відносної похибки вимірювання освітленості в діапазоні від 0,1 лк до 200000 лк	Не більше	± 5 %
12.6	Межі допустимої основної відносної похибки вимірювання яскравості у діапазоні від 10 Кд/м2 до 200000 Кд/м2	Не більше	± 7 %
12.7	Межі допустимої основної відносної похибки вимірювання коефіцієнта пульсацій	Не більше	± 10 %
№	Комплект поставки	Одиниця вимірювання	Кількість
1	Система для вимірювання освітленості, яку створюють пожежні сигналізатори в складі:	комплект	1
1.1	Фотометричний детектор	одиниця	1
1.2	Швидкодіючий підсилювач	одиниця	1
1.3	Вимірювач освітлення	одиниця	1
1.4	Програмне забезпечення	одиниця	1
1.5	Ноутбук	одиниця	1
1.6	Люксметр-яркомір-пульсметр	одиниця	1
1.7	Сертифікат калібрування фотометричного детектора	одиниця	1

РОЗДІЛ II

Інші вимоги до Учасника та до предмета закупівлі

- Строк поставки Товару:** до 31 грудня 2026 року.
- Гарантійний термін** – не менше 12 місяців з дати постачання Товару. Гарантійне обслуговування або ремонт предмета закупівлі має проводитись в авторизованому виробником сервісному центрі. У зв'язку з цим учасник надає сертифікат (або інший документ) від виробника або офіційного представника (дилера, дистриб'ютора тощо) про повноваження на поставку обладнання на території України та наявність сервісного центру на території України із зазначенням його адреси та контактних даних (телефон, електронна адреса, тощо) для забезпечення сервісу запропонованого обладнання.

Примітка до зазначення Учасником в ТЕНДЕРНІЙ ПРОПОЗИЦІЇ (ТЕХНІЧНІЙ ЧАСТИНІ) строків, які пропонуються:

– строк поставки Товару та строк заміни неякісного Товару (виправлення дефектів) повинен бути чітко визначеним, без зазначення виразів типу «орієнтовно», «не менше», (слово «орієнтовно» зазначено Замовником з метою надання Учасникам загального уявлення про вимоги до строку (кількість днів));

– гарантійний строк на Товар повинен бути чітко визначеним, без зазначення виразів типу «орієнтовно», «не менше», «не більше».

РОЗДІЛ III

Інформація про окремі умови закупівлі

- Місце поставки Товару:** 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4.
- Разом з Товаром Постачальник надає Замовникові наступні документи:**

- видаткову накладну на поставлений Товар, в якій вказується найменування, одиниця виміру, кількість Товару, марка або модель, або інші параметри для ідентифікації Товару (оригінал);

- товарно-транспортну накладну на Товар (оригінал);

3. **Доставка** повинна виконуватись транспортом Учасника.

4. Товар повинен бути **новим**, що не був у використанні, без механічних пошкоджень товару та упаковки.

5. Обґрунтування закупівлі: Для забезпечення безперервної діяльності та виконання покладених завдань виникла нагальна потреба у придбанні системи для вимірювання освітленості, яку створюють пожежні сигналізатори. Наявність цього обладнання є критично важливою для проведення обов'язкових випробувань відповідно до чинних стандартів, а саме ДСТУ EN 54-23:2015 «Системи пожежної сигналізації. Частина 23. Оповіщувачі пожежні світлові (EN 54-23:2010, IDT)».

Випробування за цим стандартом є невід'ємною складовою комплексу випробувань засобів пожежної сигналізації, які проводяться НТВЦ УкрТЕСТ регулярно та є джерелом значних фінансових надходжень, у тому числі іноземних валют. НТВЦ УкрТЕСТ є єдиною лабораторією в Україні, що проводить ці випробування.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі:

38540000-2 Випробувальні та вимірювальні пристрої і апарати (Система для вимірювання освітленості, яку створюють пожежні сигналізатори)

Розрахунок виконано відповідно «Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», яка затверджена наказом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» № 79 від 19.05.2020

Для оцінки було сформовано технічне завдання з описом технічних та якісних характеристик предмету закупівлі та проаналізовано інформацію з відкритих джерел щодо можливої вартості.

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі був використаний метод оцінки на підставі порівняння ринкових цін, які отримані за запитами. Були отримані попередні цінові пропозиції для сучасного обладнання виробництва країн, які не пов'язані з агресором.

Були отримані комерційні пропозиції від можливих трьох постачальників.

Запропоновані вартості (з ПДВ) склали:

ТОВ НВФ «ТЕНЗОР» – 800 700, 00 гривень з ПДВ.

ТОВ «ЮВІ-БЛЕЙЗ» – 845 000,00 гривень з ПДВ.

ФОП Онещук Владислав Георгієвич – 860 000,00 гривень без ПДВ (1 032 000,00 гривень з ПДВ).

Середня вартість за пропозиціями складає 892 567,00 грн.

Для ефективного використання коштів пропоную встановити очікувану вартість предмета закупівлі в розмірі 892 000,00 гривень з ПДВ.

Начальник НТВЦ УкрТЕСТ

(підпис)

Анатолій ГІНДІКІН