

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2026-07-20-004634-a

Найменування замовника	ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
Категорія замовника	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02568182
Місцезнаходження замовника:	03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Кіт Дмитро Олександрович,380967161852,dkit@ukrcsm.com
Вид предмета закупівлі:	товари
Назва предмета закупівлі	33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Стерилізатор паровий M0-ST-75-VU (або еквівалент))
Код за Єдиним закупівельним словником	ДК 021:2015: 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

Лот 1 — 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Стерилізатор паровий M0-ST-75-VU (або еквівалент))

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Стерилізатор паровий M0-ST-75-VU (або еквівалент))	ДК 021:2015: 33191100-6 – Стерилізатори	1 штука	03143, Україна, Київська область, Київ, МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4	до 20 грудня 2026

Умови поставки та здійснення розрахунків:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
поставка товару	Покупець оплачує 100% вартість поставленого	Післяоплата	60	робочі	100



	Товару протягом 60 робочих днів з дати поставки Товару за умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних оформленої згідно з вимогами законодавства податкової накладної (умова зазначається у випадку якщо Учасник є платником ПДВ).				
підписання договору	Поставка замовленого Товару здійснюється до 20 грудня 2026 року. Умови поставки Товару: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4.	Одноразова поставка	130	календарні	100

План, відповідно до якого проводиться закупівля (інформація про джерело фінансування)

05fde2cf12c14247bde675a068af8e35

Очікувана вартість предмета закупівлі:

235 263,65 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

1 176,32 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

28 липня 2026 13:00

Мова тендерної пропозиції:

Українська

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників

відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

28 липня 2026 13:00

Розмір надання забезпечення пропозицій учасників:

відсутній

Дата та час проведення електронного аукціону:

29 липня 2026 13:21



ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТА ВИМОГИ ДО УЧАСНИКА

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:
код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення
різні (Стерилізатор паровий M0-ST-75-VU (або еквівалент)) (далі – Товар).

Кількість, асортимент, технічні та якісні характеристики зазначено в Специфікації.

РОЗДІЛ I: Технічна специфікація

Стерилізатор паровий M0-ST-75-VU (або еквівалент)		
№ п/п	Технічні характеристики	Вимоги
1.	Стерилізаційна камера циліндричної форми, розташування - вертикальне	наявність
2.	Об'єм стерилізаційної камери, дм ³	не менше 75
3.	Діаметр стерилізаційної камери, мм	не менше 400
4.	Стерилізаційна камера, кришка камери, парогенератор та парові труби мають бути виготовлені з високолегованої нержавіючої сталі	наявність
5.	Максимальний робочий тиск в стерилізаційній камері, МПа (бар)	не менше 0,22 (2,2)
6.	Точність керування робочого тиску в стерилізаційній камері, МПа (бар)	не більше 0,01 (0,1)
7.	Можливості переналаштування режимів стерилізації оператором	наявність
8.	Наявність системи захисту ТЕНів від роботи в разі відсутності води в парогенераторі	наявність
9.	Наявність захисного пристрою для скидання парів в разі перевищення тиску в парогенераторі	наявність
10.	Наявність заливної горловини в парогенераторі для заливу дистильованої води	наявність
11.	Контроль тисків в стерилізаційній камері та парогенераторі має виконуватись манометром та мановакууметром	наявність
12.	Параметри електричного живлення	струм змінний трифазний, напруга 380 В, частота 50 Гц
13.	Потужність, кВт	не більше 6,5
14.	Габаритні розміри (Д×Ш×В), мм	не більше 740×570×1110

Комплект поставки:

1. Стерилізатор паровий M0-ST-75-VU (або еквівалент) – 1 шт.
2. Паспорт та керівництво з експлуатації українською мовою – 1 примірник.
3. Паспорт обладнання, що працює під тиском оформлений згідно з діючими вимогами НПАОП 0.00-1.81-18.

Додаткові умови:

1. Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист про те, що зобов'язується провести пуско-налагоджувальні роботи та навчання персоналу замовника.

2. Товар, запропонований учасником, повинен бути введений в обіг або експлуатацію (застосування) за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження цього Учасник у складі тендерної пропозиції надає:

- Декларацію(ції) відповідності Технічному Регламенту щодо медичних виробів;
- Декларацію відповідності Технічному Регламенту обладнання, що працює під тиском;
- Сертифікат відповідності Технічному Регламенту обладнання, що працює під тиском;
- Сертифікат відповідності Технічному Регламенту щодо медичних виробів;
- Сертифікат відповідності ДСТУ EN ISO 13485:2018;
- Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ EN ISO 9001:2018.

3. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника. На підтвердження Учасник у складі тендерної пропозиції надає оригінал гарантійного листа від виробника та/або офіційного представника в Україні (дистриб'ютора, представника тощо) з підтвердженням можливості поставки Учасником товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

РОЗДІЛ II

Інші вимоги до Учасника та до предмета закупівлі

1. **Строк поставки Товару:** поставка замовленого Товару здійснюється до 20 грудня 2026 року.
2. **Гарантійний термін** – не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію.

Примітка до зазначення Учасником в ТЕНДЕРНІЙ ПРОПОЗИЦІЇ (ТЕХНІЧНІЙ ЧАСТИНІ) строків, які пропонуються:

- строк поставки Товару та строк заміни неякісного Товару (виправлення дефектів) повинен бути чітко визначеним, без зазначення виразів типу «орієнтовно», «не менше», (слово «орієнтовно» зазначено Замовником з метою надання Учасникам загального уявлення про вимоги до строку (кількість днів));
- гарантійний строк на Товар повинен бути чітко визначеним, без зазначення виразів типу «орієнтовно», «не менше», «не більше».

РОЗДІЛ III

Інформація про окремі умови закупівлі

1. **Місце поставки Товару:** 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4.
2. **Разом з Товаром Постачальник надає Замовникові наступні документи:**
 - видаткову накладну на поставлений Товар, в якій вказується найменування, одиниця виміру, кількість Товару, марка або модель, або інші параметри для ідентифікації Товару (оригінал);
 - товарно-транспортну накладну на Товар (оригінал);
 - копію або оригінал документа, що підтверджує відповідність поставленого товару кількісним, якісним та технічним вимогам (**декларації про відповідність, сертифікати відповідності, паспорт на обладнання, керівництво з експлуатації українською мовою**).

У разі якщо відповідність поставленого товару кількісним, якісним та технічним вимогам договору неможливо підтвердити в доступний спосіб (обміри, зважування, або інформація з

документів, що надані з товаром, інформація з маркування товару, етикетки, упаковки тощо) додатково надається документ від виробника, представника виробника або дилера, який підтверджує відповідність поставленого товару вимогам зазначеним у специфікації договору. Такий документ складається українською мовою, у випадку якщо документ складений іншою мовою, він надається з перекладом на українську мову.

- інформацію про перелік власників Постачальника, з врахуванням власників всіх рівнів (всього ланцюга), включаючи кінцевого бенефіціарного власника (контролера) за формою згідно з Додатком № 2 до Договору з додаванням підтверджуючих документів (далі – Інформація).

3. **Доставка** повинна виконуватись транспортом Учасника.

4. Товар повинен бути **новим**, що не був у використанні, без механічних пошкоджень товару та упаковки.

5. Обґрунтування закупівлі: Стерилізатор паровий необхідний для знезараження відпрацьованого матеріалу та знешкодження мікроорганізмів.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі

**за ДК 021-2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні
(Стерилізатор паровий M0-ST-75-VU (або еквівалент))**

Очікувана вартість предмета закупівлі була розрахована відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» № 79 від 19.05.2020.

З метою проведення процедури закупівлі за кодом ДК 021-2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Стерилізатор паровий M0-ST-75-VU (або еквівалент)), було проведено дослідження ринку відповідних товарів та отримано комерційні пропозиції від трьох суб'єктів господарювання, а саме:

1. ТОВ «ПОЛТАВА МЕДОБЛАДНАННЯ» – 240 500,00 грн з ПДВ 7%
2. ФОП Варенич Роман Сергійович – 244 500,00 грн, (з ПДВ 7% - 261 615,00 грн)
3. ФОП Мізіна Ірина Василівна – 240 000,00 грн, (з ПДВ 7% - 256 800,00 грн)

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі: $(240\,500,00 \text{ грн} + 261\,615,00 \text{ грн} + 256\,800,00 \text{ грн}) / 3 = 252\,971,67 \text{ грн}$, з ПДВ 7% (без ПДВ 235 263,65 грн).

Таким чином, очікувана вартість закупівлі за кодом ДК 021-2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Стерилізатор паровий M0-ST-75-VU (або еквівалент)), складає: 252 971,67 грн з ПДВ 7% (без ПДВ 235 263,65 грн).

Начальник центру № 17

В.СЕМЕНОВИЧ